

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770281506877 din 19 febr 2026, 13:33 - 9 mart 2026, 16:33

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- suplimentar 2

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	6	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	SUPER ULSTAR-1100S	Coreea de Sud	DURICO C&T, INC.	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-110S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	DM000761441
33100 000-1	44	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	FlowMIR Disposable Turbine	Italia	MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH S.P.A	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm Diametru exterior – 33,3 mm Lungime – 41,5 mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare	DM000677535

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**