

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718705196502 din 28 iun 2024, 12:00 - 9 iul 2024, 12:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	1	Colposcop	Z4	Italia	Centrel	Sursă de lumină Tip LED Separată nu integrată în capul colposcopului. Instalată pe troleu Putere ≥150W sau echivalentul în Lux Timp de viață lampă ≥50.000h Filtre de lumina Minim verde Intensitate luminoasă reglabila Timp de viață lampă ≥50.000h Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație ≥2 Înălțimea brațului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotație a brațului ≥ 300 grade Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Înălțimea față de podea min ≤750 până la maxim ≥ 900 mm Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezoluția minimă HD, să se indice de către ofertant Port ieșire de comunicare HDMI minim 1 Distanța focală minim 300 mm Zoom 7,5 x până la 30x în minim 10 pași (sa fie prezente obiectivele zoom indicat) Suport Mobil da Suport de legătura cu fotoliu ginecologic da Suport pentru monitor da Monitor Tip MEDICAL Diagonala Minim 22 inch Rezoluția Minim 1920x1080 pix Matrice Tip LCD Porturi de intrare HDMI, DVI, VGA Compatibil cu troleul da Soft Pentru comunicare cu sistemul video da Formarea baza de date cu nume, prenume, vârsta etc da Tipul de date salvate Imagine fixa (foto) și video Pedala Pentru controlul salvării imaginii la necesitate medicului Calculator Blocul central de procesare Conform caracteristicilor producătorului Monitor tip IPS cu diagonala minim de 22 inch Mouse și tastiera Inclusa Sistemul de operare licențioasă minim Windows 10 Profesional Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop catre Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz	Sursă de lumină Tip LED Sursa de alimentare Separată, pe trolu, bec LED pe capul colposcopului, nu necesita cablu cu fibra optica, si nu sint pierderi de lumina. Instalată pe troleu Putere 170W si echivalentul în Lux 35000. Timp de viață lampă ≥50.000h Filtre de lumina Minim verde Intensitate luminoasă reglabila Timp de viață lampă ≥50.000h Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație ≥2 Înălțimea brațului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotație a brațului 350 grade Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Înălțimea față de podea 780 până la 1130 mm Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezoluția fullHD, 1920x1080 Port ieșire de comunicare USB - 1 Distanța focală 300 mm Zoom 2.9x până la 18.9x cu obiectivul standart 10x Zoom 4.3x până la 27.8x cu obiectivul obtional inclus 15x Suport Mobil da Suport pentru monitor da Monitor Tip MEDICAL Diagonala 22 inch Rezoluția 1920x1080 pix Matrice Tip LCD Porturi de intrare HDMI, DVI, VGA Compatibil cu troleul da Soft Pentru comunicare cu sistemul video da Formarea baza de date cu nume, prenume, vârsta etc da Tipul de date salvate Imagine fixa (foto) și video Pedala Pentru controlul salvării imaginii la necesitate medicului Calculator Blocul central de procesare Conform caracteristicilor producătorului Monitor tip IPS cu diagonala minim de 22 inch Mouse și tastiera Inclusa	DM000241720

						NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.	Sistema de operare licențioasă Windows 11 Profesional Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop catre Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.	
331 000 00- 1	2	Diatermocoagulator	Excell 350 MCDSe,	Italia	Alsa	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere Putere maximă- minim 300 W Tensiune maximă- 2000V Coagulare Putere maximă- minim 120 W Tensiune maximă- 4000V Bipolar Tăiere Putere maximă- minim 80 W Tensiune maximă- 480V Coagulare Putere maximă- minim 50 W Tensiune maximă- 300V Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Set accesorii pentru aplicații Cablu pentru conectarea electrozilor activi autoclavabili -1buc Cablu pentru conectarea electrodului neutru autoclavabil – 1 buc Electrod neutru auroclavabil adulti- 1 buc Ginecologice: Electrod tip ansa adulti autoclavabile – 1buc Chirurgicale: Electrod p/u taere (tip cutit) autoclavabil- 1buc Electrod pentru cuagulare (tip pensa)-1 buc Cablu pentru proceduri endochirurgicale- 1 buc NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența 440kHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere Putere maximă- minim 350 W Tensiune maximă- 3450V Coagulare Putere maximă- 150 W Tensiune maximă- 4700V Bipolar Tăiere Putere maximă- 140 W Tensiune maximă- 790V Coagulare Putere maximă- 120 W Tensiune maximă- 450V Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Set accesorii pentru aplicații Cablu pentru conectarea electrozilor activi autoclavabili -1buc (MPE/F) Cablu pentru conectarea electrodului neutru autoclavabil – 1 buc (inclus in NP/A) Electrod neutru auroclavabil adulti- 1 buc (NP/A) Ginecologice: Electrod tip ansa adulti autoclavabile – 1buc (E48+E51+E55) Chirurgicale: Electrod p/u taere (tip cutit) autoclavabil- 1buc (MPE/CMS) Electrod pentru cuagulare (tip pensa)-1 buc (PMC/R) Cablu pentru proceduri endochirurgicale- 1 buc (CPB/E) NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.	DM000051 752

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**