

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1637327903323	Data: 21 decembrie 2021
Obiectul achiziției:	Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timoței Moșneaga” și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022	Lot: 16,18,21,80

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	16	Balon pentru pre și postdilatare periferică	JOKER 035	Germania	Eurocor Tech GmbH	#####	Balon Semicompliant OTW din poliamida (NYLON) recomandat pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femuro-popliteale, renale, la fel și fistulelor de hemodializa; Markeri Radioopaci vizibili la adâncimea de 90 și 100 cm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120;150 mm Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; Compatibilitate ghid: 0.035" (0.91 mm) Lungime utila shaft: 80cm(OTW) si 135cm Core wire din otel inoxidabil incorporat in shaft sporeste crosabilitatea prin leziune. Compatibilitate introducător: 6 Fr. presiune nominala= 6 atm presiune RBP= 12atm- 20atm.	CE, ISO13485
33100000-1	18	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	JOKER 014	Germania	Eurocor Tech GmbH	#####	Baloane de tip OTW, semicompliant Compatibilitate ghid: 0,014" Lungime shaft: 120 si 150 cm Materialul balonului: Nylon Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei Diametre balon: 2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm Lungimi balon: 40, 80, 120, 150 mm Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 – 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 – 4,00 mm din Ptlr Plierea balonului: 2 pliuri pentru Ø2 mm și 3 pliuri pentru Ø 2,5 – 4,00 mm Diametru shaftului: Distal: 2,5 – 3,00 Fr în funcție de diametru Proximal: 3,2 – 3,6 Fr în funcție de diametru Diametru vârf: 0,43 – 0,45 mm în funcție de diametrul	CE, ISO13485

33100000-1	21	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterală	JOKER 035	Germania	Eurocor Tech GmbH	#####	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 4.0-8.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului Diametru shaft 5-6Fr Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila: 80, 135cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0.035"	CE, ISO13485
33100000-1	80	Stent pentru artere coronare	Eurolimus	Germania	Eurocor Tech GmbH	#####	Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporita si pozitie maximala fata de peretele vasului. Celule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil in perioada optima de 3-4 luni. Balonul de o complezanta joasa ce permite pozitia optima a stentului fata de peretele vasului. Balonul are markeri radioopaci cu vizibilitate optima. Materialul balonului - nylon (polyamide). Presiunea nominala optima 9 atm, presiune de spargere minim 14 atm. Shaftul cu acoperire hidrofila, lungime minima 144 cm, RX (rapid exchange) compatibil cu ghid 0,014". Crossabilitate si pushabilitate sporita pentru negocierea arterelor tortuase. Diametre stent : 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00. Lungimi 8,10,13,16,18,23,28,33,38,43,48 mm.	CE, ISO13485
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gușan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**