

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru I.M.S.P. Spitalul Raional Cahul

Nr.AVM: 21029853	Data: 03 octombrie 2020	Alternativa:
Denumirea AVM: Achiziționarea de produse parafarmaceutice pentru anul 2020 REPETAT	Lot:	Pagina 1 din 2

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 3. Circuit p/u ventilație copii RT125								
3.1	33100000-1	Circuit p/u ventilație copii RT125	4519810	Marea Britanie/ Lituania	Intersurgical	Conform descrierii din specificația tehnică deplină solicitată	Circuit de respirație pentru copii, flux bidirecțional cu D=10 mm, gofrat, tip "inspire- expir", lungime 150-180 cm, în tubul de inspir fir de încălzire al amestecului de aer pentru încălzire și umidificare, cu port p/u sensorul de temperatură; cameră de umidificare cu auto-încărcare (auto-fill), în tubul de expir capcană de apă, cu conector ungiular, linie de monitorizare CO2 detașabilă, conectoare suplimentare. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu** În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**