

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742213482211						
Obiectul achiziției: Stenturi biliare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Stent biliar Teflon 8-11,5 Fr	BSST, NEG-035-S, SSIS	Elvetia	Marflow	Stent biliar Teflon, diametru: 8-11,5 Fr, lungime 7-16 cm (după necesitate), cu sistem de amplasare (cateter cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip „zebra” – 0,35 –nu mai scurt de 400cm, puser).	Stent biliar Teflon, diametru: 8-11,5 Fr, lungime 7-16 cm (după necesitate), cu sistem de amplasare (cateter cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip „zebra” – 0,35 –nu mai scurt de 400cm, puser).	CE, DM000372462
Stent biliar PVC 8,5-11,5 Fr	BSS, NEG-035-S, SSIS	Elvetia	Marflow	Stent biliar PVC, diametru: 8,5-11,5 Fr, lungime 5-16 cm (după necesitate), cu sistem de amplasare (cateter cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip „zebra” – 0,35 –nu mai scurt de 400cm, puser).	Stent biliar PVC, diametru: 8,5-11,5 Fr, lungime 5-16 cm (după necesitate), cu sistem de amplasare (cateter cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip „zebra” – 0,35 –nu mai scurt de 400cm, puser).	CE, DM000372462

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe BUNIC
Ofertantul: ERICON SRL Adresa: Durllesti, str. Vasile Lupu 6

În calitate de: director