

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂȚATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1574 din "10" 06 2022

OE participanți la procedura de achiziție
Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID oeds-b3wdp1-MD-164870767984 privind *Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)*, Vă comunică decizia din 10.06.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	coduri	Denumire Lot	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
3	3-67984	Carucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților	14	4 130	4 130,000	57 820,00	57 820,00	Moretti CP103R-50/Italia/Moretti	Tetis International Co. SRL
4	4-67984	Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III	1	270 000	324 000,000	270 000,00	324 000,00	BF-1TQ170 Olympus Japonia	DataControl SRL
7	7-67984	Sistem pentru degețetare și încălzirea plasmiei și a pungilor de sânge	1	92 600,00	111 120,00	92 600,00	111 120,00	97.8710.800 SARSTEDT & Co. KG Germania	Labromed AG Laborator SRL

10	10-67984	Unitate de criochirurgie portativă	2	43200	51840	86 400,00	103 680,00	04002 Cryosprays I/Cehia/ Speciální Medicínská Technologie	CS	Triumf-Motiv SRL
11	11-67984	Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III	1	440 000,00	528 000,00	440 000,00	528 000,00	CF-H185L Olympus Japonia	DataControl SRL	
12	12-67984	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	64 760,00	77 712,00	259 040,00	310 848,00	DL-2D/Turcia/Uzumcu	Tetis International Co. SRL	
13	13-67984	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	122 200,00	146 640,00	244 400,00	293 280,00	DL-62D/Turcia/Uzumcu	Tetis International Co. SRL	

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Autoclav cu vacuum, V – 60 L

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 2 Sistem garou pneumatic

- Oferta operatorului economic **MT International Group** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Presiune minim/maxim 50/800 mmHg s-a oferit 50/600 mmHg 2. S-a solicitat Baterie încorporată (12-72 ore) s-a oferit 6 ore.

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Presiune minim/maxim 50/800 mmHg s-a oferit 100/600 mmHg

2. S-a solicitat Interval de timp 5 - 180 min s-a oferit 1 - 40 min. 3. S-a solicitat Ecran LCD grafic operare touchscreen s-a oferit LCD grafic fara ecran touchscreen 4. S-a solicitat Baterie încorporată (12-72 ore) s-a oferit 10 ore

Lotul 3 Carucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților

- Oferta operatorului economic **Romedcom** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm s-a oferit 47 cm

2. S-a solicitat Roți din față cu diametrul ≥ 18 cm s-a oferit 15 cm

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm s-a oferit 44,5 cm

2. S-a solicitat Roți din față cu diametrul ≥ 18 cm s-a oferit 15,24 cm 3. S-a solicitat oțile din spate cu diametrul ≥ 56 cm s-a oferit 40,64 cm

4. S-a solicitat Scarcina maximă de transportare minim 120 kg s-a oferit 100 kg

Lotul 5 Baie de apă circulară pentru histologie

- Oferta operatorului economic **Ancotec-Sistem** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat baie de apă circulară, s-a oferit forma dreptunghiulară.
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri s-a oferit 240x180x55mm, echivalent la 2.376 litri.

Lotul 9 Microscop trinocular

- Oferta operatorului economic **Ancotec-Sistem** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Frecvența maximă de citire a imaginilor s-a oferit 12fps
- 2. S-a solicitat Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800 s-a oferit USB 2.0
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu : ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, nu a fost prezentat certificatul CE pentru produsul oferit.
- Oferta operatorului economic **Lokmera** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Tehnologia camerei CCD s-a oferit CMOS
- 2. S-a solicitat ampă halogen sau LED - 3 bucăți nu s-a oferit nici un accesoriu din motivul că „nu este necesar. Timpul de viață pentru LED este >65,000 ore. De aceea, nu este nevoie de a schimba acest modul.”

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 12 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)

- Oferta operatorului economic **Lokmera** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94
- 2. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 15-30 cm 3. S-a solicitat Creșterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit 2°C

- Oferta operatorului economic **EDELMEID** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94

Lotul 13 Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)

- Oferta operatorului economic **EDELMEID** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Lotul 2 Sistem garou pneumatice

Lotul 5 Baie de apă circulară pentru histologie

Lotul 9 Microscop trinocular

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 1 Autoclav cu vacuum, V – 60 L

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:


Lotul 6 Brancarda sanitară cu targă detașabilă

Lotul 8 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **22.06.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG