

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748940800005 din 03.06.2025						
Obiectul achiziției: DISPOZITIVE DE TESTARE (chituri de diagnostic) / VIRUSOLOGIE ȘI BIOLOGIE MOLECULARĂ/ Repetat						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1 Set serologic pentru detectarea anticorpilor specifici virusului limbii albastre	ID ScreenBluetongue Competition/ Nr. Ref. IDVBTC	Franța	iD.vet	Set serologic pentru detectarea anticorpilor specifici virusului limbii albastre, cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile utilizând principiul ELISA indirecta pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 pe principiul structurală, conservată a virusului limbii albastre la rumegătoare (caprine, ovine, și bovine, cervidee) pe probe individuale, să posede antigenele specifice toate cele 27 serotipuri ale virusului limbii albastre în ser și plasmă. - Microplăci captușite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri, placa cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. - Conjugat concentrat, min. 10X - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; -	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA de specificitate superioară indirectă/competitivă pentru detectia anticorpilor specifici proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare (validat pe caprine, ovine, și bovine, cervidee), pe probe individuale în ser și plasmă, posedă antigenele specifice pentru toate cele 27 serotipuri ale virusului Bluetongue. <u>Setul conține:</u> Microplăci captușite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) câte 8 godeuri; Conjugat concentrat (10X); Control pozitiv, lichid;	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				Soluție de diluție; - Soluție de spălare; concentrată min. 20X; - Soluție substrat; - Soluție stop; Compatibil speciilor de animale menționate anterior; Specificitatea - min. 99,9% Sensibilitate - 100% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE cu 24 000,00 reflectarea specificității și sensibilității În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Control negativ, lichid, inclusă; Soluție de diluție, inclusă; Soluție de spălare; concentrată (20X), inclusă; Soluție substrat, inclusă Soluție stop (0,5 M), inclusă; Compatibil speciei de animale - menționate; Performanțe analitice: Specificitatea - min. 99,9% Sensibilitate - 100%, (detectează toate infecțiile cu BTV, indiferent de serotip: Microplaca este citită la spectrofotometru de citire, OD 450 nm, coeficient de variație < 10%. Destinat pentru uz veterinar: Detectează toate cele 27 serotipuri datorită proteinei VP7 consecvente; Compatibil și validate la speciile solicitate, ovine, bovine, caprine, cervidee; Stripuri detașabile ce permit testarea unui număr mai mic de probe; Soluțiile concentrate de 10X/20X, reduc volumul de stocare. ID Screen Bluetongue Competition/ Nr. Ref. IDVBTC/ Nr. Lot: O69 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 2 Conjugat antirabic liofilizat	Lyophilised & Absorbed Anti Rabies Nucleocapsid Conjugate/ Nr. Ref. 3572112	Franța	BIO-RAD	Congugat antirabic liofilizat, cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile pentru diagnosticarea rabiei prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Pentru diagnosticul în laboratorul sănătatea animală. Oferta v-a include: - instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu	Setul de diagnostic liofilizat la rabie prin metoda imunofluorescență directă. <u>Setul conține:</u> conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Destinat pentru uz veterinar. Lyophilised & Absorbed Anti Rabies Nucleocapsid Conjugate / Nr. Ref. 3572112/ Nr. Lot 3E0077	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 set.	Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 set.	
LOT 3 Set imunologic pentru detectarea anticorpilor capripoxvirusurilor	ID Screen Capripox Double Antigen Multi-species/ Nr. Ref. IDVCPVDA	Franța	iD.vet	Set imunologic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv virusul dermatitei nodulare bovine (LSDV), virusul variolei ovine (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. - Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat placa cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. - Conjugat concentrat (10X) (antigen purificat marcat cu peroxidază); - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului; Soluție de substrat; - Soluție de spălare (20X); - Soluție stop; Microplaca să fie citită la OD 450 nm; - Ușor utilizabil Compatibil speciei de animale menționat anterior. Sensibilitatea – min. 95% Specificitatea - min. 99.7% Oferta v-a include : - instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva celor 3 virusi țintă, capripoxvirusurilor, inclusiv virusul dermatitei nodulare bovine (LSDV), virusul variolei ovine (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile, fiind validat internațional. <u>Setul conține:</u> Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat cu stripuri detașabile (12/placa) câte 8 godeuri, de polisteren; Conjugat concentrat (10X) (antigen purificat marcat cu peroxidază), inclus; Control pozitiv, lichid, inclus; Control negativ, lichid, inclus; Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului, inclus; Soluție de substrat, inclus; Concentrat de spălare (20X), incluse; Soluție de oprire (0,5 M), inclusă; Microplaca este citită la OD 450 nm; Ușor utilizabil, iar rezultatul se obține în mai puțin de 3 ore; Compatibil speciei de animale indicate.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test.	Performanțe analitice: Sensibilitatea –min. 95% Specificitatea - min. 99.7% Destinat pentru uz veterinar, avantajos prin faptul că reactivii sunt gata de utilizare. ID Screen Capripox Double Antigen Multi-species/ Nr. Ref. IDVCPVDA/ Nr. Lot O48 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 4 Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor rabici	Rabies ELISA Ab Kit/ Nr. Ref. RAB 01-02	Cehia	O.K. SERVIS BioPro	Set pentru detectia a IgG antiglicoproteina virusului rabic in serul provenit de la caini, pisici si vulpi. Setul conține: microplăci 96 godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. ser control pozitiv rabic-1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) -1 flacon diluant pentru anticorp biotinitat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinitat (concentrat de 100x) - 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare) conjugat (100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus.În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.	Set pentru detectia a IgG antiglicoproteina virusului rabic in serul provenit de la caini, pisici si vulpi. Setul conține <u>Setul conține:</u> Microplăci cu 96 godeuri; ser control pozitiv rabic-1 flacon, inclus; ser control negativ rabic - 1 flacon, inclus; ser control rabic 1 – 1 flacon, inclus; ser control rabic 2 -1 flacon, inclus; ser control rabic 3 -1 flacon, inclus; diluant de probă (gata de utilizare); 1 flacon diluant pentru anticorp biotinitat(gata de utilizare), inclus; 1 flacon anticorp anti-rabic, inclus; biotinitat (concentrat de 100x), inclus; 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare), inclus; conjugat (100x concentrat), sub formă streptavidină – HRP; substrat (gata de utilizare), inclus; soluție stop (gata de utilizare), inclus; soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive, incluse; Performanțe analitice: Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat pentru uz veterinar, cu o sensibilitate ridicată și specificitate absolută. Rabies ELISA Ab Kit/ Nr. Ref. RAB 01-02/Nr. Lot R2501	ISO 9001:2015 – Sistemul de manageme nt al calității

				Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) Destinat laboratoarelor sănătatea animală. 1buc = 1 test.	Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 5 Set imunologic pentru detecția Bolii veziculoase a porcului	ID Screen® Swine Vesicular Disease Competition/ Nr. Ref. IDVSVDC	Franța	iD.vet	Set imunologic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile, ce utilizează principiul ELISA pentru detectarea competitivă monoclonală specifică (MAb 5B7) a anticorpilor direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc - Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen purificat, placa cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri, de polisteren, Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată (10X) - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Tampon de diluare; - Soluție de spălare concentrată (20X); - Soluție de substrat; -Soluție stop; - Citire la OD 450 nm - Sensibilitatea - min. 98,8% - Specificitatea - 100% Destinat speciilor menționate anterior. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include: - instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; 38 000,00 - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor	Setul de diagnostic ce utilizează principiul ELISA pentru detectarea competitivă monoclonală specifică (MAb 5B7) a anticorpilor direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc. <u>Setul conține:</u> Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen purificat, cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată (10X), inclus; Control pozitiv lichid, inclus; Control negativ lichid, inclus; Tampon de diluare, inclus; Soluție de spălare concentrată (20X), inclus; Soluție de substrat, inclus; Soluție de oprire (0,5 M), inclus; Microplaca este citită la OD 450 nm, tipic HRP/TMB; Ușor de utilizat; Performanțe analitice: Sensibilitatea - min. 98,8% Specificitatea - 100% Destinat pentru uz veterinar, validat internațional, recomandat pentru toate scenariile de diagnostic și supraveghere. ID Screen® Swine Vesicular Disease Competition/ Nr. Ref. IDVSVDC/ Nr. Lot O37	ISO 9001:2015 – Sistemul de manageme nt al calității

				sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc = 1 test.	Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc = 1 test.	
LOT 6 Set imunologic de detecție a bolii Febra Văii de Rift	ID Screen® Rift Valley Fever Competition Multi-species/ Nr. Ref. IDVRIFTC	Franța	iD.vet	Set imunologic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma de la rumegătoare, cai, sau orice altă specie sensibilă. - Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. - Control pozitiv, lichid; -Control negativ, lichid; -Tampon de diluare; - Conjugat concentrat (10X); - Soluție de spălare concentrate (20X); - Soluția substrat; - Soluție Stop; -Sensibilitate – 100% -Specificitatea – min. 99,8% - Setul să fie ușor de utilizat. - Citire la OD 450 nm Destinat speciilor de animale menționate anterior. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include: - instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc = 1 test.	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma testat pe rumegătoare, cai, pisici, câini, sau orice altă specie susceptibilă (multispecii). <u>Setul conține:</u> Microplacă acoperită cu stripuri de 96 de godeuri,(12/placă cu 8 godeuri), inclusă; Control pozitiv lichid, inclus; Control negativ lichid, inclus; Tampon de diluare, inclus; Conjugat concentrat (10X), inclus; Soluție de spălare concentrate (20X), inclus; Soluția substrat, inclus; Soluție Stop (0,5 M), inclus; Performanțe analitice: Sensibilitate – 100% Specificitatea – 100% Microplaca este citită la OD 450 nm, (HRP/TMB); Destinat pentru uz veterinar, confirmat în laboratoare EQA pe multi-specii, la performanțele clinice. Compatibil speciilor de animale indicate. Nu necesită reconfirmări prin retestări sau alte metode auxiliare. ID Screen® Rift Valley Fever Competition Multi-species/ Nr. Ref. IDVRIFTC / Nr. Lot P58 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1 buc = 1 test.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității
LOT 7 Set ELISA pentru detecția PrPres	TeSeE SAP Combi Kit/Nr. Ref. 3551192	Franța	BIO-RAD	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA. Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal	Set de diagnostic imunoenzimatic utilizează principiul ELISA, de tip sandwich, utilizând anticorpi monoclonali	

			anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine) - Solutie de spalare concentrata de 10 ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) - Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) -Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) -Folie adeziva pentru microlpaci Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În	specifici proteinei prionice anormale la speciile de bovine, ovine, caprine, cervide; <u>Setul conține:</u> Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine); Solutie de spalare concentrata de 10 ori tampon Tris-NaCl pH 7,4; Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml); Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,2, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml); Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon ; Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml); Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris NaCl pH 7,4 suplimentat cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml); Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml); Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml); Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml);	
--	--	--	---	---	--

				ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc=1 test	Folie adeziva pentru microlpaci; Microplaca este citită la OD 450 nm;. Destinat pentru uz veterinar. TeSeE SAP Combi Kit/ Nr. Ref. 3551192/ Nr. Lot 3C0089 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc=1 test	
LOT 8 Setul ELISA pentru detectia anticorpilor Influența Aviară	ID Screen® Influenza A Antibody Competition Multi-Species/ Nr. Ref. IDVFLUACA	Franța	iD.vet	Setul să utilizeze principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare de-a fi utilizat pe probe de ser sau plasmă la păsări, suine, ecvine și alte specii. Setul să permită detectarea mai precisă a anticorpilor specifici și diferențierea între infectare și vaccinare. - Microplăci (poliester) căptușite cu antigen nucleoproteină gripală A, cu 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de diluare; - Soluție substrat ; - Soluția de spălare concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - min. 99 % Specificitatea - min. 95 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Setul folosește principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare pentru a fi utilizat pe probe de ser sau plasmă validate la păsări, suine sau ecvine, cîini, pisici. Setul permite detectarea precisă a anticorpilor specifici și diferențierea între infectare și vaccinare, compatibil prin DIVA. <u>Setul conține:</u> Microplăci (poliester) căptușite cu antigen nucleoproteină gripală A, de 96 de godeuri,(12/placă cu 8 godeuri), inclus; Conjugat concentrat (10x), inclus ; Control pozitiv lichid, inclus; Control negativ lichid,inclus; Soluție de diluare, inclus; Soluție substrat, inclus; Soluția de spălare concentrată (20x), inclus; Soluție stop (0,5M), inclus; Testarea este posibilă în mai puțin de 2 ore; Performanțe analitice: Sensibilitatea - 100 % Specificitatea - min. 95 % Microplaca este citită la OD 450 nm; Destinat pentru uz veterinar validat internațional la speciile de animale indicate. ID Screen® Influenza A Antibody Competition Multi-Species/	ISO 9001:2015 – Sistemul de managemen nt al calității

					Nr. Ref. IDVFLUACA/ Nr. Lot O84 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 9 Setul ELISA pentru detectia pestei micilor rumegătoare	ID Screen® PPR Competition/ Nr. Ref. IDVPPRC	Franța	iD.vet	Setul să utilizeze principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor nucleoproteici anti-PPRV în serul sau plasma la ovine și caprine, suine, etc. - Microplăci (poliester) căptușite cu nucleoproteină recombinată purificată PPR, - Microplaca 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de diluare a conjugatului; - Soluție de diluare a probelor; - Soluție substrat; - Soluția de spălare concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - > 91 % Specificitatea - 100 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : - instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Setul utilizează principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor nucleoproteici anti-PPRV în ser sau plasmă la ovine, caprine, suine și la alte specii susceptibile. <u>Setul conține:</u> Microplăci (poliester) căptușite cu nucleoproteină recombinată purificată PPR, incluse; Microplaca 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri, incluse; Conjugat concentrat (10x), incluse; Control pozitiv lichid, inclus; Control negativ lichid, inclus; Soluție de diluare a conjugatului, inclus; Soluție de diluare a probelor, inclus; Soluție substrat, inclus; Soluția de spălare concentrată (20x), inclus; Soluție stop (0.5 M), inclus; Performanțe analitice : Sensibilitatea - > 91 % Specificitatea - 100 % Microplaca este citită la OD 450 nm; Destinat pentru uz veterinar. ID Screen® PPR Competition Nr. Ref. IDVPPRC/ Nr. Lot O58 Unitatea de măsură - o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	

LOT 10 Set pentru identificarea genomului viral la Bluetongue	virotype® BTV pan/8 2.0 RT-PCR Kit/ Nr. Ref. VT280465	Germania	INDICAL BIOSCIE NCE	Detectia ARN principiul Real-time RT PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din matrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetoși abortați (splina, ficat, cord, ganglioni limfatici) IPC endogen Setul include: - Mixul, care conține: - Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Sondă TaqMan marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Bufer, transcriptază inversă, enzime - EPC Control pozitiv la bluetongue; - Fluorescență FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1 36 serotipuri (pan BTV) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Compatibil speciilor menționate anterior. Oferta va include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea EPC BTV (Control Pozitiv) cu Ct echipament Applied Biosystems, - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea IPC endogen cu Ct echipament Applied Biosystems În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Detectarea ARN pe principiul Real-time RT-PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din matrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetoși abortați (splina, ficat, cord, ganglioni limfatici) IPC endogen. <u>Setul include:</u> Mixul, compus din - Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); Sondă TaqMan este marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); Bufer, transcriptază inversă, enzime EPC Control pozitiv la bluetongue; Fluorescență FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1-36 serotipuri (pan BTV). Setul este compatibil cu instrumente PCR: QuantStudio 5, MIC. Destinat pentru uz veterinar. virotype® BTV pan/8 2.0 RT-PCR Kit/ Nr. Ref. VT280465/ Nr. Lot F202400279 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	ISO 9001:2015 – Sistemul de managem nt al calității
---	--	------------------------	---	---	---	--

LOT 11 Set de extracție acizilor nucleici	IndiSpin® Pathogen Kit/ Nr. Ref. SP54104	Germania	INDICAL BIOSCIE NCE	Set pentru extracția și izolarea/ purificarea acizilor nucleici patogeni (ARN și ADN viral și ADN bacterian) animale; -sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate) Conținutul setului: -Tampon VXL1 1 x 6 ml - Tampon ACB (concentrat)1,2 1 x 12 ml -Proteinază K 1 x 1,25 ml -Carier RNA (poli A) 1 x 310 µg -Tampon AW1 (concentrat)1,3 1 x 19 ml - TamponAW2(concentrat)3 1 x 17 ml - Tampon AVE 1 x 20 ml Protocol de pornire rapidă de 20 ml (PCard - Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C Mini Columns, Collection Tubes, Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: - instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Setul pentru extracția și izolarea (purificarea) acizilor nucleici patogeni (ARN și ADN viral și ADN bacterian) animale; sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate). <u>Setul conține:</u> Tampon VXL1 1 x 6 ml; Tampon ACB (concentrat)1,2 1 x 12 ml; Proteinază K 1 x 1,25 ml; Carier RNA (poli A) 1 x 310 µg; Tampon AW1 (concentrat)1,3 1 x 19 ml; TamponAW2(concentrat)3 1 x 17 ml; Tampon AVE 1 x 20 ml; Protocol de pornire rapidă de 20 ml (PCard); Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C; Mini Columns, Collection Tubes. Destinat pentru uz veterinar. IndiSpin® Pathogen Kit/ Nr. Ref. SP54104/ Nr. Lot 178041859 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	ISO 9001:2015 – Sistemul de managem nt al calității
Lot 12. Set de amplificare moleculară cu control intern. Se va procura de la un producător						
LOT 12.1 IC-RNA (Controlul amplificării/controlu l pozitiv pentru extracția ARN)	intype® IC- RNA/ Nr. Ref. IC289970	Germania	INDICAL BIOSCIE NCE	IC-RNA este un ARN de control heterolog. Este utilizat ca control de amplificare pentru a exclude rezultatele fals negative cauzate de inhibitorii PCR și ca control pentru extracția ARN-ului. IC-RNA	IC-RNA este un ARN de control heterolog. Se utilizează ca control de amplificare pentru excluderea rezultatelor fals-negative cauzate de inhibitorii PCR și ca control pentru extracția ARN-ului. Concentrația este de (ca. 8 x 10⁵ copies/µl)	

				concentrația (ca. 8 x 10⁵ copies/μl) 1 fl x 1 ml IC-RNA să fie compatibil cu primerii: - EGFP-11-F- CAG CCA CAA CGT CTA TAT CAT G - EGFP-Cy5- Cy5-AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A-BHQ2 - EGFP-2-R - GAA CTC CAG CAG GAC CAT G Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta va include: instrucțiuni/ prospectul de utilizare, certificat CE, și informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 tub	1 fl x 1 ml; IC-RNA este compatibil cu primerii: -EGFP-11-F- CAG CCA CAA CGT CTA TAT CAT G -EGFP-Cy5- Cy5-AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A-BHQ2 -EGFP-2-R - GAA CTC CAG CAG GAC CAT G Destinat pentru uz veterinar pentru diagnostic <i>in vitro</i>. intype® IC-RNA Nr. Ref. IC289970 Nr. Lot. F202500029 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 tub.	
LOT 12.2 Master Mix	IndiMix™ JOE/Nr. Ref. MX299945	Germania	INDICAL BIOSCIE NCE	Set molecular cu protocol standardizat ce oferă amplificarea în timp real a unui singur sau multiple ținte de acid nucleic cu control intern și încorporat, pentru amplificare sau/și extracție. - să detecteze simultană multiple ținte - să permită amplificarea în timp real a țintelor unice sau multiple de acid nucleic; - să conțină atât transcriptază inversă, cât și polimerază pentru a amplifica ADN și ARN și a țintelor - să conțină primerii și sonda pentru a identifica controlul intern - grunduri și sonde integrate pentru control intern integrate chiar în amestec. - să asigure o validare internă a extracției și amplificării pentru rezultate fiabile. -să nu fie necesare operațiuni suplimentare pentru control intern - să fie compatibil cu termocicloare PCR obișnuite: - Mecanism de control intern validat integrat - Primeri și sonde încorporate permit utilizarea aceuiași amestec principal pentru extracție sau aplicatii de control al amplificării. Control	Setul molecular standardizat oferă amplificarea în timp real a unui singur sau multiple ținte de acid nucleic cu control intern și încorporat, pentru amplificare sau/și extracție; detectează simultană multiple ținte; permite amplificarea în timp real a țintelor unice sau multiple de acid nucleic; conține atât transcriptază inversă, cât și polimerază pentru a amplifica ADN și ARN și a țintelor; conține primerii și sondă pentru a identifica controlul intern; grunduri și sonde integrate pentru control intern integrate chiar în amestec; asigură o validare internă a extracției și amplificării pentru rezultate fiabile; nu sunt necesare operațiuni suplimentare pentru control intern; este compatibil cu termocicloare PCR obișnuite: Mecanism de control intern validat integrat Primeri și sonde încorporate permit utilizarea aceuiași amestec principal	

				flexibil al extracției sau al amplificării. Să fie compatibil cu IC pentru controlul extracției și amplificării să fie testat și să furnizeze rezultate tolerante și reproductibile la inhibitori; să fie foarte sensibile și cu capacități de multiplexare, fără pierdere de sensibilitate, cu asigurarea unei mari varietăți de matrice de probe biologice și agenți patogeni de min. 4 canale fluorescente simultan (FAM, HEX, Cy5, ROX). Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc. = 1 tub.	pentru extracție sau aplicații de control al amplificării. Control flexibil al extracției sau al amplificării, este compatibil cu IC pentru controlul extracției și amplificării; este testat și furnizează rezultate tolerante și reproductibile la inhibitori; este sensibil și are capacități de multiplexare, fără pierdere de sensibilitate, cu asigurarea unei mari varietăți de matrice de probe biologice și agenți patogeni de min. 4 canale fluorescente simultan (FAM, HEX, Cy5, ROX). Destinat pentru uz veterinar. IndiMix™ JOE Nr. Ref. MX299945/ Nr. Lot F202400234 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 tub.	
--	--	--	--	--	--	--

16. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția anticorpilor la boala West Nile. Se va procura de la un producător

LOT 16.1 Set ELISA pentru detecția Flavivirus	ID Screen® Flavivirus Competition/ Nr. Ref. IDVWNC	Franța	iD.vet	Setul să utilizeze principiul ELISA competitivă pentru detectarea anticorpilor specifici anti-proteinei Pr-E. Setul este prevăzut pentru detectarea anticorpilor antivirși West Nile, JEV, TBEV, JEV, USUV, ZIKAV și DENV în serul sau plasma la cai și păsări. - Microplăci (poliester) căptușite cu extract purificat de antigen a virusului West Nile -Microplaca 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv; - Control negativ; - Soluție de diluare; - Soluție substrat; - Soluția de spălare	Setul utilizează principiul ELISA competitivă pentru detectarea anticorpilor specifici anti-proteinei Pr-E. Setul este prevăzut pentru detectarea tuturor anticorpilor antivirși West Nile, JEV, TBEV, JEV, USUV, ZIKAV și DENV în serul sau plasma la cai, păsări, câini și alte specii. <u>Setul conține:</u> Microplăci (poliester) căptușite cu extract purificat de antigen a virusului West Nile, incluse; Microplacă de 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri, incluse;	ISO 9001:2015 – Sistemul de manageme nt al calității
--	---	---------------	---------------	--	--	---

				concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - 100 % Specificitatea - 100 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1test.	Conjugat concentrat (10x), inclus; Control pozitiv, inclus; Control negativ, inclus; Soluție de diluare, inclus; Soluție substrat, inclus; Soluția de spălare concentrată (20x), inclus; Soluție stop (0,5 M), inclus; Performanțe analitice: Sensibilitatea absolută – 100 % Specificitatea absolută - 100 % Microplaca este citită la OD 450 nm; Destinat pentru uz veterinar, ideal pentru screening multi-virusilor sus-indicați. ID Screen® Flavivirus Competition Nr. Ref. IDVWNC/ Nr. Lot P47 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
LOT 16.2 Set ELISA pentru dectăia West Nile IgM	ID Screen® West Nile IgM Capture/Nr. Ref. IDVWNIGM	Franța	iD.vet	Setul să utilizeze principiul ELISA de captare a anticorpilor IgM (MAC) pentru detectarea anticorpilor IgM anti-prE în serul sau plasma a cabalinelor. - Microplăci (poliester) căptușite cu anticorpi policlonali IgM anti-cabalin -Microplaca 96 de godeuri, stripuri detașabile; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv; - Control negativ; - Soluție de diluare a conjugatului; - Soluție de diluare a probelor ; - Antigen West Nile - Soluție substrat; - Soluția de spălare concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - 100 % Specificitatea - 100 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a	Setul utilizează principiul ELISA – MAC de captare a anticorpilor IgM pentru detectarea anticorpilor IgM anti-prE în serul sau plasma de ecvine, cabaline. <u>Setul conține:</u> Microplăci din poliester cu 96 de godeuri acoperit cu un anticorp policlonal anti-IgM, placa cu 6 stripuri detașabile a câte 16 godeuri, incluse: Conjugat concentrat (10x), inclus; Control pozitiv, inclus; Control negativ, inclus; Soluție de diluare a conjugatului, inclus; Soluție de diluare a probelor, inclus; Antigen West Nile, inclus; Soluție substrat, inclus; Soluția de spălare concentrată (20x), inclus; Soluție stop (0,5 M), inclus; Performanțe analitice: Sensibilitatea absolută - 100 %	

				calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc=1test.	Specificitatea absolută - 100 % Microplică este citită la OD 450 nm; Destinat tuturor speciilor de animale sus-menționate. Destinat pentru uz veterinar in vitro, pentru diagnosticarea precoce a infecțiilor cu virus West Nile (infecții acute) și pentru o supraveghere epidemiologică rapidă. ID Screen® West Nile IgM Capture/ Nr. Ref. IDVWNIGM/ Nr. Lot Q14 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
17. LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influența aviară						
LOT 17.1 Antigen subtip H7N7	Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N7 subtype/Nr. Ref. AN0045	Italia	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizată, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutininei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat față de Seruri etalon WOA. Oferta v-a include : - instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc=1fl.	Tulpina de referință internațională (antigen inactivat), forma - liofilizată, ambalare - flacon 1 ml, titrul minim a hemaglutininei după resuspensie 1:64 ± 1. Este standartizat față de Seruri etalon WOA. Destinat pentru uz veterinar. Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N7 subtype/Nr. Ref. AN0045/ Nr. Lot 1/23 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității
LOT 17.2 Antigen subtip H7N3	Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N3	Italia	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizată, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a	Tulpina de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare - liofilizată, ambalare - flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ±	ISO 9001:2015 – Sistemul de

	subtype/Nr. Ref. AN0216		tale delle Venezie	hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon WOAH. Oferta v-a include : - instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 fl.	1. Este standartizat fața de Seruri etalon WOAH . Destinat pentru uz veterinar. Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N7 subtype/Nr. Ref. AN0216/ Nr. Lot 6/14 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	manageme nt al calității
LOT 17.3 Antigen subtip H7N4	Alphainfluenz avirus, Influenza A virus, H7N4 subtype/Nr. Ref. AN0043	Italia	Istituto Zooprofil attico Sperimen tale delle Venezie	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon WOAH Oferta v-a include: - instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 fl.	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon WOA Destinat pentru uz veterinar. Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N4 subtype/Nr. Ref. AN0043/ Nr. Lot 1/18 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon.	

LOT 17.4 Antigen subtip H5N5	Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H7N4 subtype/Nr. Ref. AN0031	Italia	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizată, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat față de Seruri etalon WOAHO Oferta v-a include: - instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc = 1 fl.	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizată, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat față de Seruri etalon WOAHO Destinat pentru uz veterinar. Alphainfluenzavirus, Influenza A virus, H5N5 subtype/Nr. Ref. AN0031/ Nr. Lot 1/21 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc = 1 flacon.	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității
LOT 17.5 Ser negativ	SPF chicken serum/Nr. Ref. PS0500	Italia	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Ser negativ de referință internațional liofilizat mod de ambalare flacon min. 1 ml. Standartizat față de seruri etalon WOAHO Oferta v-a include: - instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc = 1 fl.	Ser negativ de referință internațional liofilizat mod de ambalare flacon min. 1 ml. Standartizat față de seruri etalon WOAHO. Destinat pentru uz veterinar. SPF chicken serum/Nr. Ref. PS0500/ Nr. Lot 2/24 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc = 1 flacon.	
LOT 18 Setul ELISA detectia anticorpilor la Aujeszky	SVANOVIR® PRV gB-Ab/ Nr. Ref. SV- 104905	Germania	INDICAL BIOSCIENCE	Set de diagnostic ELISA imunosorbent legat de enzime pentru detectia anticorpilor specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujeszky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcina. -Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; -Control	Setul de diagnostic ELISA imunosorbent legat de enzime destinat pentru detectia anticorpilor specifici la Pseudorabies/ Virusul bolii Aujeszky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcina. <u>Setul conține:</u>	ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității

				pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de spălare concentrată (20x); -Soluție(tampon) de diluție - soluție de substrat (cu conținut H2O2); -Soluție stop; Testarea a fi posibilă în regim overnight și în regim mai puțin de 2 ore. Destinat speciilor de animale menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test.	Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Soluție(tampon) de diluție, Soluție de spălare concentrată (20x); soluție de substrat (cu conținut H2O2); Soluție stop; Testarea este posibilă în regim overnight și în regim rapid - mai puțin de 2 ore. Destinat pentru uz veterinar. SVANOVIR® PRV gB-Ab/ Nr. Ref. SV-104905/ Nr. Lot F202400201 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
Notă: Termenul de livrare – 20 de zile de la încheierea contractului; Termenul de valabilitate la momentul livrării restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani; Termenul de valabilitate la momentul livrării restant va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial pentru produsele cu valabilitate de până la 2 ani; Termenul de valabilitate a ofertei este conform declarației anexată.						

Semnat: - electronic -
Numele, Prenumele: Vasile CUCU
În calitate de: Administrator/Director

Ofertantul: SRL „Autoritate Grup”
Adresa: mun. Chișinău, str. Primăverii 11