

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1654496404308 din „04” iulie 2022
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și piese de schimb pentru aparatajul medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 14. Cablu ECG universal	MPK001C Cablu ECG, tip banana 4.0, standard IEC, rezistența 10 kΩ	China	SMA Co., Ltd	Cablu ECG universal pentru toate ECG-urile. Acestea trebuie să fie dotate cu 2 șuruburi de fixare la ECG. Rezistența trebuie să fie de 10 KiloOhm.	Cablu ECG, tip banana 4.0, standard IEC, cu două șuruburi de fixare la dispozitiv și rezistența de 10 kΩ	CE, ISO
Lotul 18. Electrozi cu ventuze	MPK012D Electrozi ECG de tip ventuze, reutilizabili, pentru adulți.	China	SMA Co., Ltd	Electrozi cu ventuze pentru toate ECG-urile (în set 6 electrozi)	Electrozi ECG de tip ventuze, reutilizabili, pentru adulți, compatibili cu ambele tipuri de conexiuni: de tip Banana 4.0 și Din3.0. Cupe cu diametrul de 26 mm, acoperite cu Agcl, 6 buc/set	CE, ISO
Lotul 19. Electrozi pentru membre	MPK013C Electrozi ECG pentru membre, reutilizabili, pentru adulți.	China	SMA Co., Ltd	Electrozi pentru toate ECG-urile (în set 4 electrozi)	Electrozi ECG pentru membre, reutilizabili, pentru adulți, compatibili cu ambele tipuri de conexiuni: de tip Banana 4.0 și Din3.0, contactele acoperite cu Agcl, 4 buc/set	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**
Ofertantul: „LifeMed Group” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**