



CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1781101434232 din 20.06.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat 6)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 19.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat 6)"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1781101434232 din 20.06.2026

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 20.07.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 19.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Nr. Lot		Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1781101434232 din 20.06.2026					
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat 6)					
1	Lotul nr. 1 - Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardioliipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardioliipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	36002 RPR-CARBON	Spania	Biosystems	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța dintre marginile a două godeuri alăturate: ~ 5 mm (+/- 2mm). Godeul cu adâncitură superficială (well/cerc imprimat sau ușor embosat). Adâncime recomandată: aproximativ 0,1 – 0,3 mm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 98.0% Pentru testele care nu sunt precalificate OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător).	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 500 teste Componenta setului: 1. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 500 teste Godeul cu adâncitură superficială. 3. Control negativ 4. Control pozitiv.; betisoare pentru amestecare 5*100 buc; flacon pentru dozare 2 buc, ac pentru dozare 2 buc. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea ≥ 100.0% - conform documentului 36002.pdf Prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător). - conform documentului: STD-0026_RPR_method-comparison.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700351	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781101434232 din 20.06.2026												
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat 6)												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lotul nr. 1 - Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiopinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiopinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	test	370 000	1.32	1.43	488 400.00	529 100.00	Pana la 90 zile de la momentul inregistrării contractului	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	488 400.00	529 100.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1781101434232 din 20.06.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
- Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.
- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui: nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru dispozitivele medicale cu o valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din cel inițial pentru dispozitivele medicale cu o valabilitate de până la 2 ani.
- Testele vor fi prezentate în ambalajul producătorului. La necesitate se va prezenta mostre. La livrare se va prezenta Certificat de Calitate per fiecare lot prezentat.
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 19.06.2026

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____
(semnătura)