

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G К АНТИГЕНАМ ТОКСОКАР

Настоящая инструкция распространяется на тест-систему иммуноферментную «Токсокара –IgG», предназначенную для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе.

Набор состоит из 8 реагентов:

1. Иммуносорбент – антигены токсокар, сорбированный в лунках планшета;
2. Фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т) – прозрачная, слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость;
3. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная опалесцирующая жидкость фиолетового цвета;
4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена (РКг- IgG) – прозрачная опалесцирующая жидкость зелёного цвета;
5. Положительный контрольный образец **K+(IgG)** – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость красного цвета;
6. Отрицательный контрольный образец (**K-**) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая иммуноглобулины класса G к антигенам токсокар – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость желтого цвета;
7. Хромоген – тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость;
8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость.

Тест-система рассчитана на 96 определений, включая контрольные образцы.

## Назначение

Тест-система предназначена для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови человека.

## Способ применения

### 1. Приготовление реагентов

#### 1.1 Приготовление ФСБ-Т

При наличии во флаконе с ФСБ-Т осадка солей флакон с концентратом выдержать при температуре  $(37\pm 1)^\circ\text{C}$  до полного растворения солей.

Содержимое одного флакона с ФСБ-Т перенести в мерный цилиндр вместимостью 1 л и довести объем раствора до 650 мл водой дистиллированной.

Хранение: неиспользованный концентрат ФСБ-Т в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8  $^\circ\text{C}$ , раствор ФСБ-Т – в течение месяца при температуре от 2 до 8  $^\circ\text{C}$ .

При использовании одного или нескольких стрипов планшета необходимое количество ФСБ-Т готовится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

		Количество используемых стрипов											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем, мл	Концентрат ФСБ-Т, мл	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26
	Вода дистил- лированная, мл	до 50	до 100	до 150	до 200	до 250	до 300	до 350	до 400	до 450	до 500	до 550	до 650

#### 1.2 Подготовка РБР-С, РКг-IgG, K+ (IgG), ТМБ-субстрата

РБР-С, РКг-IgG, K+ (IgG), ТМБ-субстрат – готовы к использованию

Хранение: неиспользованные РБР-С, РКг-IgG, K+ (IgG), ТМБ-субстрат хранят в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8  $^\circ\text{C}$ .

**При работе с ТМБ-субстратом и раствором конъюгата (РКг) необходимо отбирать раствор непосредственно из флакона новыми наконечниками.**

#### 1.3 Подготовка стоп-реагента

Стоп-реагент готов к использованию.

Хранение: не ограничено.

## 2. Подготовка исследуемых сывороток

Для выявления антител можно использовать сыворотку (плазму) крови человека как свежеприготовленную, так и хранившуюся в течение 24 ч при температуре от 2 до 8° С или в течение трех месяцев при температуре минус 20 °С. Для проведения анализа использовать образцы сыворотки или плазмы крови человека объемом не менее 50 мкл.

## 3. Проведение ИФА

Комплект перед проведением анализа выдержать в течение 30 мин при температуре от 20 до 25° С.

3.1 Планшет промыть один раз ФСБ-Т, при этом в каждую лунку планшета внести от 200 до 250 мкл раствора. По окончании промывки остатки жидкости удалить активным встряхиванием, постукивая планшетом по сложенной в несколько раз фильтровальной бумаге.

3.2. Для внесения контрольных сывороток можно использовать любые лунки планшета. Для этого в лунку внести по 100 мкл К+(IgG), в две другие лунки планшета - по 100 мкл К-. В остальные лунки планшета внести по 80 мкл РБР-С. При постановке ИФА на одном стрипе допускается использовать для К- и К+ - по одной лунке.

В лунки планшета с РБР-С внести по 20 мкл исследуемых сывороток. Раствор перемешать пять раз пипетированием, при этом цвет РБР-С должен измениться.

После этого планшет закрыть крышкой или заклеить клейкой лентой и инкубировать в течение 30 мин при температуре (37±1) °С.

3.3. По окончании инкубации планшет промыть ФСБ-Т пять раз, как описано в п.3.1.

3.4. После промывки и удаления влаги в каждую лунку планшета внести по 100 мкл раствора конъюгата (РКг-IgG) зелёного цвета. Планшет закрыть крышкой или заклеить клейкой лентой и инкубировать в течение 30 мин при температуре (37±1)° С.

3.5. По окончании инкубации планшет промыть ФСБ-Т пять раз, как описано в п.3.1.

3.6. Внести в каждую лунку планшета по 100 мкл раствора ТМБ- субстрата.

Планшет закрыть крышкой или заклеить клейкой лентой и поместить на 15 мин в защищенное от света место при температуре (37±1)° С.

3.7. Реакцию остановить внесением в каждую лунку планшета по 50 мкл стоп-реагента.

## 4. Учет результатов

Результаты ИФА регистрируют на спектрофотометре. Оптическую плотность (ОП) измеряют при длине волны 450 нм. Нулевой уровень («бланк») задают по воздуху.

Результаты учитывают только в том случае, если значение ОП в лунках с К- среднее значение ОП (ОПК-) не более 0,2, в лунках с К+ (IgG) среднее значение ОП (ОПК+) не менее 0,5.

**Рассчитывают ОПкрит. по формуле:**

$$\text{ОПКрит.} = \text{ОПК-(ср.)} + 0,25,$$

где ОПК-(ср.) – среднее значение ОП (ОПК-) по двум лункам.

Если значение оптической плотности исследуемого образца ОПиссл. ≤ 0,9хОПКрит, то результат анализа считают отрицательным. Если ОПиссл. попадает в интервал от 0,9хОПКрит до 1,2хОПКрит, то результат анализа сомнительный. Рекомендуется повторить анализ такой сыворотки. Если ОПиссл. > 1,2хОПКрит, то результат анализа исследуемого образца считают положительным.

## 5. Форма выпуска

Тест-систему «Токсокара –IgG», выпускают в виде набора, упакованного в коробку из картона, куда вкладывают инструкцию по применению.

Набор состоит из следующих компонентов: иммуносорбент, запаянный в пластиковый пакет, – 1 шт.; ФСБ-Т по 26 мл - 1 флакон; РБР-С по 12 мл - 1 флакон; РКг-IgG по 12 мл – 1 флакон; К+ (IgG), по 1,5 мл – 1 флакон; К- по 2,5 мл - 1 флакон; ТМБ- субстрат по 12 мл – 1 флакон; стоп-реагент по 6 мл - 1 флакон.

## 6. Срок годности, условия хранения и транспортирования

Срок годности набора 12 месяцев.

Хранение при температуре от 2 до 8° С.

Транспортирование производить при температуре от 2 до 8° С. Допускается транспортирование при температуре не выше + 27 °С в течение 5 дней.

Не допускать замораживания.

Рекламации на качество наборов направлять на предприятие-изготовитель по адресу: