

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. nr. ocde-b3wdp1-MD-1678194360714, ID:21075324 din 09.04.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat)

Codul CPV	Nr.lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000 -1	3	Adeziv cianocrilat	Adeziv cianocrilat	1050052 - (fiola 0,5ml, ambalaj 5 fiole in cutie) 1050044 - (fiola 0,5ml, ambalaj 10 fiole in cutie)	Spania	B. BRAUN SURGICAL S.A	Compozite - n-butil-2-cianoacrilat; culoare – albastru; rezistent la apa (dupa aplicare); Adeziv pentru sigilarea tesuturilor dupa interventiei chirurgicale sau embolizari cerebrale, Fiole 0,5ml – 50 buc. produsul sa nu necesite conditii de temperatura speciale – sa poate de pastrat la temperatura camerei 22°C.	Compozite - n-butil-2-cianoacrilat; culoare – albastru; rezistent la apa (dupa aplicare); Adeziv pentru sigilarea tesuturilor dupa interventiei chirurgicale sau embolizari cerebrale, Fiole 0,5ml – 50 buc. produsul sa nu necesite conditii de temperatura speciale – sa poate de pastrat la temperatura camerei 22°C. Catalog pag.2-5.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
33100000 -1	7	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	SEQUENT PLEASE NEO 5023210 5023211 5023212 5023213 5023214 5023216 5023217 5023220 5023221 5023222 5023223 5023224 5023226 5023227 5023230 5023231 5023232 5023233 5023234 5023236 5023237 5023240 5023241 5023242 5023243 5023244 5023246 5023247 Suplimentar se propun lung.10, 35, 40mm 5023200 5023201 5023202 5023203 5023204 5023206 5023207 5023250 5023251 5023252 5023253 5023254 5023256 5023257 5023260 5023261 5023262 5023263 5023264 5023266 5023267	Germania	BBraun Melsungen	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antiestenozoza dupa angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Disponibil pe cateter cu lungime de minim 140 cm. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antiestenozoza dupa angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Disponibil pe cateter cu lungime utilă de 145 cm. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm, suplimentar lungimile 10mm, 35mm, 40mm. Catalog pag.7-14.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

33100000 -1	9	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	SEQUENT PLEASE NEO 5023210 5023211 5023212 5023213 5023214 5023216 5023217 5023220 5023221 5023222 5023223 5023224 5023226 5023227 5023230 5023231 5023232 5023233 5023234 5023236 5023237 5023240 5023241 5023242 5023243 5023244 5023246 5023247 5023250 5023251 5023252 5023253 5023254 5023256 5023257 5023260 5023261 5023262 5023263 5023264 5023266 5023267 Suplimentar se propune lung.10mm 5023200 5023201 5023202 5023203 5023204 5023206 5023207	Germania	BBraun Melsungen	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014''. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm	Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator) - (se confirma prin studii clinice- la solicitare). Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014''. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm. Suplimentar lungime 10mm. Catalog pag.7-14.	CE; Declarație de conformit ate CE; ISO 13485;
33100000 -1	25	Cateter-ghid cu balon	Cateter-ghid cu balon	Neuro Speed 01-000605; 01-000600; 01-000601; 01-000602; 01-000603; 01-000604.	Germania	ACANDIS GMBH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter balon OTW cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat, strat intern din PTFE, ranforsat, virf maleabil, conector transparent pentru vizualizare. Marcheri radioopaci prezenți pentru vizibilitatea balonului. Destinație neurovasculare pentru angioplastie arterială intracraniană. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungime totală obligatorie minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni); Lungime balon obligatorie minim 7mm, maxim 10mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta	Cateter balon OTW cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat, strat intern din PTFE, ranforsat, virf maleabil, conector transparent pentru vizualizare. Marcheri radioopaci prezenți pentru vizibilitatea balonului. Destinație neurovasculare pentru angioplastie arterială intracraniană. Lungime totală obligatorie minim 150 cm. Lungime balon obligatorie 8 mm. Diametre obligatorii: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0mm. Catalog Acandis pag.1-3.	CE; Declarație de conformit ate CE; ISO 13485;

							si alte dimensiuni); Diametre obligatorii: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) .		
33100000 -1	32	Dispozitiv pentru trombectomie	Dispozitiv pentru trombectomie	Aperio Hybrid 01-000704 01-000705 01-000706 01-000707 01-000708 01-000709 01-000710 01-000711 01-000712 01-000713 01-000715 01-000716 01-000717 01-000718	Germania	ACANDIS GMBH	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toata lungimea. Referințe la studii clinic - obligatoriu. Referințe la studii clinice- obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021"; 0,027". Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 6,0 mm, lungime solicitată în limitele 16-50 mm.	Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toata lungimea. Referințe la studii clinic - anexate. Dimensiuni obligatorii. Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021"; 0,027". Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 6,0 mm, lungimi 16-50 mm. Catalog Acandis pag.4-11.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
33100000 -1	45	Microcateter intermediar	Microcateter intermediar	Neuro Bridge 01-000508 01-000509 01-000510 01-000511 01-000512 01-000513 01-000514 01-000515 01-000518 01-000519	Germania	ACANDIS GMBH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil la 25°. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea totală minim 110 - 150 mm;	Microcateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil la 25°. markeri incluși. Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea totală minim 110 - 150 mm; Catalog Acandis pag.12-13.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
33100000 -1	49	Microcateter pentru transport	Microcateter pentru transport	Neuro Slider 01-000272 01-000282 01-000283 01-000284 01-000273 01-000292 01-000293 01-000294 01-000274	Germania	ACANDIS GMBH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027" cu lungimea totală minim 155 mm;	Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027" lungimi 155mm, 160mm, 167mm; Catalog Acandis pag.14-15.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
33100000 -1	67	Set steril getabil pentru electrocardiostimulare	Set steril getabil pentru electrocardiostimulare	97039056	Suedia	Molnlycke Health Care	1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm (+/-5cm), steril, cu bord adeziv impregnat (nu se accepta lipici cu 2 fețe). 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv – dimensiuni 90x75 cm(+/-5cm), bord adeziv – min 5cm. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-	1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm, steril, cu bord adeziv impregnat (nu se accepta lipici cu 2 fețe). 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv – dimensiuni 90x75cm, bord adeziv – 5cm. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm, zona absorbantă –	CE; Declarație de conformitate CE; ISO

						5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 3 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi (adeziv + strat impermeabil) pentru fixarea tuburilor. 200 buc.: Tampon absorbant - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, absorbție min.30gr/m2. 1 buc.: Câmp angiografic - dimensiuni 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N8,0 – 2 perechi; N7,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, hipo-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; a)pirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat. 1 buc.: Bol min.120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 1 buc.: Lamă nr. 22. 1 buc.: Forceps – aprox. 12 cm. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm.	minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, dimensiuni 79x145cm, zonă absorbantă 65x85 cm (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 3 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, 18x25cm. 1 buc.: bandă adezivă - 9x49cm, 2 straturi (adeziv + strat impermeabil) pentru fixarea tuburilor. 200 buc.: Tampon absorbant - dimensiuni 7,5x7,5cm, 4 straturi, absorbție 30gr/m2. 1 buc.: Câmp angiografic - dimensiuni 240x320cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 6x9cm și 2 orificii de 6x9cm, cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 58cm, lungimea halatului (din umeri până la poale) - 127cm , lățimea halatului în zona axilară 72cm. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N8,0 – 2 perechi; N7,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, hipo-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; a)pirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat. 1 buc.: Bol min.120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 1 buc.: Lamă nr. 22. 1 buc.: Forceps – 12 cm. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm. Catalog pag.19 (Dat fiind volumul considerabil de fișiere, datele tehnice suplimentare per fiecare componenta vor fi prezentate la solicitare)	13485;
--	--	--	--	--	--	---	--	--------

33100000 -1	72	Stent autoexpandabil periferic	Stent autoexpandabil periferic	Sinus-SuperFlex-535, de la 6104-6030 pana la 6110-7080 in functie de dimensiuni	Germania	OPTIMED MEDICAL INSTRUMENT S GMBH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din nitinol, minim 7 markeri din tantal, dispozitiv de aplicare 5F, compatibil cu ghid 0,035''. Lungime shaft- 75, 120 cm. Diametre stent obligatorii: 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10mm. Lungimi stent obligatorii: 20, 30, 40, 60, 80mm.	Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din nitinol, minim 7 markeri din tantal, dispozitiv de aplicare 5F, compatibil cu ghid 0,035''. Lungime shaft- 75, 120 cm. Diametre stent obligatorii: 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10mm. Lungimi stent obligatorii: 20, 30, 40, 60, 80mm. Catalog pag.15- 18.	CE; Declarație de conformit ate CE; ISO 13485;
33100000 -1	73	Stent autoexpandabil periferic	Stent autoexpandabil periferic	Sinus-SuperFlex-535, de la 6104-6030 pana la 6110-7080 in functie de dimensiuni	Germania	OPTIMED MEDICAL INSTRUMENT S GMBH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft compatibil cu ghid 0,035''. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiu obligatorii: Lungime shaft- 75, 120 cm(+/-5cm). Diametre stent: 4, 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent: 20,30,40,60, 80mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft compatibil cu ghid 0,035''. Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft- 75, 120 cm. Diametre stent: 4, 5 ,6, 7 , 8, 9, 10 mm. Lungimi stent: 20,30,40,60, 80mm. Catalog pag.15-18.	CE; Declarație de conformit ate CE; ISO 13485;
33100000 -1	78	Stent împletit	Stent împletit	Accero 01-000800 01-000801 01-000802 01-000803 01-000804 01-000805 01-000806 01-000807 01-000808 01-000810 01-000811 01-000813 01-000814 01-000841 01-000842 01-000845	Germania	ACANDIS GMBH	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio- opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica in ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 95%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele a microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) compatibil cu microcatetere de 0,0165" si 0,017". Diametrul solicitat: 2,5-4,5 mm, pentru vase cu diam.1,5-4,5 mm.	Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio- opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată (BlueXide) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 95%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele a microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor. Compatibil cu microcatetere de 0,0165" si 0,017". Diametre: 2,5- 4,5 mm, pentru vase cu diam.1,5-4,5 mm. Catalog Acandis pag.16-20.	CE; Declarație de conformit ate CE; ISO 13485;
33100000 -1	79	Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon	Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon	Credo 01-000930; 01-000931; 01-000932; 01-000933; 01-000940; 01-000941; 01-000942; 01-000943; 01-000950; 01-000951; 01-000952;	Germania	ACANDIS GMBH	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent taiat cu laser, semi-compliant, celule asimetrice, in cazurile de forta radiala inalta, compatibil cu cateter 0,0165"; virf J tip, capacitate de repoziționare 90%, minim 6 markeri. Diametre stent: 3.0; 4.0; 5.0. Lungimi stent: 15mm; 20mm; 25mm; 30mm pentru vase de diametrul cuprins intre 2,0-4,5mm. Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului taiat cu laser. Cateter balon OTW semi-compliant, cu capacitate de pasaj al	Stent taiat cu laser, semi-compliant, celule asimetrice, in cazurile de forta radiala inalta, compatibil cu cateter 0,0165"; virf J tip, capacitate de repoziționare 90%, minim 6 markeri. Diametre stent: 3.0; 4.0; 5.0. Lungimi stent: 15mm; 20mm; 25mm; 30mm pentru vase de diametrul cuprins intre 2,0-4,5mm. Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului taiat cu laser. Cateter balon OTW semi-compliant, cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat hidrofili, virf maleabil 10mm, conector transparent pentru vizualizare, minim 3 markeri pentru vizualizare.	CE; Declarație de conformit ate CE; ISO 13485;

				01-000953; Neuro Speed 01-000605; 01-000600; 01-000601; 01-000602; 01-000603; 01-000604.			stentului prin cateter. Dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, conector transparent pentru vizualizare, minim 3 markeri pentru vizualizare. Referințe la studii clinice- obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni 0.0165", lungimea utila - minim 150cm, diametre balon: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4,0mm; lungime balon 8mm.	Referințe la studii clinice - anexate. Dimensiuni 0.0165", lungimea utila - 150cm, diametre balon: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4,0mm; lungime balon 8mm. Catalog Acandis pag. 21-37.	
33100000 -1	83	Stent tăiat cu laser	Stent tăiat cu laser	Acclino Flex Plus de la 01-001122 pana la 01-001126; de la 01-001132 pana la 01-001136; de la 01-001142 pana la 01-001146; de la 01-001152 pana la 01-001156; de la 01-001162 pana la 01-001166; de la 01-001173 pana la 01-001176; de la 01-001193 pana la 01-001196; Suplimentar propus: 01-001213; 01-001215; 01-001217; 01-001221.	Germania	ACANDIS GMBH	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, tăiat cu laser, din nitinol, cu celule asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; suprafața stentului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica în ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului să permită apozitia corectă în vas; capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina si iridiu și minim 2 markeri din aur pe ghidul de transport; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) compatibil cu microcatetere de 0,0165" - 0,021". Diametrul solicitat: 3,0-6,5 mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0 mm.	Stent pentru anevrisme, tăiat cu laser, din nitinol, cu celule asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; suprafața stentului cu acoperire sau special prelucrată pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului să permită apozitia corectă în vas; capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina si iridiu și minim 2 markeri din aur pe ghidul de transport; Compatibil cu microcatetere de 0,0165" - 0,021", suplimentar - compatibil cu microcateter de 0,027". Diametrul solicitat: 3,0-6,5 mm, suplimentar disponibil diametrul - 8,0mm. pentru vase cu diam. 1,5-6,0 mm (respectiv, pentru vase cu diametru recomandat până la 7,0 mm). Catalog Acandis pag.38-41.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu