

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712580234500 din „18” aprilie 2024
Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente pentru metode moleculare utilizate în activitatea Laboratorului Național de Referință

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3 Set de 6 pipete cu 1 canal	TYC901 Pipetă-dozator cu 1 canal, volum variabil 0,1–2,5 µL; TYC902 Pipetă-dozator cu 1 canal, volum variabil 0,5–10 µL; TYC903 Pipetă-dozator cu 1 canal, volum variabil 2–20 µL; TYC905 Pipetă-dozator cu 1 canal, volum variabil 10–100 µL; TYC906 Pipetă-dozator cu 1 canal, volum variabil 20–200 µL; TYC908 Pipetă-dozator cu 1 canal, volum variabil 100–1.000 µL; TYC1603 Stativ (carusel) pentru pipete cu 6 locuri compatibil cu pipetele, inclusiv dispozitiv pentru reglarea pipetelor.	China	NTL Co., Ltd	Set de 6 pipete cu 1 canal Eppendorf Reference 2 sau echivalent, 0,1–2,5 µL, 0,5–10 µL, 2–20 µL, 10–100 µL, 20–200 µL, 100–1.000 µL, volum variabil, inclusiv stativ (carusel) pentru pipete cu 6 locuri sau suporturi pentru pipete cu 6 locuri compatibile cu pipetele, inclusiv dispozitiv pentru reglarea pipetelor.	Set de 6 pipete-dozator, 0,1–2,5 µL, 0,5–10 µL, 2–20 µL, 10–100 µL, 20–200 µL, 100–1.000 µL, cu volum variabil, inclusiv stativ (carusel) pentru pipete cu 6 locuri compatibile cu pipetele, inclusiv dispozitiv pentru reglarea pipetelor. (Înregistrate în Registrul de Stat al DM)	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „LifeMed Group” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**