

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1732544148794 din 11.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 10.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chişinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027 "

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732544148794 din 11.12.2024

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 10.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 10.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1732544148794 din 11.12.2024			
Obiectul achiziției:					INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE în scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	G20A2+ 5076-58/65 IPG G20 SR MRI SURESCAN LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu 1 electrod endocardial – electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta funcțiilor de autocapturare, adaptarea de fcc. Lungevitaea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR - Brosura "G20 MRI" pag.2, inclusiv cu 1 electrod endocardial – electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 7F, cu fixarea active- "Product catalog_2021" pag.95 Prezenta funcțiilor de autocapturare, adaptarea de fcc. Lungevitaea bateriei de la 10 ani in conditii speciale - Brosura "G20 MRI" pag.2 Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000398865 DM000398858 DM000398859
2	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	G70A2+ 5076-58/65+ 5076-52/58 G70A2//IPG G70 DR MRI SURESCAN LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta funcțiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protecție declansarii fibrilației atriale, algoritme de micșorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Lungevitaea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DDDR - Brosura "G70 MRI" pag.2 inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 7F, cu fixarea active - "Product catalog_2021" pag.95 Prezenta funcțiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protecție declansarii fibrilației atriale, algoritme de micșorarea stimulării VD - Brosura "G70 MRI" pag. 3 posibilitatea efectuării SEF - "M007512C001B_view" pag.37 Lungevitaea bateriei de la 10 ani - Brosura "G70 MRI" pag.2 Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000398866 DM000398858 DM000398859 DM000398857

5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	W1TR06 + 5076-52/58 + 5076-58/65 + 4296-78 + 6215 + 6250VIC + CGRXT190HJ CRTP W1TR06 SOLARA CRTP MRI OUS LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN LEAD 429678 ATTAIN ABILITY PLUS 6215 BALLOON CATHETER-80CM X 10MM BALL Catheter 6250VIC Attain Command GDWR CGRXT190HJ COUGARXT 5PK 190 J HY	SUA	Medtronic	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadripolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului), subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) - "Product catalog_2021" pag.42 in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-58 diametru 7F, cu fixarea active - "Product catalog_2021" pag.95 pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa - "Product catalog_2021" pag.95 electrod pentru ventricul sting bipolar/quadripolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 5.7F cu fixarea pasiva - "Product catalog_2021" pag.116, Vectori de stimulare - "Solara Quad_W4TR06_Spec Sheet" pag.3 LV parameters kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului) - "Product catalog_2021" pag.123 subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului) - "Product catalog_2021" pag.123 balon pentru venografie sinusului coronarian - "Product catalog_2021" pag.126 ghid coronarian hidrofil d- 0.014 - "Coro_Catalogue_EUP_2017" pag.69 Lungevitatea bateriei in medie 9 ani – "Solara Quad_W4TR06_Spec Sheet" pag.5	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000655036 DM000398857 DM000398858 DM000398859 DM000655029 DM000420866 DM000655030 DM000373089
23	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	G70A2+ 5076-58/65+ 5076-52/58 G70A2//IPG G70 DR MRI SURESCAN LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta in comodat un programator pe perioada utilizării electro cardiostimulatoarelor sau va oferta electro cardiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 10 ani - Brosura "G70 MRI" pag.2 Va oferta electro cardiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000399866 DM000398858 DM000398859 DM000398857
24	Electrocardiostimulator, steril	Electrocardiostimulator, steril	G20A2+ 5076-58/65 IPG G20 SR MRI SURESCAN LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta in comodat un programator pe perioada utilizării electro cardiostimulatoarelor sau va oferta electro cardiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.	Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare aproximativ 10 ani - Brosura "G20 MRI" pag.2 Va oferta electro cardiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000399865 DM000398858 DM000398859

25	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	4968-35 LEAD 4968-35 LEAD-STERIOD BIP SUTURE-IN	SUA	Medtronic	Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 cm,Fixarea- ligaturi, Invelis- silicon, Eliberare steroizi- dexametazon natria fosfat, Introducator si accesorii in pachet.	Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 cm – "Product catalog_2021" pag.99 Fixarea- ligaturi – "M018431C022A_4968_view_RO" pag.18 Invelis- silicon – "Product catalog_2021" pag.99 Eliberare steroizi - dexametazon natrium fosfat – "M018431C022A_4968_view_RO" pag.20 Introducator si accesorii in pachet	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000422116
26	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare	383069+C315HIS02 CATH C315HIS02+ LEAD 383069/74 SELECT SECUR COQU1	SUA	Medtronic	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (zona hisiana si LBBA), sa fie conisutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 30-45 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid, compatibil cu ghid 0,038". In set cu electrod endocardial "lumenless" cu lungimea 55-75 cm, bipolar, pentru regiunea hisiana.	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (zona hisiana si LBBA), este conisutit din cateter de ghidare cu diametru intern - 5.4Fr, diametru extern 7Fr, lungimea – 20-43 cm - "Product catalog_2021" pag.98 material PEBAX; marker radiopac; dilatator pentru ghid, compatibil cu ghid 0,038" – "C315_Instructions for Use M715407B00" pag.5. In set cu electrod endocardial "lumenless" cu lungimea 59-74 cm, bipolar, pentru regiunea hisiana. - "Product catalog_2021" pag.96	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000398863 DM000420863
27	Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, VVI, AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, AAIR, VVI, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	G20A2 + 5076-58/65 IPG G20 SR MRI SURESCAN LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN	SUA	Medtronic	Electrocardiostimulator monocameral S-SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 6F -7 F, cu fixare active. Durata longevitatei bateriei minimum 8 ani. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator monocameral S-SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR – "G20 MRI" pag.2 inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 7F, cu fixare active - "Product catalog_2021" pag.95 Durata longevitatei bateriei aproximativ 10 ani - "G20 MRI" pag.3 Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000399866 DM000398858 DM000398859
28	Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD- DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	G70A2+5076-58/65+ 5076-52/58 G70A2//IPG G70 DR MRI SURESCAN LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN	SUA	Medtronic	Electrocardiostimulator bicameral D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Durata longevitatei bateriei minimum 8 ani. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR – "G70 MRI" pag.2 inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 7F, cu fixarea active - "Product catalog_2021" pag.95 Durata longevitatei bateriei de la 10 ani - "G70 MRI" pag.3 Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000399866 DM000398858 DM000398859 DM000398857

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732544148794 din 11.12.2024												
Obiectul achiziției:				INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	bucată	320	10 523.75	12 628.51	3 367 600.00	4 041 123.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	bucată	230	13 523.81	16 228.57	3 110 476.30	3 732 571.10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	bucată	16	41 287.00	49 544.40	660 592.00	792 710.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
23	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	bucată	35	13 523.81	16 228.57	473 333.35	567 999.95	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
24	Electrocardiostimulator, steril	Electrocardiostimulator, steril	bucată	45	10 523.81	12 628.57	473 571.45	568 285.65	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

25	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	bucată	5	14 421.00	17 305.20	72 105.00	86 526.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
26	Sistem de delivrare cateterului în sistemul de conducere împreună cu electrodul de stimulare	Sistem de delivrare cateterului în sistemul de conducere împreună cu electrodul de stimulare	bucată	10	15 390.00	18 468.00	153 900.00	184 680.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
27	Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, VVI, AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, AAIR, VVI, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	bucată	20	10 523.81	12 628.57	210 476.20	252 571.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
28	Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	bucată	20	13 523.81	16 228.57	270 476.20	324 571.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							8 792 530.50	10 551 039.10				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1732544148794 din 11.12.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Subsemnatul Dmitrii Kojevnikov reprezentant împuternicit al S.C. OXIVIT-MED S.R.L, în calitate de ofertant la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1732544148794 din 11.12.2024 pentru achiziția de "INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027 " de CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE, declar pe proprie răspundere că nu se aflam nu ne aflăm în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19.
În cazul în care situația se va modifica, vom informa imediat autoritatea contractantă.

Data completării: 10.12.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____
(semnătura)