

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA
1.	Stație de exersare imersivă pentru treadmill în dotare (h/p/cosmos Pluto) cu ecran TV 43"	Upgrade la treadmill în dotare h/p/cosmos, model Pluto, pentru combinarea antrenamentului pe treadmill din dotare cu jocuri și realitatea virtuală. Pacientul aflându-se pe treadmill trebuie să fie urmărit de videocamera Tipul poziționării pacientului pe treadmill: - stând - mergând - alergând Trebuie să permită exersarea cu membri superiori pentru antrenarea întregului corp pe treadmill Antrenamentul funcțional combinat cu realitatea virtuală sub formă de joc (minim 20 jocuri) Diversitatea antrenamentelor datorită variației: - jocurilor - zonelor de corp implicate - duratei - dificultății Domenii de reabilitare aplicate: - neurologică - musculoscheletală - balansare și echilibru Posibilitatea evaluării și documentării rezultatelor Posibilitatea afișării pacientului jocurilor și rezultatelor pe un display TV larg Upgrade-ul va include: - Panoul terapeutului cu licență - videocamera pentru detectarea corpului pacientului - interconectarea panoului terapeutului cu interfața treadmillului h/p/cosmos Pluto din dotarea instituției (User Terminal Touch Pro) - TV min. 43" pentru pacient.	Bucată	1	190,000.00
2.	Dispozitiv cu benzi elastice pentru reabilitarea membrelor inferioare în lanț cinematic închis din cadrul platformei ACX.rehab cu ecran TV 43"și stația pacientului	Dispozitiv pentru terapia disfuncțiilor neuromusculare prin reabilitarea funcțională a membrelor inferioare, lanț cinematic închis, asistat de stația computerizată a pacientului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției. Antrenament specific în baza rezistenței în mediul realității virtuale Posibilități: - evaluarea amplitudinii de mișcare - antrenarea și evaluarea distribuției sarcinii membrelor inferioare - diverse planuri ale mișcării picioarelor - jocuri terapeutice în mediul realității virtuale Rezistență de elemente din cauciuc va permite: - creșterea rezistenței cu amplitudinea mișcării - eliminarea inerției sarcinii Cauciucuri cu rezistență înaltă la uzură: înlocuire posibilă după min. 10 000 cicluri Posibilitatea de adaptare a dispozitivului la corpul pacientului: - reglarea poziției scaunului pe - reglarea unghiului spetezei - reglarea unghiului fiecărui de picior Platforme dinamografice integrate pentru antrenarea balansării și coordonării Fixator de stabilizare a piciorului	Bucată	1	370,830.00

		Mobilitatea dispozitivului: asigurată de min. 2 roțile pentru transportare Posibilitatea depozitării elastomerilor Comunicarea fără fir a senzorului dispozitivului cu stația computerizată a pacientului Va include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice Stația computerizată a pacientului, compusă minim din: 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40" 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - 2specific2 min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir.			
3.	Dispozitiv pentru antrenarea dinamografică din cadrul platformei ACX.rehab, cu ecran TV 43" și stația pacientului	Dispozitiv pentru evaluarea și antrenarea balansării și distribuției de, asistat de stația computerizată a pacientului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale. Antrenament în baza 2 platforme independente care măsoară parametrii fiecărui picior prin măsurarea forței, accelerării și vitezei: - antrenarea preciziei mișcărilor, echilibrului, balansării, propriocepției - analiza distribuției de 3specifici în statică și dinamică Testele: - pășire - săritură - stînd – șezînd - genoflexiuni - distribuția greutății Dimensiunile dispozitivului: 60 x 30 x 15 cm (+/- 10%) pentru fiecare platformă Greutatea suportată: ≥ 150 kg Va include o platformă cu o barieră de siguranță din trei părți, care sporește confortul exercițiilor și testelor efectuate pe platformă, cu dimensiuni de cel puțin: 80 cm x 100 cm (± 10%). Alimentarea și comunicarea prin cablu a dispozitivului cu stația computerizată a pacientului Va include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice. Stația computerizată a pacientului, compusă minim din: 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40" 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - 3specific3 min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică 3specific3 sau 3specific	Bucată	1	320,000.00

		- Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir.			
4.	Dispozitiv pentru reabilitarea balansării din cadrul platformei ACX.rehab, cu ecran TV 43" și stația pacientului	Dispozitiv pentru evaluarea și antrenarea balansării și propriocepției, asistat de stația computerizată a pacientului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale. Antrenament în baza sistemului de măsurare unghiului de înclinare prin detectarea modificării poziției platformei de balansare: - îmbunătățirea coordonării musculare și propriocepției - antrenarea posturii, balansării, menținerii stabilității Posibilități de antrenare: - într-un picior - în ambele picioare - stînd - șezînd - jocuri terapeutice în mediul realității virtuale Unghiul de înclinare măsurat în toate direcțiile: min. $\pm 15^\circ$ Diametrul dispozitivului: ≥ 40 cm Greutatea dispozitivului: < 10 kg Greutatea suportată: ≥ 150 kg O platformă cu o barieră de siguranță din trei părți, care sporește confortul exercițiilor și testelor efectuate pe platformă, cu dimensiuni de cel puțin: 80 cm x 100 cm ($\pm 10\%$). Comunicarea fără fir a senzorului dispozitivului cu stația computerizată a pacientului Va include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice. Stația computerizată a pacientului, compusă minim din: 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40" 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - 4pecific4 min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică 4pecific4 sau 4pecific - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir.	Bucată	1	260,000.00
5.	Stația de reabilitare prin reabilitare virtuală din cadrul platformei ACX.rehab în set cu 3 perechi de ochelari VR (3 utilizatori simultan)	Sistem pentru reabilitare utilizând realitatea virtuală imersivă, echipat cu minim 3 ochelari de tip VR și asistat de stația computerizată a utilizatorului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale. Antrenament în baza utilizării ochelarilor de virtualitate reală: - îmbunătățirea funcțiilor motorii, coordonării, capacităților cognitive - exerciții multiplanare care implică mișcarea întregului corp - antrenarea puterii și diapazonului de mișcări - jocuri de reabilitare Testele: - teste de precizie a mișcărilor	Bucată	1	630,000.00

		- test la viteză - Go-NoGo test - test de stabilitate Memoria ochelarilor VR: min. 512 GB Camere încorporate în ochelari VR: IR – min. 4 buc, RGB – min. 2 buc. Display ochelari VR: min. 4k Comunicarea fără fir a ochelarilor VR cu stația computerizată a utilizatorului Alimentarea ochelarilor VR: de la baterii reîncărcabile Va include stația computerizată a utilizatorului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor. Stația computerizată a utilizatorului, compusă minim din: 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru utilizator cu diagonala minim 40" 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - 5specific5 min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică 5specific5 sau 5specific - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir.			
6.	Stația pentru crearea mediului sensorial în plan orizontal	Stația de proiectare în plan orizontal și interacțiune cu utilizator. Sistem de proiectare laser Activități: min. 300 Controlul aplicației lansate: - Viteza apariției obiectelor - Viteza mișcării obiectelor - Viteza schimbării întrebărilor - Viteza schimbării melodiilor În meniul de control: - Denumirea aplicației - Delimitarea aplicațiilor conform efectului • Ștergere: Aceste aplicații conțin o imagine sau mai multe straturi de imagini ascunse sub o imagine de suprafață. Atunci când are loc o interacțiune, stratul de dedesubt este dezvăluit treptat. • Împrăștiere: Un obiect sau mai multe obiecte se vor deplasa pe suprafață atunci când se detectează mișcare. Viteza și mișcarea de întoarcere a acestora pot fi controlate cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Stopire: unul sau mai multe obiecte se vor deplasa pe suprafață. Aceste obiecte se vor transforma atunci când are loc interacțiunea (ex.: bula se va sparge) • Victorină: În partea de sus a ecranului apare o întrebare, iar în partea de jos a ecranului sunt afișate câteva variante de răspuns. • Apă: imită suprafața apei, cu valuri și pești. Atunci când are loc o interacțiune, imaginea se unduiește, iar peștii reacționează la orice mișcare. • Zone: spații specifice de interacțiune care nu se mișcă. Atunci când are loc interacțiunea, o zonă se transformă instantaneu. Posibilitatea redenumirii, editării, creării, duplicării, relocării aplicațiilor	Bucată	1	260,000.00

		Posibilitatea importării și înlocuirii imaginilor Posibilitatea importării și înlocuirii muzicii Navigare prin meniu prin telecomandă Telecomanda butoane de control: - Butoane de navigare - Butonul de selecție și accesare meniu - Butoane de modificare nivelului sonor - Butonul de blocare / deblocare a interacțiunii cu utilizator - Activarea / dezactivarea regimului de așteptare Butonul de pornire/oprire pe dispozitiv Butoanele de ajustare a înălțimii pe dispozitiv Alimentarea de la rețea electrică Ajustarea focusării prin maneta localizată pe dispozitiv USB port pentru importarea media Tastatura fără fir Înălțime ajustabilă pentru posibilitatea proiectării pe masă și podea. Dimensiunea imaginii proiectate: de la 1x1,5 metri la 2 x 2,5 metri minimum Ajustarea înălțimii: 70 la 130 cm ($\pm 5\%$) Dimensiuni (Lxl): 60 x 60cm ($\pm 5\%$) Greutatea: ≤ 30 kg.			
7.	Dispozitiv robotizat universal pentru reabilitarea neurologică și ortopedică a membrelor superioare și inferioare, cu utilizarea electromiografiei, cu ecran TV 43"	Robot pentru reabilitarea motorie automată și evaluarea stării motorii a membrelor superioare și inferioare cu biofeedback electromiografic. Permite efectuarea exercițiilor robotice pasive și de forță Permite aplicarea rezistențe dinamice EMG încorporat: - minim până la 6 canale măsurate simultan - Rezoluția: 24 bit - impedanța de intrare: 10 MΩ - frecvența de eșantionare per canal: 1000 secvențe/secundă Tipuri de exerciții de rezistență dinamică: izokinetice, izotonice, elastice Tipuri de antrenări: - bazat pe EMG - utilizând extensie detașabilă - utilizând extensia detașabilă în combinație cu EMG Posibilitatea setării: - duratei de exersare - vitezei de exersare - momentului de forță - pauzei - direcției de rotire - canalelor EMG - antrenament repetat Măsurarea testării performanței fizice și electromiografice - Antrenamentul propriocepției - Antrenamente de biofeedback EMG - Antrenamente EMG-evocate - antrenamente ortopedice (min. 5 cu lista protocoalelor) - antrenamente neurologice (min. 4 cu lista protocoalelor)	Bucată	1	1,650,000.00

	- antrenamente sub formă de joc (min. 4 cu lista jocurilor) Evaluări: - EMG - Evaluarea direcției poziției articulației - măsurarea diapazonului de mișcare - Test izometric de forță - Evaluarea inițială a pacientului - Test de spasticitate musculară Electrozi EMG de singură folosință Posibilitatea utilizării electrozilor EMG pelvici (vaginali și anali) Capacități de diagnostic încorporate: evaluarea dinamometrică a spasticității, evaluarea dinamometrică a forței musculare, evaluarea electromiografică a inervației. Efectuarea reabilitării: umăr, cot, șold, genunchi, picior, mână datorită extensiilor corespunzătoare. Permite formarea biofeedback sub formă de jocuri de reabilitare, implementate atât prin poziția membrului pacientului (controlată prin rezistență dinamică), cât și prin semnalul electromiografic - Generarea rapoartelor de antrenament pentru fiecare pacient cu grafice - Rapoarte exportabile în PDF Salvarea în software a înregistrărilor antrenamentelor pacienților în fișiere dedicate Posibilitatea accesării profilului securizat prin parolă Posibilitatea vizualizării istoricului antrenamentelor pacientului înregistrat, inclusiv pentru fiecare extensie conectată Posibilitatea update-ului automat a software-ului Disponibilitatea conectivității robotului la internet Posibilitatea de a fi combinat cu un fotoliu de reabilitare pentru acomodarea pozițiilor de exercițiu a articulațiilor genunchiului, șoldului, cotului, umărului, încheieturii mâinii și gleznei Extensii detașabile: - pentru membru superior - pentru membru inferior - pentru picior - pentru antebraț - pentru umăr - de tip volan - de tip disc (min. 4 tipuri) - de tip șurubelniță (min. 3 tipuri) - de tip cheie (min. 2 tipuri) Înălțimea ajustabilă a capului robotului: ≤ 75 cm până la ≥ 105 cm Viteza de ridicare: ≥ 25 mm/s Momentul de forță maximal al capului robotului: ≥ 60 Nm Viteza unghiulară maximală a capului robotului: $\geq 50^\circ/\text{s}$ Limitele de rotire a capului robotului: $-315^\circ - 315^\circ$ Sarcina sporită aplicabilă pe extensii: până la 30 kg Butoane de oprire urgentă Alarmer vizuale și sonore Testare de autodiagnostic inițială Telecomandă dotată specific cu butonul opririi de siguranță Indicator a stării de pornire a dispozitivului Indicator a limitelor de efectuare a mișcării de antrenament Lungime cablu EMG cu 2 canale: ≥ 150 cm Ecran touchscreen color, diagonala $\geq 12"$ pe integrat			
--	---	--	--	--

		Mobilitate: baza pe 4 rotile cu frână Grad de protecție: min. IP 30 Dimensiuni (Lxl): 40 x 60 cm (± 10%), Înălțimea ajustabilă: 110 – 150 cm (± 10%) Greutatea: ≤ 100 kg Alimentarea electrică: 220 V, 50 Hz Fotoliu cu reglare electrică motorizată, pentru examinări și tratamente în poziție șezând sau culcat, în set cu dispozitiv robotizat pentru reabilitarea membrelor superioare și inferioare Lățimea scaunului: minim 580 mm Unghi înclinare spetezei: min. 0° - 85° Unghi înclinare șezutului: min: 0°- 20° Reglarea electrică a înălțimii fotoliului: min. 500-850 mm Telecomandă pentru fotoliu Mobilitate: min. 4 roți Stabilitate: min. 4 picioare Suporturi pentru picioare reglabile (dreapta și stânga), complet pliabile. Unghiul suportului pentru picioare: min 15° - 90° Greutatea maximă a pacientului: min. 130 kg Lungime totală: minim 1200 mm (suporturi pentru picioare pliate), max. 1900 mm (suporturi picioare elevate) Accesorii: Suport picior pliabil – 2 buc Suport picioare fix – 1 buc Suport mână – 2 buc Centură de fixare corp – 1 buc Mâner – 1 buc Fixator lateral – 2 buc.			
8.	Lift motorizat, fixat pe podea, pentru coborârea și ridicarea pacientului în piscină. Echipat cu scaun și cușetă detașabile și pe mobil	Elevator pentru bazine, montabil în podea. Capacitatea maximal de ridicare: 180 kg Alimentare: baterie reîncărcabilă detașabilă Control: butoane pe telecomandă (ridicare, coborâre, rotire la stânga și la dreapta) Securitate: - buton de oprire urgentă - butonare de ridicare și coborâre pe panoul unității de control în caz de urgență Indicator nivelului de încărcare a bateriei Elevare: min. 150 cm Rotirea elevatorului în jurul axei centrale: 360° Poziționarea brațului de ridicare a scaunului: min. 4 poziții de înălțime de-a lungul axei verticale Posibilitatea poziționării la înălțimi diferite de-a lungul brațului de ridicare a scaunului și cușetei Greutatea elevatorului: max. 90 kg Scaun echipat cu centura de siguranță Scaun echipat cu suporturi de mână Ridicarea și coborârea suportului de mână pentru accesul persoanei pe scaun detașabil Accesorii: - scaun mobil detașabil – 1 buc - cușetă mobile detașabilă – 1 buc - telecomandă – 1 buc	Bucată	1	400,000.00

		- baterie reîncărcabilă detașabilă – 1 buc încărcător baterie – 1 buc.			
9.	Stația pentru reabilitare prin videocamera 3D pentru captarea mișcărilor din cadrul platformei ACX.rehab	Sistem pentru reabilitare bazat pe captarea spațială a mișcărilor utilizatorului de către videocamera 3D fără necesitatea atașării de corp a senzorilor suplimentari, asistat de stația computerizată a utilizatorului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale Antrenament în baza captării mișcărilor de către videocamera 3D va asigura: - antrenarea propriocepției - antrenarea memoriei și atenției - antrenarea rapidității rezolvării sarcinilor - antrenarea întregului corp - îmbunătățirea proprietăților motorii fine și grosiere - analiza diapazonului de mișcări - efectuarea exercițiilor pentru segmente selectate ale corpului sau pentru corpul întreg în poziție șezândă și stând - posibilitatea efectuării exercițiilor cu un membru specificat - îmbunătățirea puterii musculare și rezistenței - îmbunătățirea flexibilității și mobilității joncțiunilor - îmbunătățirea controlului posturii și stabilității - îmbunătățirea paternului de mers - îmbunătățirea orientării spațiale Testele: - unghiuri de mișcare - teste de precizie a mișcărilor - teste balansare, stabilitate, Romberg, staționare într-un picior - test la viteză - Go-NoGo test Videocamera spațială 3D: - distanța de captare a mișcărilor: 0,3 m până la 20 m - detectarea: persoanelor, obiectelor customizate, vehiculelor - conectivitate: min. USB 3.0 type-C - Rezoluția de ieșire: 2x (2208 x 1242) la 15 fps, 2x (1920 x 1080) la 30 fps - Câmpul de vedere (OxVxP): 110° x 70° x 120° - Alimentare: prin cablu Comunicarea prin fir a videocamei spațiale 3D cu stația computerizată a utilizatorului Va include stația computerizată a utilizatorului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor. Stația computerizată a utilizatorului, compusă minim din: 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru utilizator cu diagonala minim 40" 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - 10pecific10 min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică 10pecific10 sau 10pecific - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi	Bucată	1	245,840.00

		- Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir.			
10.	Software pentru dispozitivul de reabilitare X-Cogni în dotare, protocoalelor terapeutice cu 3D camera integrate, activarea camerei.	Upgrade la software a dispozitivului de reabilitare XCogni în dotare din cadrul platformei ACX.rehab, pentru videocamera spațială 3D premontată încorporată. Upgrade-ul va permite: - Activarea videocamerei spațiale 3D - Includerea protocoalelor terapeutice pentru interacțiunea pacientului prin, mișcările membrelor și a întregului corp - Posibilitatea efectuării exercițiilor pentru un membru specific selectat - Posibilitatea efectuării exercițiilor în static și dinamică - Jocuri terapeutice - Efectuarea exercițiilor în poziție șezândă și stând - Măsurarea mișcărilor, unghiurilor, vitezei și accelerării pe parcursul exersării.	Bucată	1	145,830.00

Valoarea estimativă fără TVA: 4 472 500,00 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligat Ivitarea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
--	--	---	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezenta următoarele documente conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezenta următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare element; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/... °C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 04.06.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 04.06.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG