

Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1721140613863			
Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Cantitatea	Producătorul
1	2			3	4	5
33100 000-1	4	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	Instalație "KLT- 6220S6"	2	FOSHAN ROSON MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.

33100 000-1	5	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	Instalatie "KLT- 6220S6"	12	FOSHAN ROSON MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director

Ofertantul: Visiosys

Specificații tehnice

necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (partea I)

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

6	Comandă pedală	
	Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică	
	Programe de poziționare	minim 3
	Accesorii	cotiere
Scaun medic	Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică	
	Sarcina maximă	≥ 150kg
	Înălțime	reglabilă
	Suport spate	reglabil
	Suport picior	obligatoriu
Masa dentistului	Turbină	obligatoriu
	Seringă cu 3 căi	apa, aer, spray
		vîrf angulat 90°, detașabil
	Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu
	Micromotor electric	obligatoriu
	Piesă contraunghi	obligatoriu
Bloc hidroaer	"Bol din ceramică sau sticlă	
detașabil"	obligatoriu	
	Clăditor	obligatoriu
	Filtru pentru impurități	obligatoriu
	Posibilitatea programării volumului de apă	obligatoriu
Turbină dentară	Sistem buton la schimbul borului	obligatoriu
	Presiune de lucru	de la 2.5 pînă la 2.7 bar
	Sursa de lumină	LED
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate
	Rotații	≥300000 rot/mon
Piesă contraunghi	Rotații	≥40000 rot/min
	Adaptabilă la micromotor	obligatoriu
	Autoclavabilă	obligatoriu
	Schimbarea frezei	buton
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate
Sursa de lumină	Poziții 2	≥ 4000 Lux
		de la 30 000 lux
	"conectarea / deconectarea	
prin senzor"		
	Axa de rotație	≥3
	Unghi de iluminare	reglabilă
	Înălțime	reglabilă
	Tip lumină	alb/rece
Detartror (scaler)	5 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu
	Miner detașabil, autoclavabil	obligatoriu

	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	
	Programe de poziționare	minim 3	
	Accesorii	cotiere	
Scaun medic	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	
	Sarcina maximă	≥ 150kg	
	Înălțime	reglabilă	
	Suport spate	reglabil	
	Suport picior	obligatoriu	
Masa dentistului	Turbină	obligatoriu	
	Seringă cu 3 căi	apă, aer, spray	
		vîrf unghiulat 90°, detașabil	
	Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu	
	Micromotor electric	obligatoriu	
	Piesă contraunghi	obligatoriu	
Braț asistentă	Aspirator de salivă	2 furtunuri	
	Filtru pentru impurități la aspiratoare	obligatoriu	
	Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului	obligatoriu	
Bloc hidrolic	"Bol din ceramică sau sticlă		
detașabil"	obligatoriu		
	Clăditor	obligatoriu	
	Filtru pentru impurități	obligatoriu	
	Possibilitatea programării volumului de apă	obligatoriu	
Turbină dentară	Sistem buton la schimbul borului	obligatoriu	
	Presiune de lucru	de la 2.5 pînă la 2.7 bar	
	Sursa de lumină	LED	
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate	
	Rotații	≥300000 rot/min	
Piesă contraunghi	Rotații	≥40 000 rot/min	
	Adaptabilă la micromotor	obligatoriu	
	Autoclavabilă	obligatoriu	
	Schimbarea frezei	buton	
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate	
Sursa de lumină	Poziții 2	≥ 4000 Lux	
		de la 30 000 Lux	
		"conectarea / deconectarea	
prin senzor"			
	Axa de rotație	≥3	
	Unghi de iluminare	reglabilă	
	Înălțime	reglabilă	
	Tip lumină	alb/rece	

stems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1

	Pagina: __din __			
Specificarea tehnică deplină ofertată				
obligatoriu	8			
Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detaşabil" obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurități obligatoriu Posibilitatea programarii volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimb borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotații ≥300000 rot/mon Piesă contraughi Rotații ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton				

electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detașabil" obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurități obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotații ≥300000 rot/min Piesă contraunghi				

[illegible]

--	--

bel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către auto
Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1721140613863 din 21.08.2

Denumirea licitației:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri gene publice
------------------------------	--

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)
1	2		3		4	5
3310 0000 -1	4	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	set	2	94800
3310 0000 -1	5	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	set	12	94800
TOTAL						

Suma

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Mihai Ar

Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau,

Specificații de preț

prioritatea contractantă – în coloanele .
024

preț conform necesităților instituțiilor-medico sanitare
(partea I)

Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
6	7	8
113760	189600	227520
113760	1137600	1365120

total: 1,327,200.0000 1,592,640.0000

naut În calitate de: Director

str. Ghiocelor, 1

Alternativa nr.: _____

Pagina: __ din __

Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
9	
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	173,390
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	1,547,148