

## Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

<b>Numărul licitației:</b>	<b>LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1735640532441 / 21334863 din 01.02.2025</b>	Alternativa nr.: __
<b>Denumirea licitației:</b>	<b>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)</b>	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	343	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460)	51005928 + 51003667 + 50430400 sau 50430500	China	Vincent Medical	Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Heated breathing circuit \ Neonatal \ 510-009 \ 1,5m \ dual limb \ PY,SP,PL (Ref 51005928), + Humidification Chamber \ VHC10 (Ref 51003667) + Bag 0,5L Ref 50430400 or 1,0L Ref 50430500, Neonatal, circuit cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 10mm; calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", sac de rezervă 0, 5-1,0 l, conector unghiular, rotație biaxială, lungime 150-180cm, fir/sensor de temperatura în tubul de inspir. Clinic curat. Ambalat individual	<b>DM000784427 + DM000784403 + DM000784332, DM000784334</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**