

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
292	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	Incubator pentru nou-născuți Cod 300600 Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianță cu condiții confortabile de umiditate și temperatură în timpul tratamentului și îngrijirii pentru copiii nou-născuți (inclusiv prematuri), în stare gravă Parametrul Specificația Tip pacient prematur, nou-născut obligatoriu Tip incubator mobil pe roți cu frână obligatoriu Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc. Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical obligatoriu Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie obligatoriu Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) obligatoriu "Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei" obligatoriu Mînere de transportare pe ambele părți obligatoriu	Producator / Tara de origine: OKUMAN Medikal Sistemler A.S. / Turcia, Model: OKM 801 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate Incubator pentru nou-născuți Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianță cu condiții confortabile de umiditate și temperatură în timpul tratamentului și îngrijirii pentru copiii nou-născuți (inclusiv prematuri), în stare gravă Parametrul Specificația Tip pacient prematur, nou-născut obligatoriu - Corespunde Tip incubator mobil pe roți cu frână obligatoriu - Corespunde Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc. Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical obligatoriu - Corespunde Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie obligatoriu - Corespunde Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) obligatoriu - Corespunde "Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei" obligatoriu - Corespunde Mînere de transportare pe ambele părți obligatoriu - Corespunde

	Uși laterale (stînga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc. Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă obligatoriu Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc. Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg obligatoriu Unghiul de ajustare trendelenburg și antitrendelenburg $\geq \pm$ 12° Tavă pentru amplasarea casetei roentgen obligatoriu "Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray" obligatoriu "Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale moi, rezistente la agenții chimici" obligatoriu Ecran color LCD ≥ 7 inch „Nivelul de zgomot în incinta incubatorului ≤ 50 dB”. Monitorizarea temperatura aer obligatoriu concentrația SpO2 obligatoriu temperatura copil obligatoriu concentrație oxigen obligatoriu umiditate obligatoriu putere încălzitor obligatoriu	Uși laterale (stînga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc. Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă obligatoriu - Corespunde Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc. Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg obligatoriu - Corespunde Unghiul de ajustare trendelenburg și antitrendelenburg $\geq \pm$ 13° Tavă pentru amplasarea casetei roentgen obligatoriu - Corespunde "Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray" obligatoriu - Corespunde "Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale moi, rezistente la agenții chimici" obligatoriu - Corespunde Ecran color LCD ≥ 8 inch „Nivelul de zgomot în incinta incubatorului ≤ 49 dB”. Monitorizarea temperatura aer obligatoriu - Corespunde concentrația SpO2 obligatoriu - Corespunde temperatura copil obligatoriu - Corespunde concentrație oxigen obligatoriu - Corespunde umiditate obligatoriu - Corespunde
--	--	---

		Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor obligatoriu modul Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur obligatoriu Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare obligatoriu Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate diapazon min. 30 - 90% Acuratețea umidității $\leq \pm 5\% \text{ RH}$ Intervalul de măsurare a umidității diapazon min. 15 - 99% "Modul de control a temperaturii" Regim de control „Aer” obligatoriu "Intervalul de temperatură în regim „Aer” " diapazon min. 25 -37 °C Funcția de temperatură $> 37^{\circ}\text{C}$ Regim de control „Temperatură Copil” obligatoriu "Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil”" diapazon min. 34 -37 °C "Senzori de temperatură copil conectați concomitent" Min. 2 buc. Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,2^{\circ}\text{C}$ Modul de oxigenare Modul O2 controlat prin microprocesor obligatoriu	putere încălzitor obligatoriu - Corespunde Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor obligatoriu - Corespunde Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur obligatoriu - Corespunde Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare obligatoriu - Corespunde Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate diapazon min. 30 - 95% Acuratețea umidității $\leq \pm 5\% \text{ RH}$ Intervalul de măsurare a umidității diapazon min. 0 - 100% "Modul de control a temperaturii" Regim de control „Aer” obligatoriu - Corespunde "Intervalul de temperatură în regim „Aer” " diapazon min. 25 -37 °C Funcția de temperatură $> 37^{\circ}\text{C}$ Regim de control „Temperatură Copil” obligatoriu - Corespunde "Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil”" diapazon min. 34 -37 °C "Senzori de temperatură copil conectați concomitent" Min. 2 buc. Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,2^{\circ}\text{C}$
--	--	---	--

		Ajustarea concentrație de oxigen automatizată prin diapazon min. 21%-60% Măsurare concentrație de oxigen diapazon min. 21%- 99% Acuratețea de măsurare $\leq 3\%$ "Senzori de oxigen pentru control și monitorizare" obligatoriu Modulul de SpO2 Măsurare SpO2 diapazon min. 70-100% Acuratețea SpO2 $\leq 3\%$ "Modul de supraveghere greutate" Cântar pentru nou-născut integrat da Diapazonul de măsurare $\geq 100 - 5000\text{gr.}$ Grafice Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore Vizualizarea graficilor oxigen perioada 24 ore Vizualizarea graficilor greutatea perioada 24 ore Alarme Buton de anulare alarmei obligatoriu Alarme sonore și vizuale obligatoriu Temperatura aerului ridicată obligatoriu Temperatura aerului scăzută obligatoriu Temperatura pielii ridicată obligatoriu Temperatura pielii scăzută obligatoriu	Modul de oxigenare Modul O2 controlat prin microprocesor obligatoriu - Corespunde Ajustarea concentrație de oxigen automatizată prin diapazon min. 21%-60% Măsurare concentrație de oxigen diapazon min. 21%- 99% Acuratețea de măsurare $\leq 3\%$ "Senzori de oxigen pentru control și monitorizare" obligatoriu - Corespunde Modulul de SpO2 Măsurare SpO2 diapazon min. 70-100% Acuratețea SpO2 $\leq 3\%$ "Modul de supraveghere greutate" Cântar pentru nou-născut integrat da Diapazonul de măsurare $\geq 100 - 5000\text{gr.}$ Grafice Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore Vizualizarea graficilor oxigen perioada 24 ore Vizualizarea graficilor greutatea perioada 24 ore Alarme Buton de anulare alarmei obligatoriu - Corespunde Alarme sonore și vizuale obligatoriu - Corespunde Temperatura aerului ridicată obligatoriu - Corespunde
--	--	--	---

		Lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran obligatoriu Plasare incorectă umidificator obligatoriu Defecțiune sistem obligatoriu Flux aer obligatoriu Concentrație oxigen obligatoriu Sursa de tensiune: 220V, 50Hz obligatoriu "Consumabile și accesorii adiționale" Filtru pentru aer 10 buc., să se indice codul produsului Saltea pentru nou-născuți 2 buc., să se indice codul produsului "Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut" 4 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 reutilizabil, nou-născut 2 buc., să se indice codul produsului "Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate" 1 buc., să se indice codul produsului Stativ pentru fixarea pompelor de induzie 1 buc., să se indice codul produsului	Corespunde Corespunde Corespunde Corespunde Lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran obligatoriu - Corespunde Plasare incorectă umidificator obligatoriu - Corespunde Defecțiune sistem obligatoriu - Corespunde Flux aer obligatoriu - Corespunde Concentrație oxigen obligatoriu - Corespunde Sursa de tensiune: 220V, 50Hz obligatoriu - Corespunde "Consumabile și accesorii adiționale" Filtru pentru aer 10 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configurație ofertată de către producător Saltea pentru nou-născuți 2 buc., s*ă se indice codul produsului "Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut" 4 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configurație ofertată de către producător Senzor SpO2 reutilizabil, nou-născut 2 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configurație ofertată de către producător
--	--	---	--

			"Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate" 1 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configurație oferită de către producător Stativ pentru fixarea pompelor de induzie 1 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configurație oferită de către producător [Vezi broșura: OKM_801_005_032024_EN.PDF]
--	--	--	---