

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1759503257358 din 03.10.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.26)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 5 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141						
Lot nr. 5 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Model MULTITRONIC MT-3 AMDM DM000674816	Polonia	ELEKTRONIKA I ELEKTRO MEDYCYN A M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali Curenti galvanici Electroforeză (ionoforeză) Faradic sau neofaradic Curenți de frecvență medie Curenți sinusoidali	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație - Catalog pag 12 Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil - DA Canale pentru electroterapie - 2 canale Alarma finalizare tratament - DA Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz)	

				Stimulare de inalta tensiune TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-60min Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 HZ "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului	Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Alimentare 220V, 50 HZ <u>Accesorii - Catalog pag 13</u> Cablul pentru tratament electroterapie - 2 buc, K-2L, K4. Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare: E-S75, E-S50, E-A75,E-A50, P-75, P-50 Siguranță de rezervă - T0.5AL250V.	
Lot nr. 6 magnetoterapie 400150						
Lot nr. 6 Magnetoterapie 400150	Magnetoterapie Model Biomag Lumina 3D-e clinic AMDM DM000746669 DM000746668	Cehia	KAREL HRNCIR- BIOMAG	Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc.	Magnetoterapie Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune - 3.5 inch color, Data sheet pag 1;	

				Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ "Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Canale independente - 4 buc, Data sheet pag 1; Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular - Data sheet pag 1; Diapazonul frecvenței semnalului diapazon 1-81Hz Data sheet pag 1; Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Data sheet pag 1; Timpul de tratament diapazon - 1-90 min Data sheet pag 1; Alarma finalizare tratament - Data sheet pag 1; Librarie de protocoale interne de tratament - 200 buc - Data sheet pag 1; Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu - Data sheet pag 1; Tensiune 220V, 50 HZ - Data sheet pag 1; Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoraș electromagnetic 1 buc - A11P (Broșură); Aplicator magnetic flexibil 1 buc - A8P (Broșură); Curele de fixare flexibile 1 set., Aplicatorul și covorașul au curele de fixare - DA; Troleu dispozitiv 1 buc - DA.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6