

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1577353337688	Data: 31 dec 2019, 10:00 - 13 ian 2020, 9:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de deservire a utilajului radiologic și hemodializă	Lot: 7,8	Pagina: 1 din 2

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origin e	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7	8
7	50400000-9	Sistem radiografic Sireskop BD-CX, Siemens	-	-	-	Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	-

8	50400000-9	Ortopantomograf Veraviewepocs 3D F40 Morita	-	-	-	Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	-
---	------------	---	---	---	---	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**