

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1746193826711 / 21414179 din 16.06.25				pag.1 din 1	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.10)								Lotul 22	
Cod CPV	Nr lot	Denumirea lotului	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	22	Centrifuga cu 8-12 tuburi	Centrifuga cu 8-12 tuburi	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.9034002122 + Rotor A12-10P nr.cat.19200348	China	DLAB Scientific Co.	"150940 + Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu Lungimea tubului minim 11 cm Diametrul Tubului 20mm "	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) (catalog pag.94-95) . Descriere : Centrifuga DM0412 de laborator este folosită pentru separarea centrifugală a sîngelui uman sau probelor de urină Specificația tehnica: <u>Viteza de rotație</u> : Minimală, rpm de la 300 Maximală, rpm pină la 4500 (increment 100 rpm) - Catalog pag.94 , Brosura pag.94 Setarea vitezei - DA Capacitatea si numarul de tubuiri : 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (Rotor A12-10P,Catalog 19200348 pag. 94-95) Incrementarea ≤1 min. Capac: cu port de vizualizare incinta; -DA (Manual de utilizare - Figura 6.2 pag 6) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului -DA (MANUAL DE UTILIZARE - FIGURA 6.1 -PAG.6 + FIG.7.2 PAG.7) - Lacat electronic Detector de depășire a vitezei, diagnostic intern automat -DA Indicatori Indicarori vizual și acustic -DA Debalansare -DA (MANUAL DE UTILIZARE pag 2) <i>Centrifuga dispune de 4 piciorute anti-alunecare pentru stabilitate pe masa de lucru</i> Pornire/oprire -DA Capac deschis -DA Display Digital -DA Nivelul de zgomot - 56dB(A) -DA Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica (Manual de utilizare - Figura 6.2 pag 6) Funcție de autodiagnosticare-Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparat- Manual de utilizare punctul 11.1 pag.13 Lungimea tuburilor de 11 cm ,Diametrul tubului de 20 mm <u>Se Anexeaza: Manual de utilizare, Brosura.</u>	CE , ISO, Certificat de conformitate pentru echipament electronic

Nume: Varman Irina În calitate de: Director
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6
Semnat electronic