

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "21" noiembrie 2018

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1540467666171

Invitație la licitația Nr.: _____

Alternativa Nr.: _____

Către: IMSP Spitalul Republican al ACSR

„Eximotor” SA declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

b) „Eximotor” SA se angajează să

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii : utilaj medical . Lot **Pat motorizat**

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Lot 2 pat motorizat -**302 400 lei** (trei sute treisprezece mii doua sute optzeci lei)

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Lot 2 pat motorizat- **362 880 lei** (trei sute saptezeci si cinci mii noua sute treizeci si sase lei)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, „Eximotor” SA

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor incidente în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

Nume: Socolova Natalia

În calitate de director

Ofertantul: „Eximotor” SA

Adresa: or.Chisinau str.Albisoara 38 A

Data: "21" noiembrie 2018



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311



Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4)

Data: "21" noiembrie 2018

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1540467666171

Către: IMSP Spitalul Republican al ACSR

„Eximotot SA” confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul companiei: director

Denumirea companiei: „Eximotot SA”

L.Ș.



Specificații tehnice (F4.1)

ocds-b3wdp1-MD-1540467666171

Data: 21.11.2018

Alternativa nr.: _____

Utilaj medical

Lot - 2

Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Service ii:						
	Lotul 2						
331000 00-1	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare	Model FBET-ICU	Lithuania	UAB "Tanc a"	<p>Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Tip multifuncțional cu 5-6 poziții. Tip pacient -adult Controlul pacientului, tip: Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice. Funcționalități: poziționare sedentară ,poziționare Trendelenburg, poziționare anti-Trendelenburg. Controlul , blocarea control pacient - da Greutatea maximă a pacientului, Cadrul pentru etichetă pe spetează ≥220 kg Înălțime-Ajustabilă ≥ 74 cm Roțile Diametru -≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 roțile.</p>	<p>Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>1. Destinație Patul este conceput pentru a fi utilizat în spital, pentru a se potrivi cu nevoile pacientului, sub observație, sau sub tratament și diagnostic și secții de reanimare.</p> <p>2. Cadrul patului Pat de oțel acoperit cu pulbere cu materiale anticorozive, anti-zgărieturi și dezinfectie, acoperite cu acoperire cu pulbere polimerizată (acoperită în câmp electrostatic). Pulverizare cu pulbere folosind sistemul antibacterian certificat cu ioni de argint. Modulele de bază ale patului și suprafețele cadrului pot fi curățate cu toate ingredientele de curățare și dezinfectanții utilizați în spitale.</p> <p>3. Partea de culcat Patru secțiuni, toate segmentele secțiunii sunt realizate din profil metalic. Dubla regresie automată (baza</p>	CE



Parapete de protecție laterale-da
Extensia lungimii patului-opțională
Reglare manuală a părților importante
în caz de lipsă de energie electrică-
opțională
Alimentare -220 V, 50 Hz
Saltele lavabile ortopedică inclusă
Suport pentru perfuzie-da

patului 160 mm) pentru relansarea presiunii pentru
pacient. Echipat cu platforma de extensie pentru
pat.

4. **Înălțime** Ajustarea înălțimii reglată
cu 2 sisteme electrice de motor, domeniu de
reglare: 400-800 mm. Motoarele sunt amplasate și
acoperite în construcția superioară, partea
inferioară la sol este netedă și mecanismul de
ridicare a tuturor paturilor este proiectat pentru a fi
ușor curățat și dezinfectat.

5. **Regulare** Înălțimea patului, spătarul și
unghiul de odihnă se pot regla cu ajutorul
sistemelor cu motor electric. Secția de odihnă a
gambei poate fi reglată mecanic. Patul
funcționează atât cu priza de perete, cât și cu
baterie. Patul funcționează de la priza de perete,
chiar dacă bateria este goală.

6. **Sistem de control a patului** Patul are 4
motoare: 1 pentru spate, 1 pentru picior, 2 pentru
înălțime. Patul are două unități de control. Unul
pentru pacient, unul pentru personal. Consola de
control de la distanță pentru personal pentru toată
funcționalitatea, inclusiv blocarea / deblocarea
consolei de control a pacienților de la distanță și
asistență completă, CPR electric și buton pentru
poziția de sedere. Pacienții pot controla pozițiile
principale ale patului, inclusiv poziția sedentară,
Trendelenburg, anti-Trendelenburg. Patul este
echipat cu pârghie pentru o mișcare rapidă a părții
din spate (CPR mecanic - F28). Butoane cu
simboluri grafice.

7. Lungimea totală 2 180 mm
8. Lățimea totală 995 mm
9. Lungime spațiului de culcat 2 000 mm
10. Lățimea spațiului de culcat 900 mm
11. Spătar 0-70°
12. Secțiunea de odihnă 0-35°



13. Secțiunea de odihnă a gambei 0-25°
 14. **Poziții** / alte funcții Trendelenburg/Anti-Trendelenburg regulat cu 2 motoare electrice în raza de: -15° / 0 / +15°.

15. **Capetele patului** Pot fi ușor demontabile fără unelte (cu mecanism de blocare). Capetele patului sunt realizate din plastic ABS cu ioni de argint în scop antibacterian, au decorațiuni colorate. Fabricate din material rezistent și durabil, care conține piese din metal inox, cu sistem de fixare puternic.

16. **Protecție laterală** Părțile externe ale șinelor laterale sunt din material plastic durabil, astfel încât pacienții să nu aibă contact cu piese metalice. Constă din două părți separate, acoperă 75% din suprafața pentru culcat; Marginea superioară a șinei laterale și partea superioară a saltelei sau între înălțimea poziției ridicate > = 220 mm; (conform directivei UE93 / 42 / CEE), plasate în poziția inferioară, șinele laterale nu modifică lățimea patului. Șinele laterale au arcuri de gaz și se mișcă ușor.

17. **Protecția perete** Patul de spital are 4 roți de protecție din cauciuc la colțurile patului (roți de protecție)

18. **Rotile** Patul este echipat cu roți cauciucate cu diametrul de 125 mm cu sistem de închidere centrală. Pedalele pentru blocare sunt la ambele capete ale patului.

19. **Accesorii incluse** - Indicatorul unghiului Trendelenburg
 - Mâner mecanic CPR de urgență - ambele părți

- Tip extensie pat F161 pentru lungime de 300 mm. (sistem de alunecare, situat sub saltea în suportul de bază);



TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: director
Ofertantul: Eximol SA Adresa: Albisara 38 A



20. Sarcină de lucru sigură (SWL) 300 kg
21. Piese electrice Alimentare 220-230 V AC, 50 Hz. Clasa I, tip B, IPX6. Actuatori 24V DC
22. Certificat Marcăjul CE este conform cu EU93 / 42 / EEC, inclusiv EN 60601-2-52
23. Garanție 24 luni.
24. Saltele lavabile ortopedică inclusă
25. Suport pentru perfuzie-da

Specificații de preț (F4.2)

ocds-b3wqpl-MD-1540467666171	Data: 21.11.2018	Alternativa nr.: _____
Utilaj medical	Lot - 2	Pagina: ___ din ___

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 2							
<u>331000</u> <u>00-1</u>	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare	buc	8	37 800 lei	45 360 lei	302 400 lei	362 880 lei	la sediul IMSP Spitalul Republican al ACSR dupa semnarea contractului timp de 30 de zile calendaristice. (luind in considerare ca 24.12.2018 – 05.01.2019 sunt zile nelucratoare la uzina)
	TOTAL					302 400 lei	362 880 lei	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: director
 Ofertantul: Eximotor SA Adresa: Albisoara 38 A



Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: "21" noiembrie 2018

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1540467666171

Pagina _____ din _____

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„Eximotor” SA
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Chisinau, str.Aerodromului 15 of.6
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	rezident
	• Proprietate	privata
	• Formă de organizare juridică	Societate pe Actiuni
	• Altele	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	1995
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Comertul cu ridicata al masinilor agricole, echipamentului si furniturilor, inclusiv tractoare; comertul cu autovehicule, comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule, dispozitive medicale si consumabile, produse de uz casnic
	• Agent local/Distribuitor al producătorului străin	√
	• Intermediar	
	• Companie de antrepozit	
	• Altele	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• Numele	Socolova Natalia
	• Locul de muncă și funcția	„Eximotor” SA-director
	• Adresa	Or.Chisinau str.Albisoara 38 A



	• Telefon / Fax	022 40-79-59
	• E-mail	socolova.eximotor@gmail.com
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0603690
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3.
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	10 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	2 000 000 lei
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Raport financiar
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	Servis, piese de schimb
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:	

3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: _____ Adresa: _____ Telefon: _____ Fax: _____	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	



Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i>	

B. Partenerii individuali ai Asociației

4.1.	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.1.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.1.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).
<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i>	



Oficiul Băncii: **BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1**

Beneficiar: **IMSP Spitalul Republican al ACSR**

Data 19. NOV. 2018



GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 9642

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că **„Eximotor” S.A.** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **21.11.2018** (numită în continuare „ofertă”) pentru **achiziționarea utilajului medical (pat motorizat, multifuncțional pentru adulți), conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1540467666171 din 21.11.2018.**

La cererea Ofertantului, noi, **BC „EXIMBANK” SA**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **3 280-00 (trei mii două sute optzeci) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **21.11.2018** pînă la data de **21.12.2018**.

Cu respect,

Lia Istratii
Director, Sucursala № 20



21.11.2018

IMSP Spitalul Republican al ACSR

Prin prezenta, compania „Eximotor” SA declara ca detine 3 ani de experienta specifica in livrarea bunurilor similare . (Achizitionarea utilajului medical/ dispozitive/ si consumabile medicale).

De bază	01.08.2018	Licitație publică	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	EXIMOTOR S.A.	Achiziționarea centralizată de consumabile conform necesităților IMSP, pentru anul 2018.	249.646,86
De bază	14.05.2018	Licitație publică	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	EXIMOTOR S.A.	Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2018.	698.671,0
De bază	21.11.2017	Licitație publică	I.M.S.P. CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ	EXIMOTOR S.A.	Anvelope și acumuloare auto pentru autosanitare	108.160
Contract de achiziție	30.10.2012	LP	IMSP SCMC Valentin Ignatenco	Eximotor	autoturism sanitar	448.000,00
Contract de achiziție	31.12.2013	LP	Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari	Eximotor	automobil sanitar	270.000,00

Director „Eximotor” SA

Socolova Natalia




Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
 Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
 tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
 e-mail: director@coleso.md
 www.coleso.md



c/f 1002600034712
 TVA 0603690
 BC "ProCredit Bank" SA
 c/d 2251130060160201
 BIC: PRCBMD22

TANETA

HEALTH CARE FURNITURE



**PRODUCTION TO
MEET YOUR SPECIFICATION**



TANETA

HEALTH CARE FURNITURE

Lithuanian producer of hospital care beds and other health care furniture.


Company has over 26 years of experience in manufacturing health care furniture for hospitals, nursing care homes, sanatoriums, spa centres, rehabilitation centres. Company produces wide range of hospital beds, transport stretchers, treatment beds, massage tables, gynaecological chairs, handicapped walkers and etc.

The company is ISO 9001 certified. Quality system is prepared for ISO 13485. All products are registered in the state Health Care Accreditation Agency. All products meet safety requirements of EU Directive 93 / 42 / EEC including standart for electrical functional beds EN 60601-2-52:2010 / AC:2011, EN ISO 15223-1:2012, EN ISO 14971:2012 and has CE marking. The first priority of the company is safe and high quality production. Our products are equipped only with reliable and well known brand components (Bansbach, Tente, Dewert, Linak, Power Packer and etc.).



















Taneta

Technical specifications are subject to change.



-  Fully electric adjustment
-  CE certified product
-  Antibacterial surface finish

☑ Included standard accessories

 F2 150 mm castor	 F5 Central brake system 4 castors	 F11 Integrated electrical control	 F12 Supervisor control	 F14 Metal profile mattress platform	 F161 Bed extension with mattress platform	 F17 75% plastic siderails, thickness 20 mm	 F24 Reduced thickness plastic endboards	 F26 Autoregression for back section
 F27 Autoregression for thigh section	 F28 CPR Mechanical CPR	 F29 CPR Electrical CPR	 F30 Integrated battery	 F31 Floor lighting system	 F33 Urine bag holders	 F34 DIN rail for accessories		

⊕ Technical parameters

Parameter name	Standard parameter	Optional parameter (min-max value)
Matress platform length:	2000 mm	1800-2200 mm
Total bed length:	2180 mm	2000-2400 mm
Matress platform width:	900 mm	700-1200 mm
Total bed width:	995 mm	1080-1120 mm
Matress platform height:	400-800 mm	370-890 mm (405 mm. range)
Matress platform sections:	4	1-4
Back rest section:	Electrical 0°-70°	Electrical / Mechanical 0°-75°
Thigh rest section:	Electrical 0°-35°	Electrical / Mechanical 0°-45°
Shin rest section:	Mechanical 0°-25°	Electrical / Mechanical 0°-30°
Trendelenburg:	15°	12° / 16°
Reverse Trendelenburg:	15°	12° / 16°

ⓘ Features

Four section adjustable electric ICU (intensive care units) hospital bed with Trendelenburg / Reverse Trendelenburg functions and plastic siderails. The bed is equipped with four electrical motors that control bed height (two motors), backrest and thighrest sections. All motors are operated by remote control (default F52, other options available). Shinrest section adjustment is mechanical. The bed frame is made of antibacterial powder coated steel. Four part mattress platform is made of antibacterial powder coated metal profiles or optionally removeable plastic or metal plates. Headboard and footboard are made of antibacterial plastic with silver ions. Endboards can be removed without any additional tools. Collapsible soft drop siderails can be locked at highest position and have accidental drop protection. The bed is equipped with non-marking castors (default 125 mm, other options available), safety bumpers, patient lift pole and IV pole holders at the corners. All functional parts of the bed are made of healthy allergy-free materials that are easy to clean and disinfect. Powder coated steel parts and all plastic surfaces are certified as ANTIBACTERIAL.


Intensive care hospital bed FBET-ICU

⊕ Select optional modifications:

Castors:




F0
125 mm castor with individual brake




F1
125 mm castor



F3
200 mm castor



F6
Fifth wheel for better maneuverability




F7
Electric conductive castor



F8
Directional lock castor

Braking system:




F4
Central brake system
2 castors

Controls:



F51
Supervisor control



F52
Remote control

Mattress platforms:




F13
Mesh mattress platform



F15
Plastic mattress platform

Siderails:



F18
100% plastic siderails,
thickness 20 mm



F19
100% plastic siderails,
thickness 50 mm



F20
75% metal siderails



F21
100% metal siderails



F55
Metal siderails
extensions

Endboards:



F22
Metal with HPL insert



F23
Metal with laminated
wood insert



F25
Basic thickness
plastic endboards

RAL 9010

RAL 5015


RAL 1036

RAL 6018


Other RAL

Available decoration RAL colours

Holders:



F9
Lifting handle



F10
IV stand

Additional functions:



F16
Bed extension



TANETA

HEALTH CARE FURNITURE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:	JSC "TANETA"
Address of manufacturer:	19 Prienu str., LT-59202 Birstonas, Lithuania tel.+370 319 65630, fax. +370 319 65633

Declares on its own responsibility that medical device

Classification class 1 (Annex IX rule 1, Medical devices directive 93/42/EEC)

ELECTRICAL FUNCTIONAL BED TRENDELENBURG FBET
(the name of medical device, type, model)

complies with the requirements of Europe Council Medical devices directive 93/42/EEC, annex I and Lithuanian medical norm MN 4:2009 "Technical regulation relating to the safety of medical devices";

complies with the requirements of the common standards of the European Union:
LST EN 60601-2-52:2010/AC:2011
LST EN ISO 15223-1:2012
LST EN ISO 14971:2012

Managing director



Daivaras Dailidonis



Birstonas

2017.01.31
(date)



TANETA
HEALTH CARE FURNITURE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:	JSC "TANETA"
Address of manufacturer:	Prienu str. 19, LT-59202 Birstonas, Lithuania tel.+370 319 65630


Declares on its own responsibility that medical device

Classification class 1 (Annex IX rule 1, Medical devices directive 93/42/EEC)

BEDSORE PREVENTION MATTRESS,
MODELS M3, M4, M5, M6 Class I sterile appliances and Class I appliances
with a measuring function, Class IIa, IIb
(the name of medical device, type, model)

complies with the requirements of Europe Council Medical devices directive 93/42/EEC, annex I and Lithuanian medical norm MN 4:2009 "Technical regulation relating to the safety of medical devices".

Managing director

Daivaras Dailidonis


Daivaras Dailidonis

A.V

Birstonas

2017.01.31
(date)



TANETA

HEALTH CARE FURNITURE

Strada Prienu 19, LT-59202 Birstonas, tel. +370-319-65630, e-mail info@taneta.lt, www.taneta.lt,
 Codul companiei 152800158, Cod TVA.: LT528001515
 AB „Swedbank“, B.k.: 73000, LT967300010002565142,
 ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008

Pat de spital cu accesorii. Model FBET-ICU

No.	Parametri	Valorile parametrilor
1.	Destinație	Patul este conceput pentru a fi utilizat în spital, pentru a se potrivi cu nevoile pacientului, sub observație, sau sub tratament și diagnostic.
2.	Cadrul patului	Pat de oțel acoperit cu pulbere cu materiale anticorozive, anti-zgârieturi și dezinfectie, acoperite cu acoperire cu pulbere polimerizată (acoperită în câmp electrostatic). Pulverizare cu pulbere folosind sistemul antibacterian certificat cu ioni de argint. Modulele de bază ale patului și suprafețele cadrului pot fi curățate cu toate ingredientele de curățare și dezinfectanții utilizați în spitale.
3.	Partea de culcat	Patru secțiuni, toate segmentele secțiunii sunt realizate din profil metalic. Dubla regresie automată (baza patului 160 mm) pentru relansarea presiunii pentru pacient. Echipat cu platforma de extensie pentru pat .
4.	Înălțime	Ajustarea înălțimii reglată cu 2 sisteme electrice de motor, domeniu de reglare: 400-800 mm. Motoarele sunt amplasate și acoperite în construcția superioară, partea inferioară la sol este netedă și mecanismul de ridicare a tuturor paturilor este proiectat pentru a fi ușor curățat și dezinfectat.
5.	Regulare	Înălțimea patului, spătarul și unghiul de odihnă se pot regla cu ajutorul sistemelor cu motor electric. Secția de odihnă a gambei poate fi reglată mecanic. Patul funcționează atât cu priza de perete, cât și cu baterie. Patul funcționează de la priza de perete, chiar dacă bateria este goală.
6.	Sistem de control a patului	Patul are 4 motoare: 1 pentru spate, 1 pentru picior, 2 pentru înălțime. Patul are două unități de control. Unul pentru pacient, unul pentru personal. Consola de control de la distanță pentru personal pentru toată funcționalitatea, inclusiv blocarea / deblocarea consolei de control a pacienților de la distanță și asistență completă, CPR electric și buton pentru poziția de ședere. Pacienții pot controla pozițiile principale ale patului, inclusiv poziția sedentară, Trendelenburg, anti-Trendelenburg. Patul este echipat cu pârghie pentru o mișcare rapidă a părții din spate (CPR mecanic - F28). Butoane cu simboluri grafice.
7.	Lungimea totală	2 180 mm
8.	Lățimea totală	995 mm
9.	Lungime spațiului de culcat	2 000 mm
10.	Lățimea spațiului de culcat	900 mm
11.	Spătar	0-70°
12.	Secțiunea de odihnă	0-35°
13.	Secțiunea de	0-25°



	odihnă a gambei	
14.	Poziții / alte funcții	Trendelenburg/Anti- Trendelenburg regulat cu 2 motoare electrice în raza de: $-15^{\circ} / 0 / +15^{\circ}$.
15.	Capetele patului	Pot fi ușor demontabile fără unelte (cu mecanism de blocare). Capetele patului sunt realizate din plastic ABS cu ioni de argint în scop antibacterian, au decorațiuni colorate. Fabricate din material rezistent și durabil, care conține piese din metal inox, cu sistem de fixare puternic.
16.	Protecție laterală	Părțile externe ale șinelor laterale sunt din material plastic durabil, astfel încât pacienții să nu aibă contact cu piese metalice. Constă din două părți separate, acoperă 75% din suprafața pentru culcat; Marginea superioară a șinei laterale și partea superioară a salteii sau între înălțimea poziției ridicate ≥ 220 mm; (conform directivei UE93 / 42 / CEE), plasate în poziția inferioară, șinele laterale nu modifică lățimea patului. Șinele laterale au arcuri de gaz și se mișcă ușor.
17.	Protecția perete	Patul de spital are 4 roți de protecție din cauciuc la colțurile patului (roți de protecție)
18.	Rotile	Patul este echipat cu roți cauciucate cu diametrul de 125 mm cu sistem de închidere centrală. Pedalele pentru blocare sunt la ambele capete ale patului .
19.	Accesorii incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatorul unghiului Trendelenburg - Mâner mecanic CPR de urgență - ambele părți - Tip extensie pat F161 pentru lungime de 300 mm. (sistem de alunecare, situat sub saltea în suportul de bază);
20.	Sarcină de lucru sigură (SWL)	300 kg
21.	Piese electrice	Alimentare 220-230 V AC, 50 Hz. Clasa I, tip B, IPX6. Actuatori 24V DC
22.	Certificat	Marcajul CE este conform cu EU93 / 42 / EEC, inclusiv EN 60601-2-52
23.	Garanție	24 luni.



TANETA

HEALTH CARE FURNITURE

Strada Prienu 19, LT-59202 Birstonas, tel. +370-319-65630, e-mail info@taneta.lt, www.taneta.lt,

Codul companiei 152800158, Cod TVA.: LT528001515

AB „Swedbank“, B.k.: 73000, LT967300010002565142,

ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008

Saltea cu cearsaf M4

1.	Destinație	Pentru pacienții spitalizați cu stadiul de risc de dureri de la pat grad I-II.
2.	Saltea	Fabricat din spumă, are tăieturi speciale pătrate pe vârf, densitate 35kg/m ³ .
3.	Cearsaf saltea	Fabricat din material poliester 100%, acoperit cu strat de poliuretan 100%. Impermeabil, dar permeabil la aer. Cu fermoar în formă de L. Se poate spăla în mașina de spălat la 95 ° C, posibil de uscat în uscător, poate fi dezinfectată cu toți dezinfectanții autorizați.
4.	Lungimea spațiului de culcat	2000 mm
5.	Lățimea spațiului de culcat	850 mm
6.	Înălțime	110 mm
7.	Capacitate greutate pe saltea	110 kg
8.	Certificat	Marcaj CE
9.	Garanție	24 luni

