

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1616505079572	Data: 2 apr 2021, 10:00 - 13 apr 2021, 9:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Piese p/u utilaj medical - 2021	Lot: 1,2,6	Pagina: 1 din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
1	33100 000-1	1.Aspirator centralizat "RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE S.A.S."	11813	Franța	MTLB	1.1.Filtru din plastic p/u aspirator centralizat - box of 10 single-use antibacterial filters: Ref.11813	1.1.Filtru din plastic p/u aspirator centralizat - box of 10 single-use antibacterial filters: Ref.11813	CE/ISO
2	33100 000-1	2.Sistem de aprovizionare cu O2 centralizat	14570 - RTM3	Franța	MTLB	2.1.Umedificator O2 - conector DIN, cu borcan p/u umedificare ≈ 250ml, regulator de flux + indicator al consumului de O2	2.1.Umedificator O2 - conector DIN, cu borcan p/u umedificare ≈ 250ml, regulator de flux + indicator al consumului de O2	CE/ISO
6	33100 000-1	6.1.Hepa Filtru - filtru compatibil cu Ventilatorul pulmonar "eVent Medical"	EVL220030	Germania	eVent	6.1.Hepa Filtru - filtru compatibil cu Ventilatorul pulmonar "eVent Medical"	6.1.Hepa Filtru - filtru compatibil cu Ventilatorul pulmonar "eVent Medical"	CE/ISO
6	33100 000-1	6.2.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, 3pin (Molex® 22-11-1031), 9mV...14mV, compatibil cu ventilatorul eVent Medical	OOM202	Germania	Envitec	6.2.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, 3pin (Molex® 22-11-1031), 9mV...14mV, compatibil cu ventilatorul eVent Medical	6.2.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, 3pin (Molex® 22-11-1031), 9mV...14mV, compatibil cu ventilatorul eVent Medical	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**