

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1696406252738
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 Autoclav 45 litri	SEA-45L-D- LED -USB	CHINA	RUNYES	Capacitate – 45 litri Standardul European B Afisaj LED 1210C/1340C USB încorporat Program de testare a scurgerilor Sistem automat de blocare Deschiderea rezervorului de apă Pașaportul tehnic și manualul de utilizare tradus în limba română/rusa	Capacitate – 45 litri - da Standardul European B - da Afisaj LED - da 121 ⁰ C/134 ⁰ C - da USB încorporat - da Program de testare a scurgerilor - da Sistem automat de blocare - da Deschiderea rezervorului de apă - da Pașaportul tehnic și manualul de utilizare tradus în limba română/rusa - da	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: VIPROMED SERVICE SRL Adresa: _____