

Specificații Tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1773329437176 din 21.03.2026 | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|---|--|---|
| Obiectul de achiziție: Achiziționarea testelor și lancetelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1 | | | | | | | | | |
| 33100000-1 | 1.1 | Teste | Teste | ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214) +ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111) | SUA | ACON LABORATORIES INC. | <p>Teste pentru măsurarea glicemiei: Corespunzătoare (compatibile cu glucometrului Clever Check sau On Call Plus);</p> <p>Notă în cazul în care Teste sunt compatibile cu glucometrului Clever Check sau On Call Plus operatorul economic va asigura cu 28 bucăți de glucometre cu titlu gratuit. Notă în cazul în care Teste nu sunt compatibile cu glucometrului Clever Check sau On Call Plus operatorul economic va asigura cu 39 buc de glucometre cu titlu gratuit. Cu termen de valabilitate de peste 12 luni de la ziua livrării.</p> <p>Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Parametru de funcționare Interval de măsurare : 1,1 – 33,3 mmol/L Timp maxim de obținere a rezultatului : ≤ 10secunde Volumul de sânge necesar: ≤ 1 μL Metoda de măsurare: electrotehnică</p> | <p>Teste pentru măsurarea glicemiei: Corespunzătoare (compatibile cu glucometrului Clever Check sau On Call Plus);</p> <p>Teste sunt compatibile cu glucometrului On Call Plus, operatorul economic va asigura cu 28 bucăți de glucometre ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214) cu titlu gratuit.</p> <p>Cu termen de valabilitate de peste 12 luni de la ziua livrării. Broșura se anexează.</p> | Nr. de înregistrare la AMDM - ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM - DM000399134, ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - DM000399183. |
| 33100000-1 | 1.2 | Lancete | Lancete | ON CALL® LANCETS (G124-10A) | SUA | ACON LABORATORIES INC. | Lancete – dispozitive pentru înțepare compatibile cu glucometrele oferțate cu titlul gratuit, sterile. | Lancete – dispozitive pentru înțepare compatibile cu glucometrele oferțate cu titlul gratuit, sterile. Broșura se anexează. | Nr. de înregistrare la AMDM - ON CALL® LANCETS - DM000415323, |
| Lotul 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---|-----|--------------------------------|--|--|---|
| 33100000-1 | 2 | Glucometru | Glucometru | ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214) | SUA | ACON LABORATORII ES INC. | <p>Compatibile cu Testele pentru măsurarea glicemiei și lancetele On call plus. Notă în cazul în care Glucometrele nu sunt compatibile cu Teste pentru măsurarea glicemiei și lancetele On call plus ofertantul va oferta cu titlul gratuit 10 000 de teste și 10 000 lancete. Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Parametru de funcționare Interval de măsurare : 1,1 – 33,3 mmol/L Timp maxim de obținere a rezultatului : ≤ 10 secunde Volumul de sânge necesar: ≤ 1 μL Metoda de măsurare: electrotehnică</p> | <p>Compatibile cu Testele pentru măsurarea glicemiei și lancetele On call plus. Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Parametru de funcționare Interval de măsurare : 1,1 – 33,3 mmol/L Timp maxim de obținere a rezultatului : = 10 secunde Volumul de sânge necesar: 0,5 μL Metoda de măsurare: electrotehnică. Broșura se anexează.</p> | <p>Nr. de înregistrare la AMDM - ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM - DM000399134,</p> |
|------------|---|------------|------------|---|-----|--------------------------------|--|--|---|

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9