

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție MD-1644234427596 din 15 martie 2022

Obiectul achiziției: Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Fir de sutură atraumatică						
2.1	Fir de sutură atraumatică Nr. 3	Biosilk BX503	Romania	Biosintex	Neresorbabil de matase neagra, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Neresorbabil de matase neagra, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie 12 bucăți	CE, ISO 13485
2.2	Fir de sutură atraumatică Nr. 5	Nylon MonoX BX771B	Romania	Biosintex	Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie 12 bucăți	CE, ISO 13485
2.3	Fir de sutură atraumatică Nr. 4	Dacril BX128	Romania	Biosintex	Resorbabil, PGA (poliglicolic acid), ac ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Resorbabil, PGA (poliglicolic acid), ac ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie 12 bucăți	CE, ISO 13485
11	Model artificial dentar						
11.1	Model artificial dentar (Typodont)	AG-3	Germania	Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	ISO 13485
11.2	Model artificial dentar implantate	ANA-4 TUKV 218	Germania	Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	ISO 13485

11.3	Model artificial dentar sutură	ANA-4 TUKV 218	Germania	Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	ISO 13485
19	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	CA 1:5L Micro Series	Elvetia	Bien Air	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa de pâna la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea minim 78 gr și maxim 82 gr.. Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa minim 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica, intensitate luminoasa 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - maxim 200.000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea 82 gr.. Poseda cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa 6 luni	CE, ISO 13485
95	Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble	Variotime Easy Putty	Germania	Kulzer	Set prezentat de stratul chitos în formă pastă-pastă (minim 250 ml x 2), Duritate finala: 58 Shore A - 60 Shore-A. • Timp in gura: maxim 3'30". • Biocompatibil. • Culoare: portocaliu.	Set prezentat de stratul chitos în formă pastă-pastă (300 ml x 2), Duritate finala: 58 Shore A - 60 Shore-A. • Timp in gura: 2'30". • Biocompatibil. • Culoare: portocaliu.	CE, ISO 13485
96	Material amprentar silicon A, de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble	Variotime Light Flow	Germania	Kulzer	Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50 ml x 2), tipse pentru automalaxare Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp in gura: max. 3'30". Biocompatibil. Culoare albastru deschis	Set prezentat de stratul vâscos (light flow) în cartridje sau tuburi (50 ml x 2), tipse pentru automalaxare Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp in gura: max. 2'30". Biocompatibil. Culoare albastru deschis	CE, ISO 13485

198	Piesă contraunghi (piesă cot implantologie)	CA 20:1L	Elvetia	Bien Air	Viteza maxima 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, sistem de cuple ISO 3694, diametrul capului maxim 9.8 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei, fibra optica cu tehnologie de multi iluminare. Termen de garantie minim 6 luni	Viteza maxima 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, sistem de cuple ISO 3694, diametrul capului maxim 9.8 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei, fibra optica cu tehnologie de multi iluminare. Termen de garantie 6 luni	CE, ISO 13485
230	Model maxilă și mandibulă						
230.1	Model maxilă și mandibulă cu dentiție deciduală	AM-5	Germania	Frasaco	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduală cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; greutate maxim 0,6 kg	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduală cu dimensiunile 13 x 12 x 13 cm; greutate 0,6 kg	ISO 13485
230.2	Model maxilă și mandibulă cu dentiție permanentă	ANA-4 TUKV 201	Germania	Frasaco	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția permanentă cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; greutate maxim 0,9 kg	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția permanentă cu dimensiunile 13 x 12 x 13 cm; greutate 0,9 kg	ISO 13485
230.3	Model maxilă și mandibulă cu dentiție mixtă	AK-6/2	Germania	Frasaco	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția mixtă cu dimensiunile minim 13 x 12 x 13 cm; maxim 0,9 kg	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția mixtă cu dimensiunile 13 x 12 x 13 cm; 0,9 kg	ISO 13485
281	Material siliconic de aditie pentru inregistrarea ocluziei	Varitome Bite	Germania	Kulzer	Set prezentat de stratul vâscos în 2 cartridje minim 50 ml și minim 12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	Set prezentat de stratul vâscos în 2 cartridje 50 ml și 12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	CE, ISO 13485

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **CEAICOVSCHI Tudor** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **GBG-MLD SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2**