

ТВГД-02 Тонометр внутриглазного давления



НОВИНКА

Качественно новый подход к измерению ВГД открывает широкие возможности и неоспоримые преимущества для врача и пациента.



НОВИНКА В ТОНОМЕТРИИ! ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 1 СЕКУНДУ!

Области применения ТВГД-02:

- офтальмология (в том числе детская);
- общая врачебная практика;
- оптометрия;
- неврология;
- домашнее применение.

Особенности:

- измеряет ВГД через веко;
- измеряет как истинное ВГД, так и тонометрическое;
- измеряет в положении пациента «сидя» и «лежа»;
- включен в реестр средств измерений.

На сегодняшний день транспальпебральная тонометрия является оптимальным методом при проведении массовой диспансеризации и в сложных клинических случаях, когда невозможно применение классических методов тонометрии, а также в домашних условиях.

ТВГД-02 сохранил и преумножил все преимущества измерителей ВГД через веко:

- быстрота, безопасность и безболезненность измерений;
- достоверность и стабильность результатов тонометрии;
- выявление асимметрии ВГД на глазах пациента от 1 мм рт. ст.;
- измерение по шкале тонометров Гольдмана и Маклакова;
- экономия средств на расходные материалы;
- возможность самоконтроля ВГД в домашних условиях.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "Елатомский приборный завод"

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области, 05.01.2016

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

ОГРН 1026200861620

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, дом 25
телефон: +7 (4912) 51-35-65

(адрес, телефон, факс)

В лице Генерального директора Панина Максима Николаевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Заявляет, что **Тонometr внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ**

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ОКПД2 26.60.12.129

Код ТН ВЭД 9018 90 840 9

код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

Акционерное общество "Елатомский приборный завод" (АО "ЕПЗ"), Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании: протокола технических испытаний № 2019.TD-02.01CD от 10.01.2019 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. № РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № РЗН 2015/2997 от 17.11.2016

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 23.01.2019

Декларация о соответствии действительна до 23.01.2022



Панин Максим Николаевич
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.11МП18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, Москва, ул. Мясники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС RU.11.МП18.В.00468/19 от 23.01.2019 действует до 23.01.2022

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 17 ноября 2016 года № РЗН 2015/2997

На медицинское изделие

**Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия
ГИКС.941329.102 ТУ**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Елатомский приборный завод"
(АО "ЕПЗ"), Россия,**

391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25

Производитель

**Акционерное общество "Елатомский приборный завод"
(АО "ЕПЗ"), Россия,**

391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25

Место производства медицинского изделия

АО "ЕПЗ", Россия,

391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25

Номер регистрационного досье № РД-14315/66293 от 09.11.2016

Вид медицинского изделия 172450

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4130

приказом Росздравнадзора от 17 ноября 2016 года № 12834
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0025740