

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21071838 din 13.02.2023

Obiectul de achiziție: Consumabile pentru Dispozitivele Medicale, pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Canula nazala pediatrica	0100001602	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Irabricat din PVC moale. netoxic, lbra latex. de unica fblosinta Suprafala reglabi l[deasupra urec]rii, lungime 1,8-2.8m. Marime pediatrica	Canulă de oxigen de unică folosință cu tub fără zdrobire. Canula de oxigen este folosită pentru alimentarea nazală cu oxigen. Copil mic Tip de montare (ochelari de oxigen): conector standard Stil: Fără compresă Design canulă: drept Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
Masca pediatrica pentru oxigen	0100001122	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica fo losinta. P rcv azuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se frxeaza cu ajutorul unui elastic.Marime pediatrica	Mască de oxigen în stil sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Copil Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23