

Specificații tehnice (F4.1)

| | | |
|---|--|--------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: | Achizitii.md ID 21036478, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1613921194677 din „12” martie 2021 | |
| Denumirea procedurii de achiziție: | Reactivi și consumabile pentru laboratorul microbiologic | Pagina: 1 din 2 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|----------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Culturi de referință | | | | | | | |
| 33140000-3 | Lactobacillus casei ATCC 9595 | 0989K | SUA | Microbiologics, Inc. | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 0989K_Lactobacillus rhamnosus derived from ATCC® 9595™; 6 tlpini/ set. | CE, ISO |
| 33140000-3 | Bifidobacterium bifidum ATCC 15696 | 01025K | SUA | Microbiologics, Inc. | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 01025K_Bifidobacterium bifidum derived from ATCC® 11863™; 6 tulpini/ set. | CE, ISO |
| Consumabile | | | | | | | |
| 33140000-3 | Carduri Vitek BCL | 21345 | Franța | BioMérieux | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | VITEK® 2 BCL. Cardul de identificare BCL VITEK® 2 este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor aerobe care formează endospori, din familia Bacillaceae. Cardul de identificare BCL VITEK® 2 este o componentă consumabilă de unică folosință. 20 carduri/set. | CE, ISO |
| 33140000-3 | Carduri Vitek YST | 21343 | Franța | BioMérieux | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | Card pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor (57 microorganisme) cu cea mai mare semnificație clinică, inclusiv C. auris. Cardul conține 46 de teste biochimice care măsoară utilizarea sursei de carbon, utilizarea sursei de azot și activitățile enzimatică. Destinat numai diagnosticării in vitro, 20 carduri/kit. | CE, ISO |
| 33140000-3 | Carduri Vitek GP | 21342 | Franța | BioMérieux | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | Card pentru identificarea germeilor Gram-pozitivi (GP) ce poate fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Cardul conține teste biochimice confirmate, substraturi care măsoară utilizarea sursei de carbon, activitățile enzimatică și rezistența. Acesta conține 43 de teste biochimice, 20 carduri/set. | CE, ISO |
| 33140000-3 | Carduri Vitek GN | 21341 | Franța | BioMérieux | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | Card pentru identificarea germeilor Gram-negativi (GN) ce poate fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-negative. Cardul conține teste biochimice confirmate, substraturi care măsoară utilizarea sursei de carbon, activitățile enzimatică și rezistența. Acesta conține 43 de teste biochimice, 20 carduri/set. | CE, ISO |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|--------|------------|---|--|---------|
| 33140000-3 | Carduri Vitek ANC | 21347 | Franța | BioMérieux | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | VITEK [®] 2 ANC. Card pentru identificarea bacteriilor anaerobe, ce poate fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante bacterii anaerobe. Identificare rapidă, precisă la nivel de specie a bacteriilor anaerobe și coriniforme relevante din punct de vedere medical. Identifică aproximativ 90 de bacterii anaerobe și coriniforme. Cardul conține teste biochimice confirmate, substraturi care măsoară utilizarea sursei de carbon, activitățile enzimice și rezistența. Acesta conține 43 de teste biochimice, 20 carduri/set. | CE, ISO |
| 33140000-3 | Soluție salină sterilă Vitek | V1204 | Franța | BioMérieux | 500ml ,pH 5,0-7,2,sterila cu concentrația de 0,45 % Na Cl | 500ml; pH 5,0-7,2, sterila cu concentrația de 0,45% NaCl. | CE, ISO |
| 33140000-3 | Standarde de turbiditate pentru DensiChek | 21255 | Franța | BioMérieux | Kit de standarde de turbiditate pentru DensiChek plus (Vitek 2 compact). Valabile minim 12 luni. Cu certificat de conformitate. | Kit de standarde de turbiditate pentru DensiChek plus (Vitek 2 compact). Standardele DensiCheck Plus permit monitorizarea precisă a instrumentului și confirmă exactitatea organismului în suspensie. Cu certificat de conformitate. Ambalaj standard conține un set de 4 standarde și insert tehnic. | CE, ISO |

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 12.03.2021