

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1739946967454** din **19.02.2025**

Obiectul achiziției: **Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor medicale anul 2025 COP**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) și invazivă (IBP), SPO2 și ECG	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 1 Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) și invazivă (IBP), SPO2 și ECG	Monitor pacient	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform HG nr. 966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016
Lot 2 Dispozitive de anestezie	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 2 Dispozitive de anestezie	Dispozitiv de anestezie	
Lot 3 Dispozitive de resp. artificială	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 3 Dispozitive de resp. artificială	Dispozitiv de respirație artificială / Ventilator pulmonar	
Lot 4 Dispozitive de electrochirurgie	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 4 Dispozitive de electrochirurgie	Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență	
Lot 5 Dispozitive de resuscitare	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 5 Dispozitive de resuscitare	Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă	
Lot 6 Electrocardiografe, (ap.Holter)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 6 Electrocardiografe, (ap.Holter)	Electrocardiograf	
Lot 7 Pompe de infuzie,seringă	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 7 Pompe de infuzie,seringă	Pompă de infuzie/ cu seringă	
Lot 8 Sterilizatoare cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 8 Sterilizatoare cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave)	Sterilizatoare cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave)	
Lot 9 Centrifugi de laborator	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 9 Centrifugi de laborator	Centrifugă de laborator	
Lot 10 Agitator de trombocite	-	-	-	Lot 10 Agitator de trombocite	-	

Lot 11 Incubator de trombocite	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 11 Incubator de trombocite	Termostate
Lot 12 Decongelator de plasma	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 12 Decongelator de plasma	Termostate
Lot 13 Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice, imunologice, hematologice	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 13 Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice, imunologice, hematologice	Analizator semiautomat
Lot 14 Termostat (camera de frigider, baia de apa)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 14 Termostat (camera de frigider, baia de apa)	Termostate
Lot 15 Dispozitive de fizioterapie	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 15 Dispozitive de fizioterapie	Dispozitiv de fizioterapie
Lot 16 Refractometru oftalmologic	-	-	-	Lot 16 Refractometru oftalmologic	-
Lot 17 Higrometru psihometru	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 17 Higrometru psihometru	Higrometre și psihometre
Lot 18 Microscopae	-	-	-	Lot 18 Microscopae	-
Lot 19 Dispozitive de masurare a presiunii arteriale (tonometru)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 19 Dispozitive de masurare a presiunii arteriale (tonometru)	Dispozitive de masurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)
Lot 20 Coagulametre	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 20 Coagulametre	Coagulametre
Lot 21 Pulsoximetru	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 21 Pulsoximetru	Pulsoximetru / Pulsometru
Lot 22 Manometru	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Lot 22 Manometru	Manometru de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0)
Lot 23 Manometru cu contact electric	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Lot 23 Manometru cu contact electric	Manometre de toate tipurile (cu contacte electrice, O ₂ , de măsurat presiunea dinamică cu lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0
Lot 24 Cântar până la 500 kg	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Lot 24 Cântar până la 500 kg	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată până la 500 kg inclusiv (Verificarea metrologică se va efectua numai pentru aparatele de cântărit cu funcționare neautomată incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal)
Lot 25 Greutăți cl M1, M3	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Lot 25 Greutăți cl M1, M3	Greutăți de lucru (clasa M1 până la 500 g, pentru o unitate)

Lot 26 Psihrometru	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 26 Psihrometru	Higrometre și psihometre
Lot 27 Termometru de uz casnic	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lot 27 Termometru de uz casnic	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte (valoarea diviziunii >0,2 °C)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Anatolii BESCUPSCHI** În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"** Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca, 28**