

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. <b>21077052 din 30.03.2023</b>						
Obiectul achiziției: <b>Dezinfectanților necesari în regim urgent (delegate de la CAPCS)</b>						
<b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Nr de înregistrare la AMDM/înregistrarea la ANSP
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1. Dezinfectant pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Ambalaj ≤ 6 kg inclusiv</b>	<b>Chirosan plus</b>	<b>Czech republic</b>	<b>Schulke</b>	<p>Dezinfectant pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727, EN 14561, Levuricid conform EN 13624, EN14562 Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 , Virucid conform EN 14476, EN 17111, Sporicid conform EN 17126 ( minim 2 spori) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p>	<p>Dezinfectant pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727, EN 14561, Levuricid conform EN 13624, EN14562 Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 , Virucid conform EN 14476, EN 17111, Sporicid conform EN 17126 ( minim 2 spori) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p>	<p>Reg. ANSP nr.00319 din 27.12.2022</p> <p>Reg. AMDM – DM000428378 din 31.01.23</p>

				<p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 6 ani .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanță activă: acid peracetic. Sa nu conțină apă oxigenată. Ph neutru în diluție Ambalaj ≤ 6 kg inclusiv. Expoziție 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită</p>	<p>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 6 ani .</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanță activă: acid peracetic. Sa nu conțină apă oxigenată. Ph neutru în diluție Ambalaj ≤ 6 kg inclusiv Expoziție 15 min.</p> <p>Concentrația soluției de lucru oferită: 2%</p>	
<b>Lot 3.1</b> Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	<b>Clean Med Rinse MA8 Sauber</b>	<b>RM</b>	<b>KOLINS HGN SRL</b>	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p>	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p> <p>Ambalaj – 5 litr</p>	Aviz sanitar nr. 3068 din 23.07.2021
<b>Lot 3.2</b> Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	<b>Clean Med Det ML4 Saber</b>	<b>RM</b>	<b>KOLINS HGN SRL</b>	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p>	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p> <p>Ambalaj – 5 litr</p>	Aviz sanitar nr. 3068 din 23.07.2021

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gritaenco Andrei** În calitate de: director

Ofertantul: **„GALCHIM & CO” SRL** Adresa: mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 37