

Propunere tehnică
LOT 62 - Laser chirurgical

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE	DA	NU	Documentul si pagina care atesta conformitatea
a) Apertura numerica(minim): 0,25	x		Pag. 1
b) Conectorul fibrei: SC	x		Pag. 2
c) Modul semnalului: continuu(CW) / Pulse	x		Pag. 1
d) Durata pulsului: variabil de la 0.01-60.0 secunde	x		Pag. 1
e) controlul puterii: integrat	x		Pag. 4
f) aiming beam, power: 635nm ±10nm; 4mW(max) 532nm ±10nm; 1mW(max)	x		Pag. 1
g) clasa de laser: 4	x		Pag. 1
h) classa dispozitivului: IIb	x		Pag. 1
i) racirea fibrelor: cu aer	x		Pag. 1
j) buton de deconectare de urgenta	x		Pag. 3
k) puterea minima: 30W±20% la 980nm + 15W±20% la 1470nm	x		Pag. 1
l) diametrul minim al nucleului fibrei: 360 micro metri	x		Pag. 5
m) ochelari de protectie - 3 seturi	x		Pag. 5
n) pedala de activare a laserului	x		Pag. 6
o) dispozitiv de racire cu aer a fibrelor	x		Pag. 1
p) fibra DL pentru toate tipurile de endoscoape (3x3h) - 10 seturi	x		Pag. 7
q) fibra BARE, de tip „flat“, re folosibila pana la 10x(10 buc) – 10 seturi	x		Pag. 8
r) stripper 600microni, 0,7mm strip	x		Pag. 5
s) cleaver de ceramica pentru fibra, autoclavabil	x		Pag. 5
t) in set cu evacuator de fum cu flow control ajustabil si filtre cu timpul de fuctionare minim 18 ore – 2 buc, cu pedala de activare a evacuarii	x		Pag. 9, pag. 10 si pag. 11
B.CERINTE DE CERTIFICARE			
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului. /	x		
Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. /	x		
Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu	x		
Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atașat de dispozitiv	x		

