

			Specificații tehnice							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1651211262255 din 15.07.2022							Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022							Pagina: 1 din1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință	
1	2				3	4	5	6	8	
33100 00-1	2	Aparat pentru testarea rapidă cu determinarea cantitativă prin tehnologia microfluidică și imunofluorescentă	Aparat pentru testarea rapidă cu determinarea cantitativă prin tehnologia microfluidică și imunofluorescentă	VIM2000	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd	Dispozitiv diagnosticare in vitro; Dispozitiv portabil, dotat cu mâner; Dispozitivul preconizat pentru testare chip sau echivalent, prin tehnologia microfluidică și imunofluorescență cu toate consumabilele incluse; Reactivii să fie ambalați individual, pentru fiecare test/pacient separat; Sistem de verificare a controlului de calitate intern al echipamentului – oferit gratuit; Timpul de eliberare al rezultatului de la introducerea probei în aparat – maxim 4 minute; Citirea cantitativă a imunofluorescenței probei să fie prin laser cu o precizie ridicată sau echivalent; Aparatul să poată efectua o gamă de teste: Markerii cardiaci: troponina I, mioglobina, test cardiac triplu (CK-MB/Myoglobin/Troponin I), BNP; Pentru o acuratețe sporită a rezultatelor aparatul să poată lucra din ser sau plasma; Aparatul să nu necesite operațiuni de întreținere din partea operatorului; Interfața aparatului să fie touch screen, user-friendly; Aparatul să fie însoțit de propria imprimantă termică pentru eliberarea rezultatelor; Aparatul să dețină propria stație de incubare pentru testele care necesită o incubare la o temperatură mai ridicată decât temperatura camerei sau echivalent; Aparatul să poată fi conectat la sistemul informatic al instituției; Capacitate de stocare internă a rezultatelor sau transfer de date prin USB; Dimensiuni maxime: 70x70x20cm; Voltaj: 220- 240V; Greutatea maximă: 3kg;	Dispozitiv diagnosticare in vitro; - Da . Dispozitiv portabil, dotat cu mâner; - Da . Dispozitivul preconizat pentru testare chip sau echivalent, prin tehnologia microfluidică și imunofluorescență cu toate consumabilele incluse; Da . - prin tehnologia imunofluorescentă. Reactivii să fie ambalați individual, pentru fiecare test/pacient separat; - Da . Sistem de verificare a controlului de calitate intern al echipamentului – oferit-gratuit;- Da , inclus în ofertă, pag. 4, User Manual VIM200.pdf Timpul de eliberare al rezultatului de la introducerea probei în aparat – maxim 4 minute; - Da , utilizând metoda Quick Test, rezultatele sunt obținute instantaneu. Citirea cantitativă a imunofluorescenței probei să fie prin laser cu o precizie ridicată sau echivalent; - Da , Brochure VivaDiag POCT Analyzer VIM2000.pdf Aparatul să poată efectua o gamă de teste: Markerii cardiaci: troponina I, mioglobina, test cardiac triplu (CK-MB/Myoglobin/Troponin I), BNP; - Da , VivaDiag FIA Test Kit Quick Reference Guide (VIM2000).pdf Pentru o acuratețe sporită a rezultatelor aparatul să poată lucra din ser sau plasma; - Da . Aparatul să nu necesite operațiuni de întreținere din partea operatorului; - Da . Interfața aparatului să fie touch screen, user-friendly; - Da . Aparatul să fie însoțit de propria imprimantă termică pentru eliberarea rezultatelor; - Da , Aparatul să dețină propria stație de incubare pentru testele care necesită o incubare la o temperatură mai ridicată decât temperatura camerei sau echivalent; - Da . Aparatul să poată fi conectat la sistemul informatic al instituției; - Da . Capacitate de stocare internă a rezultatelor sau transfer de date prin USB; - Da . Voltaj: 220- 240V; - Da . Greutatea maximă: 2.5 kg ; Termen de garanție de la instalare - cel puțin 36 luni. - Da .	ISO, Declarație de conformitate	
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: Director								
		Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: Chișinău, or. Durești, str. Durești 4, MD-2071								