



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Ro02-1127 din "23" 03 2022

Operatorilor economici participanți
IMSP beneficiare

Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628866063582 din 18.09.2021 privind achiziția centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-urilor beneficiare pentru anul 2022, vă comunică decizia de evaluare a ofertelor din 18.03.2022.

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/	Producător	Țara de Origine	Ofertant
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	386	10,28	11,11	3 968,08	4 288,46	NYL103340 POLYAMIDE BLK 0 X 150-40MM HC RB LOOP	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	12,37	13,36	6 580,84	7 107,52	NYL013348 POLYAMIDE BLK 1 X 150-48MM HC RB LOOP	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
40	Matase	Bucată	3346	8,00	8,64	26 768,00	28 909,44	5D75DZ26	India	Unisur Lifecare	SOGNO

41	Petice de teflon p/u suturi	Bucară	10	14,44	15,59	144,38	155,93	REF PRF3315x5	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucară	1244	17,65	21,18	21956,6	26347,92	PP00F0137	Haidiķe / Runte	China	Triumf-Motiv SRL
44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petice cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucară	92	23,81	25,72	2 190,89	2 366,16	PS3732 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL
45	Petice de teflon p/u suturi	Bucară	20	14,52	15,68	290,40	313,64	REF POF7315x5	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucară	434	29,43	31,78	12 772,62	13 794,43	PS3148 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL

55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specifc p/u cardiochirurgie	Bucată	1524	35,28	38,11	53 769,77	58 072,02	REF CV3875- 33x10	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL
56	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specifc p/u cardiochirurgie	Bucată	1804	35,28	38,11	63 648,73	68 741,42	REF CV38855- 37x10	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	8,50	9,18	13 260,00	14 320,80	5D75DZ25	India	Unisur Lifecare	SOGNO
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	5,5	6,60	14454	17344,8	SK20F0125	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	5,5	6,60	18414	22096,8	SK30C0326	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL

67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	1,83	1,98	2 042,28	2 209,68	SLS101360 SILK BLK 0 X 60 (60X13)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	1,78	1,92	605,20	652,80	SLS30750 SILK BLK 3-0 X 75 (75X10)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
74	Matase	Bucată	586	1,72	1,86	1 007,92	1 089,96	SLS101360 SILK BLK 0 X 60 (60X13)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
76	Matase	Bucată	3184	8,50	9,18	27 064,00	29 229,12	5F75DX30	India	Unisur Lifecare	SOGNO
78	Poliglicolic acid	Bucată	8331	13,50	14,58	112 468,50	121 465,98	M172R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	14,50	15,66	80 808,50	87 273,18	M173R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	13,50	14,58	190 485,00	205 723,80	M098R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
82	Poliglicolic acid	Bucată	8940	15,00	16,20	134 100,00	144 828,00	M174R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	16,00	17,28	30 784,00	33 246,72	M175R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
84	Poliglicolic acid	Bucată	4352	14,00	15,12	60 928,00	65 802,24	M047R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
85	Poliglicolic acid	Bucată	7354	14,00	15,12	102 956,00	111 192,48	M080R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
86	Poliglicolic acid	Bucată	5710	14,00	15,12	79 940,00	86 335,20	M038R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
87	Poliglicolic acid	Bucată	2126	27,10	29,27	57 614,60	62 223,77	Bx133	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
88	Poliglicolic acid	Bucată	2514	18,78	20,282	47 212,92	50 988,95	G51172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	19,494	21,0535	161410,32	174322,98	FS4374 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	21,00	22,68	21 756,00	23 496,48	R088R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO

91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	35,60	38,45	84 514,40	91 275,55	Bx864	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
93	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4442	18,50	22,20	82177	98612,4	PGAR01G0148	Haidi ke / Runte	China	Triumpf-Motiv SRL
94	Poliglicolic acid rapid	Bucată	338	23,50	25,38	7 943,00	8 578,44	R089R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
95	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1626	17,748	19,1678	28858,248	31166,8428	FS3857 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
98	Poliglicolic acid rapid	Bucată	4594	22,68	24,4944	104191,92	112527,2736	FS5051 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	29,00	31,32	27 144,00	29 315,52	Bx858	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	17,316	18,7013	21645	23376,625	FS3141 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
103	Polipropilen	Bucată	1044	22,00	23,76	22 968,00	24 805,44	Bx341	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
104	Polipropilen	Bucată	1566	24,15	26,082	37 818,90	40 844,41	P21262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,46	22,097	40 244,82	43 464,80	P31262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
106	Polipropilen	Bucată	2715	17,83	19,26	48 408,45	52 290,90	PPL408558DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL

107	Polipropilen	Bucată	1793	25,83	27,8964	46313,19	50018,2452	ML1998 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	23,14	24,991	49 751,00	53 730,65	D31262-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
111	Polydioxanone (PDS)	Bucată	276	24,44	26,400	6 746,54	7 286,40	D61132-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
115	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4063	13,26	14,32	53 875,38	58 182,16	PPL208833 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-26MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,57	16,816	32 338,89	34 926,83	P41192-45	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	13,50	14,58	24 192,00	26 127,36	P049R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	14,75	15,93	16 431,50	17 746,02	P008R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO
121	Polyglactin 910	Bucată	2944	21,06	22,745	62 000,64	66 961,28	A21362-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	19,43	20,984	37 344,46	40 331,25	A31222-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
123	Măţasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	9,26	9,26	3 981,80	3 981,80	SLK305319 SILK BLK 3-0 X 75- 19MM CU RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL

125	Mățasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	74,00	79,92	16280	17582,4	#3856	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
126	Mățasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	74,00	79,92	6956	7512,48	#2801	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
127	Mățasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	74,00	79,92	9472	10229,76	#2008	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
128	Mățasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	59,26	64,00	22 815,10	24 640,00	OS81	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL
129	Nylon 10,0	Bucată	648	91,00	98,28	58968	63685,44	#1406	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
131	Poliester 5,0	Bucată	228	80,00	86,40	18240	19699,2	#3370	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL
137	Matase	Bucată	352	8,50	9,18	2 992,00	3 231,36	SD75DZ35	India	Unisur Lifecare	SOGNO
138	Matase	Bucată	804	8,50	9,18	6 834,00	7 380,72	SE75DZ22	India	Unisur Lifecare	SOGNO
139	Matase	Bucată	1938	8,50	9,18	16 473,00	17 790,84	SF75DX25	India	Unisur Lifecare	SOGNO
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	19,656	21,2285	24687,936	26662,996	PL40HR17 [LUXCRYL 910]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL
141	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	100	23,51	25,39	2 350,80	2 538,86	PL50HR17 [LUXCRYL 910]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL
142	Matase	Bucată	2094	10,65	11,50	22 301,10	24 085,19	Bx503	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
143	Matase	Bucată	460	8,50	9,18	3 910,00	4 222,80	SE75DZ30	India	Unisur Lifecare	SOGNO
144	Matase	Bucată	1260	15,70	16,96	19 782,00	21 364,56	Bx504	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL
147	Surgecel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	305	177,50	191,70	54 137,50	58 468,50	Equitamp 10x20cm	Regatul Tărilor de Jos	Equimedica	SOGNO
149	Surgecel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	200	57,50	62,10	11 500,00	12 420,00	Equitamp 1.25x5cm	Regatul Tărilor de Jos	Equimedica	SOGNO

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și IPO 21 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018, oferta operatorului economic Oxivit-Med SRL nu a fost acceptată în cadrul procedurii de achiziție publică, având în vedere că a prezentat garanția pentru ofertă în quantum mai mic decât s-a solicitat în documentația de atribuire.

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice oferta operatorului economic DataControl SRL nu a fost acceptată în cadrul procedurii de achiziție publică, având în vedere că în formularul specificațiilor tehnice F4.1 nu a indicat codul produselor oferite. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15). De asemenea, nu a prezentat mostre, conform solicitării nr. Rg02-4420 din 21.12.2022.

Operatorii economici EDELMED SRL și Instrumed Grup SRL au fost excluși din procedura de achiziție publică, reieșind din faptul că au refuzat prelungirea ofertelor până la data de 30.04.2022.

Operatorul economic SOGNO SRL a refuzat atribuirea contractelor pentru loturi: nr. 69 Capron/steril împletit; nr. Nr.71 Capron / steril împletit; nr. 72 Capron/steril împletit; nr. 73 Capron/steril împletit;

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu au fost acceptate următoarele oferte, având în vedere că au fost depuse neadecvate, inacceptabile sau neconforme, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Model articolului	Producător	Tara de Origine	Ofertant	Argumentările privind necorespunderea ofertei depuse
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	9400940	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 48 mm s-a oferit 40 mm
3	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Merril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
3	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3201 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
3	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P31222D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.

4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL308558DN POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P31172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML3064 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML3261 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P31262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL208236 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML3957 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P21372D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408558DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P41172D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2581 [MONOPROLEN] TIC. A.Ș	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ș	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P41222D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2750 [MONOPROLEN] TIC. A.Ș	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ș	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408861 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-18MM CU RB DN	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P41173D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde s-a solicitat USP 4/0 s-a oferit 5,0.Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2595 [MONOPROLEN] TIC. A.Ș	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ș	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P41223D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.

10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL408861 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-18MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a soliciat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML2757 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imnotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a soliciat Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL408558DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a soliciat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P41172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: soliciată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML2588 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imnotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a soliciat Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P41222D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde nici cod si nici componenta suturii - soliciată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML2753 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imnotehnomed SRL	Nu corespunde: soliciată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a soliciat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P41262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: soliciată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2836 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL408845 POLYPROPYLENE BU 4-0 X90-26MM HC TC DNC2	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P51132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1882 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PP50F0113-2	Hardike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL508816 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-13MM HC TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P51172D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML5806 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen

15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL508517 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-17MM HC TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P51172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2168 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imnotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL508756 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P61133D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL608726XL POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1588 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imnotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL608207 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 60-10MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1463 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imnotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	ML1477 [MONOPROLEN]	BOZ TIBRI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turecia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde Lungimea ceruta 70 oferita 60, Grosimea ceruta7/0 oferit 6/0 Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen, oferită poliipropilen.
19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	PPL608807 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 60-09MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	P61133D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmirina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și poliipropilen și poli(etilen, oferită poliipropilen.
20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	PPL608814 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și poliipropilen și poli(etilen s-a oferat poliipropilen.
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	P61132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmirina SRL	Nu corespunde s-a solicitat tip acului 55-85 gram de efort asupra acului, nu a fost identificată. Urmare a clarificării solicitate nu s-a indicat cerința sus menționată.
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	PM26013C0	DEMOPHORUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen s-a oferit monoproten
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	PPL608714 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen s-a oferat poliipropilen.
22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75-9MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si poliipropilen și poli(etilen s-a oferat poliipropilen.

22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1313 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL708813 POLYPROPYLENE BU 7-0 X 60-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1363 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. ofertă polipropilen.
24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75-9MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1329 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu este indicat Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprofen
25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL70804 POLYPROPYLENE BU 7-0 X 60- 8MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1305 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.

26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PM27010G0	DEMOPHORUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu este indicat Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoproten
26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75-9MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1213 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TTC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL80876 POLYPROPYLENE BU 8-0 X 60-8MM CU RB DNTN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL308832 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-26MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	P31262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3316 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TTC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoproten
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PPL308558 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-17MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.

29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P31172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmına SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML3060 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML2585 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P41172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmına SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL40899 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 70-17MM HC TC C1	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	P41222-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmına SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	ML2746 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic lınıar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.

32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen	P51133-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen	ML1915 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen	PPL508720 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen	P61133-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen	ML1592 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen	PPL607975 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
34	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic linar si polipropilen	P11352D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Codul oferit nu s-a identificat în catalogul atașat, nici urmare a clarificărilor depuse nu s-a identificat astfel în cât să se stabilească conformitatea cu cerințele tehnice solicitate.
34	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic linar si polipropilen	ML5801 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic linar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen, s-a solicitat lungimea acului 35 mm s-a oferit 40

35	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	PPL208834 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-26MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferat polipropilen.
35	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	PM92026C0	DEMOPHORUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen s-a oferit monoproten
35	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	P21262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: se solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, s-a oferat polipropilen.
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	REF CV739706x4	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 48 s-a oferit 50 mm. S-a solicitat Metric EP 6 s-a oferit 8.
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	STC06649 STEEL WIRE 6 X 45- 48MM HC TC (45X4)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
39	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	REF CV739707x4 /REF CV73980x4	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde: s-a solicitat lungime 75cm , oferit 45cm, ac solicitat 57mm oferit 50mm (ref cod CV739707x4)
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	ML4338 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	ME844G POLYESTER GR 0 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 37 oferit 36 (mm). Nu s-a regăsit cerința tehnică: 3.5 metric
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	PGA30F0425	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	nu s-a regăsit glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.

46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A33253-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21days post implantation 50%
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4564	Elvetia	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A43163-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21days post implantation 50%
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4543	Elvetia	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone

48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A53173-60	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21 days post implantation 50%
48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4542	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A53133-60	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21 days post implantation 50%
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4522	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGN109244 PGLA VIO 0 X 75-45MM HC RB	Meril Life	India	Biosisten-MLD SRL	La evaluarea mostrei acul se deformează în timpul suturării
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA00F0145	Haidtke / Runte	China	Triumpf-Motiv SRL	nu s-a regăsit sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. S-a solicitat ac taper s-a oferit rotund
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GL4422 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: la evaluarea mostre acul se deformează în timpul suturării

50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	L161R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	conform actului de predare-primire a mostrelor nu s-a prezentat lotul 50, 58, 91, 92, 93, 98
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	15350148	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	nu s-a prezentat mostră
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	REF L43426	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	clarificari datasheet cu privire la a-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	A11452-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde tehnic s-a solicitat mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, s-a prezentat 14days post implantation 75% 21days post implantation 50%
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bx-PG 113	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului solicitat 45 mm - oferit 40mm
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGN200339 PGLA VIO 2-0 X 70-36MM HC RB EX	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	La evaluare mostrei e deformeaza acul in timpul suturarii
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA20F0436	Haidtke / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde s-a solicitat Curbura acului - 1/2 Taper s-a oferit 3/8 cicle cuvert cutting
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	L125R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde la proprietățile s-a solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zile. Lungimea acului solicitat 46mm - oferit 40mm
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GL3950 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	la evaluarea mostre acul se deformeaza in timpul suturarii se deformeaza acul in timpul suturarii

51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	15300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	REF L43365	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 37-36 mm s-a prezentat 35 mm
51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	A21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% la 14 zile și 50% la 21 de zile
51	Sutură atraumatică absorabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bx-PG 1193	Biosintex	România	GBG-MLD SRL	Nu s-a prezentat dovezi sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP doar declarativ.
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/ u cardiochirurgie	PS3652 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/ u cardiochirurgie	REF 38755	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu s-a prezentat mostră
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/ u cardiochirurgie	ME201020 POLYESTER WHGR 2-0 X 75-20MM HC RB DNS	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22:MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: Solicitat poliester - se ofera Polipropilen.
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bx480	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 20-22 mm s-a prezentat 22,2 mm
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PPL40 8204SL POLYPROPYLENE BU 4-0 X 60-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: solicitat poliester. Ofertit polypropilen. Nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 45 cm s-a prezentat 60 cm
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PS2422 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3950 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.

57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN209363 PGLA VIO-2-0 X 75- 36MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% la 14 zile și 50% la 21 de zil
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L125R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zil
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L4345	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde tehnic s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 37-36 s-a prezentat 38 mm
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx1193	Biosintex	România	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinența initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGLAR30F0937	Hardike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	nu s-a regăsit sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinența initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinența initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L124R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zil
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinența initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G37372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinența initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3442 [GLIKOSORBI]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici. nu s-a regăsit cerința tehnică sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinența initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinența initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L4384	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă s-a solicitat Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ s-a oferit 38 mm, fără curbura acului – ½

58	Sătură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN302516 PGLA VIO 3-0 X 90- 36MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde Lungimea acului (mm) – s-a solicitat 37 mm s-a prezentat 36 mm
58	Sătură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx1067	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde Lungimea acului (mm) – s-a solicitat 37 mm s-a prezentat 36, 6mm
59	Sătură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN309444 PGLA VIO 3-0 X 75- 16MM CU CT	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
59	Sătură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L209D	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zi
59	Sătură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L4674	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu s-a regăsit Curbura acului – cutting

59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3039 [GLIKOSORBI]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 75% în 14 zile și 50% la 21 de zile.
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN109376 PGLA VIO 0 X 75-45MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L161R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zil
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G11452-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în a 14-a zi și 50% la 21 de zi
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS4422 [GLIKOSORBI]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezinenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a prezentat de 75% până la 14 zile și 50% la 21 zile

60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L43426	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat nu s-a regăsit cerinta mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx113	Biosinex	Romania	GBG-MLD SRL	nu corespunde Lungimea acului (mm) – s-a solicitat 45 mm s-a prezentat 40 mm
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	MSS300414 PGA VIO 3-0 X 45 (45X3)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 70-80% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS2950 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferti 50% la 21 zile și 75 % la 14 zile
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L40094	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezințenta initala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP

61	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx102	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	nu corespunde s-a solicitat Lungimea suturii (cm) – 45-55 s-a oferit 70 cm
61	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G3-45x4	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 75% în a 14-a zi și 50% la 21 de zi
61	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L002B	Republica Belarus	FIATOS	SOONO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
62	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx102	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	nu corespunde s-a solicitat Lungimea suturii (cm) – 45-55 s-a oferit 70 cm
62	Sutură atraumatică absorabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS2946 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 50% la 21 zile și 75 % la 14 zile

62	Sutură atraumatică absorbilă înpletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L002B	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
62	Sutură atraumatică absorabilă înpletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G3-45×6	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/ u cardiochirurgie	REF CV39485-37x10,	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde s-a sollicita Marimea la petic - 6x3x2mm s-a oferit 3x7x1,5mm
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/ u cardiochirurgie	MME6577 POLYESTER WHGR 2-0X75- 25MM HC TC DN TP5	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde lungimea acului s-a sollicitat 26 mm s-a oferit 25 mm

63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace; în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PS3709 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
71	Capron / steril împletit	NL2016200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat pe suport cilindric tip bbină-mosor, s-a oferit oferit tip casetă, nu permite utilizarea in dispozitivele cu această destinație.
72	Capron / steril împletit	NL0216200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat pe suport cilindric tip bbină-mosor, s-a oferit oferit tip casetă, nu permite utilizarea in dispozitivele cu această destinație.
73	Capron / steril împletit	NL3016200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s- a prezentat mostra
73	Capron / steril împletit	NL3016200	"Haidike / Runte"	China	Triumf-Motiv SRL	Nu s-a identificat codul în catalogul ataşat.
75	Matase	SLS30750 SILK BLK 3-0 X 75 (75X10)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea L-60 cm s-a prezentat 75 cm
75	Matase	SB2963 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
75	Matase	5F60	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
75	Matase	S3-60×12	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depăşeşte valoarea estimată mai mult de 30%
77	Poliglicolic acid	MSI09251 PGA VIO 0 X 75-50MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului s-a solicita 64 mm s-a oferit 50 mm

77	Poliglicolic acid	M225R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 64 mm s-a prezentat 60 mm
77	Poliglicolic acid	GS6283 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
77	Poliglicolic acid	REF 43446	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat lac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm, nu s-a menționat 1/2;
77	Poliglicolic acid	G11642-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
80	Poliglicolic acid	MS010650 PGA VIO 1 X 70-65MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm
80	Poliglicolic acid	M243R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 64 mm s-a prezentat 65 mm
80	Poliglicolic acid	REF 43446	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat lac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm, nu s-a menționat 1/2;
80	Poliglicolic acid	GS4863 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat ac 65 mm s-a oferit 64 mm
80	Poliglicolic acid	GB1642-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra

84	Poliglicolic acid	REF 42354	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu s-a menționat lac 1/2 rotund;
85	Poliglicolic acid	REF 42454	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac26 mm s-a oferit 25 mm
87	Poliglicolic acid	M023R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (prea gros) cu grosimea firului de sutură
87	Poliglicolic acid	MS2303XL PGA VIO 5-0 X 75-16MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde - s-a solicitat ac 15 mm s-a oferit ac 16 mm
87	Poliglicolic acid	GS1990 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde - s-a solicitat ac rotund 15mm s-a oferit 16 mm
87	Poliglicolic acid	G51152-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde grosimea acului (prea gros) cu grosimea firului de sutură
87	Poliglicolic acid	REF 4202	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă s-a solicitat lac 1/2 rotund 15 mm s-a oferit 13 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
88	Poliglicolic acid	M037R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (prea gros) cu grosimea firului de sutură
88	Poliglicolic acid	MS2303XL PGA VIO 5-0 X 75-16MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat Lungimea acului (mm) – s-a 17mm prezentat 16 mm
88	Poliglicolic acid	GS2165 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
90	Poliglicolic acid rapid	K11302-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra. Corespunde perioada de absorbție solicitat PGA rapid, oferit PGA cu termen de resorbție sport.

90	Poliglicolic acid rapid	FS5651 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat ac 30mm s-a oferti 31 mm
91	Poliglicolic acid rapid	R104R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferti 36 mm
91	Poliglicolic acid rapid	MS109037 PGA RAPID UNID 0 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 3,6 mm s-a oferti 36 mm
91	Poliglicolic acid rapid	14350136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostă
91	Poliglicolic acid rapid	FS5505 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat ac 36, 6 mm s-a oferti 36 mm
91	Poliglicolic acid rapid	REF R4346WN	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 36,6mm mm s-a oferti 38 mm
91	Poliglicolic acid rapid	K11372-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lac 1/2 rotund 36,6mm s-a prezentat ac 37 mm,
92	Poliglicolic acid rapid	R097R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferti 36 mm
92	Poliglicolic acid rapid	FS4668 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat ac 36, 6 mm s-a oferti 36 mm
92	Poliglicolic acid rapid	KB1372-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-75cm. lac 1/2 rotund 36,6mm s-a oferti L-90 cm, ac 37 mm
92	Poliglicolic acid rapid	REF R4347W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat lac 1/2 rotund36,6 mm s-a oferti 38 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;

92	Poliglicolic acid rapid	14400136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	nucorespunde s-a solicitat 75cm. Iac 1/2 rotund 36,6mm s- a oferti L 90 și ac 36 mm
92	Poliglicolic acid rapid	PGF016192 PGLA FAST UNDD 1 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu coresponde s-a solicitat lungimea acului 3,6 mm s-a oferit 36 mm. S-a solicitat L 75 cm s-a oferit 90 cm
92	Poliglicolic acid rapid	Bx8068	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
94	Poliglicolic acid rapid	KB1302-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s- a prezentat mostra
94	Poliglicolic acid rapid	FS4648 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	nu coresponde s-a solicitat ac 1/2 rotund 30mm s-a prezentat ac 35 mm
94	Poliglicolic acid rapid	REF R42557WN	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnici., însă nu s-a menționat l ac 1/2 rotund
95	Poliglicolic acid rapid	PGAR20G0130	Haidike / Runte	China	Triumpf-Motiv SRL	nu coresponde s-a solicitat L75 s-a ofertat 90
96	Poliglicolic acid rapid	FS3785 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu coresponde s-a solicita ac26,2 mm. S-a prezentat 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	R066R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu coresponde s-a solicitat lungimea acului 26,6 s-a oferit 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	K21262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu coresponde tehnic s-a solicitat l ac 1/2rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	14300126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a regăsit codul în oferta depusă (s-a marcat codul 14300136)
96	Poliglicolic acid rapid	REF R4255W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Nu coresponde tehnic s-a solicitat ac26,2 mm s-a oferit 27 mm

96	Poliglicolic acid rapid	PGF209933 PGLA FAST UNND 2-0 X 90-26MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm 3/8 Circle
96	Poliglicolic acid rapid	Bx836	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
97	Poliglicolic acid rapid	FS3949 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
97	Poliglicolic acid rapid	K21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 36,6 mm s-a oferit 37 mm, nu s-a prezentat mostra
97	Poliglicolic acid rapid	R095R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferit 36 mm
97	Poliglicolic acid rapid	PGF209975 PGLA FAST UNND 2-0 X 75-31MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 36,6mm s-a oferit otund 31 mm. Nu s-a prezentat mostra
97	Poliglicolic acid rapid	14300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
97	Poliglicolic acid rapid	REF R42655W	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat 1ac 1/2 rotund 36,6 mm s-a oferit 35 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
97	Poliglicolic acid rapid	Bx857	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
98	Poliglicolic acid rapid	PGF209978 PGLA FAST UNND 2-0 X 90-48MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat USP 3/0 L-120cm. 1 ac 1/2rotund 17.5mm s-a oferit USP 2/0: L 90 cm: lungimea acului 48 mm
99	Poliglicolic acid rapid	FSS317 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici., însă nu corespunde s-a solicita 17.5mm s-a oferit 18 mm

99	Poliglicolic acid rapid	R026R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 17,5 s-a oferit 17 mm
99	Poliglicolic acid rapid	K31172-120	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm, nu s-a prezentat mostra
99	Poliglicolic acid rapid	REF R4234WHT	Assut Medical	Elvetia	CAVATEH M SRL	Codul produsului nu este indicat în cataloge, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
100	Poliglicolic acid rapid	R011R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 17,5 s-a oferit 17 mm
100	Poliglicolic acid rapid	F55317 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu corespunde s-a solicita 17.5mm s-a oferit 18 mm
100	Poliglicolic acid rapid	K31172-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm,
100	Poliglicolic acid rapid	14200117	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17.5mm s-a oferit L75, ac 17 mm
100	Poliglicolic acid rapid	REF R4234W	Assut Medical	Elvetia	CAVATEH M SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17.5mm s-a oferit L-70, 17 mm
100	Poliglicolic acid rapid	PGF309919 PGLA FAST UNDD 3-0 X 75- 16MM CU CT	Merril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17.5mm s-a oferit L-75, 16 mm 3/8 Circle
102	Poliglicolic acid rapid	FS3312 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu corespunde s-a solicita 26, 2 mm s-a oferit 26 mm
102	Poliglicolic acid rapid	R065R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 26,2 s-a oferit 26 mm

102	Poliglicolic acid rapid	K31262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm, nu s-a prezentat mostra
102	Poliglicolic acid rapid	14200126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
102	Poliglicolic acid rapid	REF R4254W	Assut Medical	Elveția	CAVATTEH M SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
102	Poliglicolic acid rapid	Bx803	Biosintex	România	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
103	Polipropilen	PPL2085200 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-20MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2 s-a oferit L-75 cm, 1 ac
103	Polipropilen	8E90DZ20DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
103	Polipropilen	PP20HR20-D [LUXYLENE PP]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
104	Polipropilen	8E90DZ26DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
104	Polipropilen	5300125-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
104	Polipropilen	Bx363	Biosintex	România	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 26 mm s-a oferit 26,2 mm
104	Polipropilen	ML3796 [MONOPROLEN	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
105	Polipropilen	8F90DZ26DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
105	Polipropilen	5200125-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
106	Polipropilen	8G90DZ17DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespunde Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate

107	Polipropilen	8H90DZ16DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
107	Polipropilen	P51162D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
107	Polipropilen	Bx342-1	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 16 mm s-a oferit 17,5 mm
108	Polipropilen	8I90DZ13DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 75 cm s-a prezentat 90. s-a solicitat doua ace in catalog nu s-a regasit informatia cu privire la numarul de ace
108	Polipropilen	P61132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
108	Polipropilen	Bx347	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 13mm s-a oferit 12,7 mm
108	Polipropilen	5070113-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostra
108	Polipropilen	PPL608714 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
108	Polipropilen	ML1566 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
109	Polydioxanone (PDS)	9F90DZ26	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
109	Polydioxanone (PDS)	PX3318 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog

110	Polydioxanone (PDS)	D41172-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	PDX409109 PDO V10 4-0 X 90-17MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	9G90DZ17	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	PX5914 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	REF MS4233N	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	13150117	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	Bx242	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
111	Polydioxanone (PDS)	13070113	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
112	Polydioxanone (PDS)	D71132-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
112	Polydioxanone (PDS)	PX5997 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
114	Nylon 4-0	MA6267 [MONAMID]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
115	Polipropilen (monofilament)	P073R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
115	Polipropilen (monofilament)	5300125	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră

116	Polipropilen (monofilament)	P057R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde mostra grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atasate
116	Polipropilen (monofilament)	5200120	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac rotund 22 mm s-a oferi ac 20 mm
116	Polipropilen (monofilament)	PPL308770 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%
116	Polipropilen (monofilament)	P31222-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
116	Polipropilen (monofilament)	ML3199 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
117	Polipropilen (monofilament)	5151519	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
117	Polipropilen (monofilament)	P215D	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	La evaluarea mostrei s-a stabilit că grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atasate
117	Polipropilen (monofilament)	ML2656 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
118	Polipropilen (monofilament)	5150120	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde lungimea firului: s-a solicitat 90cm s-a oferi 75 cm
119	Polipropilen (monofilament)	5100115	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
119	Polipropilen (monofilament)	P002R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	La evaluarea mostrei s-a stabilit că grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atasate
119	Polipropilen (monofilament)	P51132-45	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra

119	Poliipropilen (monofilament)	ML1881 [MONOPROLEN	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a indicat codul în catalogul ataşat
119	Poliipropilen (monofilament)	PPL508717 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 45-13MM CU RB DN	Meril Life A.Ş.	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1/2 ac rotund 13 mm s-a oferit 2 ace 3/8
120	Poliipropilen (monofilament)	5070115	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
121	Polyglactin 910	PGN209440 PGLA VIO 2-0 X 90- 36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: la evaluare mostrei s-a stabilit fragilitatea suturii sportivă și se rupe firul la efectuarea nodului
121	Polyglactin 910	L134R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde: fragilitatea suturii sportivă, se rupe firul la efectuarea nodului, acul se deformează în timpul suturării
121	Polyglactin 910	GL3921 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a indicat codul în catalog
121	Polyglactin 910	15300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat L – 90 cm s-a oferit L75 cm
122	Polyglactin 910	PGN300311 PGLA VIO 3-0 X 70- 22MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: la evaluare mostrei s-a stabilit fragilitatea suturii sportivă și se rupe firul la efectuarea nodului
122	Polyglactin 910	L062R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde: fragilitatea suturii sportivă, se rupe firul la efectuarea nodului, acul se deformează în timpul suturării
122	Polyglactin 910	GL3196 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
122	Polyglactin 910	Bx-PG 135	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

124	Mătasa oftalmologică 4,0	#3801	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, s-a oferit L13 mm, diametru 0,38 mm
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Fara cod	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Lipsa codului de referință în catalogul atasat face imposibila evaluarea tehnica a produsului.
125	Mătasa oftalmologică 5,0	OS51	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde - solicitat lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit frecare ac in parte), spatula, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterila : oferit lungimea 45 cm, 2 ace, spatula 10, diametru 0,35; curbura 3/8 135°. Nu s-a prezentat moștra
125	Mătasa oftalmologică 5,0	S001S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - toți parametrii-sa cerut- Matasa neagra impletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit frecare ac in parte), spatula, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterila::oferit Matasa neagra impletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit frecare ac in parte), spatula, lungimea 10,0; diametru 0,35 mm, curbura 3/8 135°, sterila
126	Mătasa oftalmologică 6,0	OS61	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde - diametrul acului -se ofera 0,24 mm,cerut 0,28mm. Nu s-a prezentat moștră
126	Mătasa oftalmologică 6,0	SLK6013061 SILK BLK 6-0 X 45-8MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 6,5 mm s-a oferit 8 mm. Nu s-a identificat diametru 0,20 mm
126	Mătasa oftalmologică 6,0	S007S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - diametrul acului -se ofera 0,25 mm,cerut 0,28mm
127	Mătasa oftalmologică 7,0	OS71	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat moștră
127	Mătasa oftalmologică 7,0	S048S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - lungime acului -se ofera 6,4mm cerut 6,5mm

128	Mășasa oftalmologică 8,0	SV80DSP065-D [SILK VIRGIN BLUE]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici.
129	Nylon 10,0	NY10DSP060-D [LUXAMID NYLON]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat diametru 0,14mm s-a prezentat 0,2
129	Nylon 10,0	pa001s	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde mostra - -nu coincide diametrul acului se ofera 0,15mm cerut 0,14mm
129	Nylon 10,0	REF 584560	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea 6,0mm s-a oferi 6,2 mm, diametrul acului s-a solicitat 0,20mm s-a oferi 1,5 mm
129	Nylon 10,0	NYL1007003DN POLYAMIDE BLK 10-0 X 30-6MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat diametru 0,14mm conform datasheet s-a prezentat +/- 2;
130	Nylon 9,0	PA032S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde lungimea acului oferit 6,4mm cerut 6mm
130	Nylon 9,0	NYL901717 POLYAMIDE BLK 9-0 X 30-6.5MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea s-a solicitat 6,0mm s-a prezentat 6,5 mm
130	Nylon 9,0	REF 586669	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea 6,0mm s-a oferit 6,4 mm
130	Nylon 9,0	#2003	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu corespunde lungimea acului Lungimea ceruta 6,0 - oferita 6,5 mm
130	Nylon 9,0	MA1118 [MONAMID]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
131	Poliester 5,0	E002S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - acul mai gros, diametrul acului oferit 0,35mm- cerut 0,33mm

131	Poliester 5,0	REF 332085	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde tehnic s-a solicitat diametru 0,33 mm s-a oferit 3,35 mm
132	Polipropilen 10/0	#1455	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu s-a identificat codul în catalogul prezentat
132	Polipropilen 10/0	ML1030 [MONOPROLEN	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
133	Polipropilen 10/0	OPP101	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
133	Polipropilen 10/0	#1470	Mani inc.	JAPAN	Lensess Grup SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac diametru 16 mm s-a oferit 0,14 mm
133	Polipropilen 10/0	PPL1001713DN POLYPROPYLENE BU 10-0 X 20-16MM ST CT DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea suturii 20 cm s-a oferit 23 cm
133	Polipropilen 10/0	ML1092 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
134	Polyglactin (PGA) 6,0	PGN602670DN PGLA VIO 6-0 X 45-8MM QC SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 6 mm s-a oferit 8 mm. Nu s-a identificat diametru 0,24 mm
134	Polyglactin (PGA) 6,0	A6108	Auro:ab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde tehnici s-a solicitat diametru 0,24 mm, s-a oferit 0,33 mm. S-a solicitat spatulă 6,5 mm s-a oferit 8,0 mm
134	Polyglactin (PGA) 6,0	GS1381 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a prezentat mostră
135	Polyglactin (PGA) 7,0	PGN709565DN PGLA VIO 7-0 X 45-7MM HC SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 5,5 mm , diametru 0,20 mm. curbura 3/8 s-a prezentat lungimea acului 7 mm, curbura 1/2. Nu s-a depistat diametru 0,20 mm

135	Polyglactin (PGA) 7,0	A7102	Auro:ab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde -Lungimea cerut 45 cm, - oferit 30 cm. Lungimea spatulei 5,5 - oferit 6,5. Diametru cerut 0.20 mm- oferit 0.23 mm
136	Polyglactin (PGA) 8,0	PGN80 9560DN PGLA VIO 8-0 X 30- 6.5MM CU SM DN	Merril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic: s-a solicitat diametru 20 mm s-a prezentat un teste de laborator în care este indicat diametrul de 0.24 +/- 0.02, respectiv, limita de sus poate fi 0,26 mm
136	Polyglactin (PGA) 8,0	A8104	Auro:ab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat spatulă 6,5 mm s-a oferit 6.00 mm
141	Polyglilcolic acid monofilament	G51172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s- a prezentat mostra
141	Polyglilcolic acid monofilament	13101516	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac 17mm, ½ s-a oferit ac 16 mm, 3/8 circle
142	Matase	SB3315 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac rotund 26,2mm s-a oferit 26 mm
142	Matase	5F75DZ26	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 26,2mm s-a prezentat 26 mm
142	Matase	SLK300832 SILK BLK 3-0 X 75- 26MM HC RB	Merril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 26,2 mm s-a prezentat 26 mm
142	Matase	8200126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
144	Matase	5F75CX25	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point)24,3mm s-a oferit 25mm
144	Matase	8201524	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 24 mm
144	Matase	SB3276 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă sa solicitat ac tăietor 24,3mm s- a oferit 25 mm

144	Matase	SLK300684 SILK BLK 3-0 X 75- 24MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 24,3mm s-a prezentat 24 mm
144	Matase	REF 650	Elvetia	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 24 mm
145	Matase	5F75CX30	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 29,7mm s-a prezentat 30 mm
145	Matase	8201530	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 29,7mm s-a oferit 30 mm
145	Matase	SLK300675 SILK BLK 3-0 X 75- 30MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7 s-a prezentat 30 mm
145	Matase	SB3399 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7 s-a prezentat 30 mm
145	Matase	REF 655	Elvetia	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7mm s-a oferit 30 mm
145	Matase	Bx562	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat USP 3/0 s-a oferit USP 4/0
146	Matase	5E75CZ30	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespund tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 39,2 mm s-a prezentat 40 mm
146	Matase	8301537	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 39,2mm s-a oferit 37 mm
146	Matase	SLK200648 SILK BLK 2-0 X 75- 39MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 39,2 mm s-a prezentat 39 mm
146	Matase	SB4007 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, inasa sa solicitat ac tăietor 39, 2 mm s- a oferit 40 mm

146	Marase	REF 65935	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnici, însă nu s-a regăsit cerința tehnică ac 3/8 tăietor, s-a solicitat 39.2mm s-a oferit 40 mm
146	Marase	Bx569	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	RX4008 [REOXCEL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Equitamp 5x7.5cm	Regatul Țărilor de Jos	Equimedica	SOGNO	In catalog S-au depusat mai multe coduri cu aceleasi dimensiuni ET62, ET77
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	RX2003 [REOXCEL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se anulează lotul nr. 150 *Lenta pentru tamnicheret*, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, au fost anulate următoarele loturi:

- Nr. 3 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr.4 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr. 5 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr. 6 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr. 7 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr. 8 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr. 9 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr.10 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr.11 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr.12 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr.13 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr.14 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*
 Nr.15 *Fire atranmatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen;*

- Nr.16 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.17 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.18 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.19 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.20 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.21 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.22 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.23 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.24 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.25 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.26 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr.27 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.28 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.29 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.30 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.31 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.32 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.33 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr.34 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen;
- Nr.35 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen;
- Nr.36 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.37 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.38 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.39 Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului;
- Nr.46 Sătură atraumatică absorbilă cu un ac monofilament conținut din glicolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;
- Nr.47 Sătură atraumatică absorbilă cu un ac monofilament conținut din glicolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;
- Nr.48 Sătură atraumatică absorbilă cu un ac monofilament conținut din glicolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;
- Nr.49 Sătură atraumatică absorbilă cu un ac monofilament conținut din glicolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;
- Nr.50 Sătură atraumatică absorbilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesături (PGLA);
- Nr.51 Sătură atraumatică absorbilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesături (PGLA);
- Nr.52 Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/ru cardiocirurgie;
- Nr.54 Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/ru cardiocirurgie;

- Nr.57 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezimenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr.58 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezimenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr.59 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezimenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr.60 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezimenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr.61 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezimenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr.62 Sătură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezimenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;
- Nr.63 "Sătură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lanii lung, polister linear cu inele aromactice recurente ca o componentă integrată) ac specific p/n cardiochirurgie;
- Nr.69 Capron / steril împletit;
- Nr.70 Suture nonabsorbabile din politetrafluoretilen (ePTFE), monofilament;
- Nr.71 Capron / steril împletit;
- Nr.73 Capron / steril împletit
- Nr.72 Capron / steril împletit;
- Nr.75 Matase;
- Nr.77 Poliglicolic acid;
- Nr.80 Poliglicolic acid;
- Nr.92 Poliglicolic acid rapid;
- Nr.96 Poliglicolic acid rapid;
- Nr.97 Poliglicolic acid rapid;
- Nr.99 Poliglicolic acid rapid;
- Nr.102 Poliglicolic acid rapid;
- Nr.108 Polipropilen;
- Nr.110 Polydioxanone (PDS);
- Nr.111 Polydioxanone (PDS);
- Nr.112 Polydioxanone (PDS);
- Nr.113 V-LCC Absorbabil;
- Nr.114 Nylon 4-0;
- Nr.116 Polipropilen (monofilament);
- Nr.119 Polipropilen (monofilament);
- Nr.124 Mătasa oftalmologică 4,0;
- Nr.130 Nylon 9,0;
- Nr.132 Polipropilen 10/0;
- Nr.133 Polipropilen 10/0;

Nr. 134 Polyglactin (PGA) 6,0;
Nr. 135 Polyglactin (PGA) 7,0;
Nr. 136 Polyglactin (PGA) 8,0;
Nr. 145 Matase;
Nr. 146 Matase;
Nr. 148 "Surgicel pentru hemostaza locală, absorbilă";
Nr. 151 Petic din PTFE (PTFE Fel);

Totodată, vă informăm că grupul de lucru al CAPCS va iniția o nouă procedură de licitație deschisă privind *Achiziționarea materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-urilor beneficiare pentru anul 2022*, dar ținând cont de termenii legali pentru inițierea și desfășurarea procedurii de licitație deschisă, în scopul asigurării tratamentului continuu al pacienților, grupul de lucru din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, urmează să decidă referitor la achiziționarea necesarului de materiale de sutură **doar pentru loturile anulate, pe un termen de două luni.**


În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare".

Astfel, contractele de achiziții urmează a fi semnate începând cu data de **05.04.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Vă mulțumim pentru participare,

Cu respect,

Președintele grupului de lucru



George GORCEAG