

Specificații tehnice									
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂȚATE									
Numărul licitației: ACHIZIȚIA PUBLICĂ CENTRALIZATĂ ÎN SĂNĂȚATE									
Numărul licitației: scbs-b2wdp1-MD-1749648390707 / 21431175 din 18.07.2025									
Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică definită solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	7	Analizator de urină semi-automat	Analizator de urină semi-automat	Analizator de urină URIT 500B compatibil cu reagent Strips URIT 14G 1 set=100 strips in bottle	China	URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. LTD	scăderea acceptabilă de participare/analizator semi-automat, de urină Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizei chimice ale urinei, care detectează prezența substanțelor substanțe și enzimelor concentrabile în lot-uri probe de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră Teste incluse: Bilirubin Singe (hematurie) Glucroză Corpuri cetone Leucocite Nitriți pH Proteine Creatinină specifică Urobilinogen Albumin Creatinină Analiză de urină, Optional Rezultate calculate automat-repoart albumin: creatinină, Optional Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Calibrare: automată, Optional Dispozitivul suportă temperaturi de operare: +15°C la +32°C +2-3 grade Umiditatea de operare în dispozitivul de 20-80 % Timp de încălzire, Optional Călibru de bare Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constă în suma: < 70 secunde Interfață LIS auto direcționat Memorie internă: > 1000 rezultate/indicator Monitor LCD sau LED Imprimantă Integrată Alimentare 220 V, 50 Hz Reagent: - Nu în include tot reagentii necesari cit și alte accesorii, plus necesare pentru efectuarea analizei și buna funcționare: 30 module (pentru toate testele) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru toate indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorii va asigura: Instalarea personalului Montarea preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul auxiliar livrate (ex. Calculator) Serviciile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul auxiliar livrate (ex. Calculator) Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul auxiliar livrate Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul auxiliar livrate Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi necesarii pentru toate perioade. Perioada de validabilitate pentru reactivii livrați La momentul livrării, Minus 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. De a include timpul de stabilizare a reactivilor după deschidere Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și pieselele pentru fiecare test considerat - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. - Efectuarea calității ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității) - Tutele piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă pe 4 ani - Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul DSE, servomotor pentru motor, timp și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada de 4 ani - DA	Analizator semi-automat de urină - URIT 500 B Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizei chimice ale urinei, care detectează prezența substanțelor substanțe și enzimelor concentrabile în lot-uri probe de urină. Productivitate în regim normal: 150 teste/oră - Thermapip - Brossen pag 2 Cant. incluse: Soluție DA Reagent livrat DA Clorură DA C- reagent DA Leucocite DA Nitrit DA pH - DA Protein DA Creatinină specifică DA Urobilinogen DA Albumin DA Creatinin DA Calibrare livrată, Optional DA Rezultate calculate automate - report albumin: creatinină, Optional - DA - Parameters - Brossen pag 2 Unități de măsură convenționale, SI DA Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS - DA - Interface - Brossen pag 2 Probleme de înlocuire control și probe DA - Easy to Use - Brossen pag 2 Calibrare, mentenan, Optional - DA - Reagent de calibrare inclus în preț unit - 14 Items Strip, Complete QC System - Brossen pag 2 Dispozitiv suportă temperaturi de operare: +15°C la +30°C - Work Condition - Brossen pag 2 Umiditatea de operare în dispozitivul de RH: 50 % - Work Condition - Brossen pag 2 Călibru de bare DA - Interface - Brossen pag 2 Interfață LIS auto direcționat - DA - Brossen pag 2 Timpul de măsurare a tuturor parametrilor creatinină: 60 secunde - Reaction Time - Brossen pag 2 Interfață LIS DA - Interface - Brossen pag 2 Memorie internă: >1000 rezultate/indicator - Memory Capacity - Brossen pag 2 Monitor LCD - Display - Brossen pag 2 Imprimantă Integrată - DA Alimentare 220 V, 50 Hz Reagent de bare - Inclus în preț reagentii necesari cit și alte accesorii, plus necesare pentru efectuarea analizei și buna funcționare: 30 module (pentru toate testele) - DA Note: Oferta de preț include reactivii necesari pentru toate indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse asigura efectuarea procedurilor de control al calității calibrare, ori de câte ori este necesar - In Future set (set=100 teste) este inclus 1 bucată de testare pentru efectuarea procedurilor de control al calității.Reagenti de calibrare inclusi direct in striplul de urina ASIGURAM Asiguram instalarea personalului Asiguram mentenanță preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul auxiliar livrate Serviciile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul auxiliar livrate Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul auxiliar livrate Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică - DA Preț pentru reactivi necesarii pentru toate perioade - DA Perioada de validabilitate pentru reactivii livrați La momentul livrării - Minus 6 luni dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Timpul de stabilizare a reactivilor după deschidere: - 3 LINS - Instrucțiune de utilizare Enquiry Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și pieselele pentru fiecare test considerat - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului - DA Efectuarea calității ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității) Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă pe 4 ani -DA Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul DSE, servomotor pentru roșcio, timp și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada de 4 ani - DA	CE , ISO, Declarație Conformitate Nr.inregistrării la AMDM : Analizator : DM00031498 ; Teste : DM00031499

Numele, Prenumele:Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: _ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun.Chisinau, str.V.Dokuceaev,6