

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Serviciul medical al MAI

Numărul achiziției comerciale: 21020868, ōcds-b3wdp1-MD-1583474982241							Data: 24.03.2020	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020							Lot:	pag. 1 din 6
N ^o d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Reactivi pentru analizatorul biochimic automat FLEXOR XL

36	33600000-6	ASAT (GOT). (Flacoane cu volumul de la 100 până la 125 ml)	AST-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Ambalaj - 100-125ml. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 2,0. Coeficientul de variație extraserial: < 1,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	ASAT (GOT) , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
37	33600000-6	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 100 până la 125 ml)	ALT-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 1.5. Coeficientul de variație extraserial: < 1.0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	ALAT (GPT) , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
38	33600000-6	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul de la 100 până la 125 ml)	Albu-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l. Coeficientul de variație intraserial: < 0,15. Coeficientul de variație extraserial: < 0,15. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l.	Albumina (Albumin) , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
39	33600000-6	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul de la 50 până la 125 ml)	ALP-DEA-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 3.0. Coeficientul de variație extraserial: < 3.0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l.	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) , fl. cu vol. de la 50 până la 125ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
40	33600000-6	Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml)	Amylo D-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 5.0. Coeficientul de variație extraserial: < 8.0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l.	Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) , fl. cu vol. de la 50 până la 125ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
41	33600000-6	Bilirubina totală + direct (Total Bilirubin + direct) (Flacoane cu volumul de la 100 până la 125 ml)	Bili DT-DAC-Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Metoda de determinare: Fotometrică DCA. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 5.0. Coeficientul de variație extraserial: < 5.0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	Bilirubina totală + direct (Total Bilirubin + direct) , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
42	33600000-6	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul de la 100 până la 125 ml)	Calcium Ars-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 0.3. Coeficientul de variație extraserial: < 0.3. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l.	Calciu (Calcium) , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
43	33600000-6	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 100 până la 200 ml)	Chol-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE, Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. noreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: < 2.0. Coeficientul de variație extraserial: < 2.5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	Cholesterol total (Cholesterol) , fl. cu vol. de la 100 până la 250ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.

44	33600000-6	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml)	Crea Kinetic-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator.Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina.Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mmol/l.Coefficientul de variație intraserial: < 0.05. Coefficientul de variație extraserial: < 0.05.Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	Creatinina (Creatinine) , fl. cu vol. de la 100 pînă la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
45	33600000-6	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml)	GGT-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată.Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L.Coefficientul de variație intraserial: < 1,5.Coefficientul de variație extraserial: < 1,0.Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	Gamma-GT (Gamma-GT) , fl. cu vol. de la 100 pînă la 125ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
46	33600000-6	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 250 ml)	Gluko-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator.Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l.Coefficientul de variație intraserial: < 7.0.Coefficientul de variație extraserial: < 3.0.Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	Glucosa (Glucose) , fl. cu vol. de la 100 pînă la 250ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
47	33600000-6	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml)	Iron Ferr-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică cu feren.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. ireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mcml/ l. Coefficientul de variație intraserial: < 3.0.Coefficientul de variație extraserial: < 4.0.Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.	Fier (Iron) , fl. cu vol. de la 100 pînă la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
48	33600000-6	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 62.5 ml)	LDH - DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L.Coefficientul de variație intraserial: < 10,0.Coefficientul de variație extraserial: < 8,0.Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	LDH (LDH) , fl. cu vol. de la 50 pînă la 62,5ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
49	33600000-6	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml)	Lipase-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată.Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 U/L. Coefficientul de variație intraserial: < 1,5.Coefficientul de variație extraserial: < 1,0.Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.	Lipaza (Lipase) , fl. cu vol. de la 5 pînă la 15ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
50	33600000-6	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml)	Prote-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator.Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată.Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l.Coefficientul de variație intraserial: < 0.1.Coefficientul de variație extraserial: < 0.15.Interferențe: Acid scorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.	Proteina Totală (Total Protein) , fl. cu vol. de la 100 pînă la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
51	33600000-6	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50 ml)	TG-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică GPO.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l.Coefficientul de variație intraserial: < 3.5.Coefficientul de variație extraserial: < 3.0. Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.	Trigliceride (Triglycerides) , fl. cu vol. de la 10 pînă la 50ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
52	33600000-6	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125 ml)	Ure UV - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.3 mmol/l.Coefficientul de variație intraserial: < 2.0. Coefficientul de variație extraserial: < 3.5.Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	Uree (Urea) , fl. cu vol. de la 50 pînă la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
53	33600000-6	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 100 ml)	Uric Acid-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina. Limita minimă de detecție pentru set: < 4.2 mcml/ l.Coefficientul de variație intraserial: < 0.1.Coefficientul de variație extraserial: < 0.15. Interferențe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	Acidul Uric (Uric Acid) , fl. cu vol. de la 50 pînă la 100ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
54	33600000-6	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 80 ml)	Chol LDL-Direct. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l. Coefficientul de variație intraserial: < 1.5. Coefficientul de variație extraserial: < 1.0.Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l	LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) , fl. cu vol. de la 10 pînă la 80ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.

55	33600000-6	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 5 până la 10 ml)	Chol HDL-Direct. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Marcaj:CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată.Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l.Coefficientul de variație intraserial: < 1.5.Coefficientul de variație extraserial: < 2.0.Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l.	HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) , fl. cu vol. de la 10 până la 80ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
56	33600000-6	CK-MB (Creatinkinaza MB) (Flacoane cu volumul de la 10 până la 125 ml)	CK-MB-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj:CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L. Coeficientul de variație intraserial: < 2,0. Coeficientul de variație extraserial: < 2,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	CK-MB (Creatinkinaza MB) , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
57	33600000-6	Fosfor (Flacoane cu volumul de la 10 până la 125 ml)	Phosph-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj:CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată.	Fosfor , fl. cu vol. de la 10 până la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
58	33600000-6	Clor (Flacoane cu volumul de la 10 până la 125 ml)	Chlor - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată.	Clor , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
59	33600000-6	Magneziu (Flacoane cu volumul de la 10 până la 125 ml)	Magne-DAC Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată.	Magneziu , fl. cu vol. de la 100 până la 125ml cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
60	33600000-6	Ser normal de control cu parametri cunoscuti (Flacoane cu volumul de la 1 până la 5 ml)	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Ambalaj: flacoane 1 - 5 ml	Ser normal de control cu parametri cunoscuți în baza serului uman , fl. cu vol. de la 1 până la 5ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
61	33600000-6	Ser patologic de control cu parametri cunoscuti (Flacoane cu volumul de la 1 până la 5 ml)	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE. Ambalaj: flacoane 1-5ml	Ser patologic de control cu parametri cunoscuți în baza serului uman , fl. cu vol. de la 1 până la 5ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
62	33600000-6	Multicalibrator universal (Flacoane cu volumul de la 1 până la 3 ml)	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE. Ambalaj: flacoane 1-3ml	Multicalibrator universal în baza serului uman , fl. cu vol. de la 1 până la 3ml în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
63	33600000-6	Hemoglobin Drabkin (Flacoane cu volumul de la 10 până la 50 ml)	Hb Chr - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Ambalaj: flacoane 10-50ml	Hemoglobin fără ferocianid , fl. cu vol. de la 10 până la 50ml de reagent concentrat. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.
66	33600000-6	Hemoglobina glicolizata HbA1c (Flacoane cu volumul de 40 ml)	HbA1C-Turbi-DAC + HbA1C Control (2 levels) + HbA1C Calibrator (4 levels)	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Ambalaj: flacoane 40 ml	Hemoglobina glicolizata HbA1c , fl. cu vol. până la 40ml cu control 2nivele și calibratoru cu 4nivele incluse în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, compatibil cu analizatorul biochimic Flexor XL.	ISO, CE.

Reactivi pentru analizatorul Hematologic PCE-210

118	33600000-6	Soluție de diluare fl =20 l	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210	Soluție pentru diluare. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210. Ambalaj pentru aparat 20L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
119	33600000-6	Soluție de spălare, 1 fl =5l	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210	Soluție pentru spălare. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210. Ambalaj 5L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
120	33600000-6	Soluție de lizare,CvMet ERMA 1 fl =0,5l	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210	Soluție pentru lizare. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210. Ambalaj 0,5L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
121	33600000-6	Soluție concentrată de hipohlorid fl. 0,5	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210	Soluție concentrată de hipohlorid. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210. Ambalaj 0,5L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
122	33600000-6	Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88. Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210	Set de control hematologic, 3 nivele: (Low, Normal, High) cu 18 parametri, set 3fl x 2ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Reagenți pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4

124	33600000-6	Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Fl. cu vol. 1ml).	Control Plasma L1	Moldova	Dac-SpectroMed	Conform cerințelor generale pentru lot. Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis)	Plasma de control normală pentru hemostază cu 4 parametri cunoscuți de hemostază: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (1fl x 1ml). Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
125	33600000-6	Test APTT (timp parțial activat de tromboplastină).	APTT-DAC-EA	Moldova	Dac-SpectroMed	Conform cerințelor generale pentru lot. Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1 set =reagent APTT liofilizat, set (7 fl * 4ml - reagent APTT; 3 fl * 10ml calciu clorid 0,025M	Test APTT (timp parțial activat de tromboplastină). Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4. Reagent APTT liofilizat, set (26ml - reagent APTT; 26ml calciu clorid 0,025M). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
126	33600000-6	Coagulotest (set de reagenți p/u determinarea APTT, TTP, TAR)	Hemostaz-DAC-I	Moldova	Dac-SpectroMed	Conform cerințelor generale pentru lot. Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) set= 2flx1ml+2flx5ml	Coagulotest - set de reagenți p/u determinarea APTT, TTP, TAR, (Hemostaz-DAC-I). Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4. Amb 350teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
127	33600000-6	Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei)	Thrombin-DAC-mono	Moldova	Dac-SpectroMed	Conform cerințelor generale pentru lot. Marcaj: Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) set= (2 fl *1ml -trombin uman liofilizat; stabilizatoretilenglicol 1 ml*1 fl)	Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei). Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4. Set 4fl x 3ml cu stabilizator necesar pentru reacție. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
128	33600000-6	Fibrinogen	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Conform cerințelor generale pentru lot. Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1 set = +test (8fl.x2ml+plasma 1fl.x1ml)	Fibrinogen. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4, set = 720teste (6fl x 3ml + plasma 1fl x 1ml). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

130	33600000-6	Tomboplastin (amestec tromboplastin și calciu), liofilizat	Prothrombin-DAC-ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	Conform cerințelor generale pentru lot. Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) fl.4ml ISI =1,63,	Reagent protrombin - Tomboplastin (amestec tromboplastin și calciu), liofilizat. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4. Amb fl. 4ml ISI =1,1-1.3. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
131	33600000-6	D-Dimer latex test (set de reagenți/u determinarea calitativă a D-Dimer în sânge integru).	D-Dimer-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Conform cerințelor generale pentru lot. Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1fl+control pozitiv si negative,	D-Dimer latex test (set de reagenți p/u determinarea calitativă a D-Dimer în sânge integru). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Reactivi pentru investigații serologice

137	33600000-6	Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul syphilisului (MRS)	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Pentru investigații serologice.	Set de reagenți pentru depistarea sifilisului prin metoda aglutinării cu antigen cardiolipinic (pentru MRS), set 2000 teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
141	33600000-6	Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni,	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Pentru investigații serologice.	Proteina C reactivă (CRP), 1fl x 5ml. Pentru investigații serologice. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
142	33600000-6	Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni,	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Pentru investigații serologice.	Factorul reumatoid , 1fl x 5ml. Pentru investigații serologice. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
143	33600000-6	Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai puțin de 18 luni,	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE.Pentru investigații serologice	Antistreptolizina O , 1fl x 5ml. Pentru investigații serologice. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Consumabile

167	33600000-6	Eprubeta cu K3 EDTA, vol.2,5 ml pentru colectarea dozată a singelui și capac	test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap	Italia	FL	Eprubeta cu K3 EDTA, vol.2,5 ml pentru colectarea dozată a singelui și capac.p/u analizatorul hematologic PCE-210 ERMA Japonia,cu etichetă.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.	Eprubeta cu K3 EDTA, vol. 2,5ml pentru colectarea dozată a sângelui și capac. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
173	33600000-6	Eprubete cu citrat de natriu, vol.3ml	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.	Eprubete Citrat Na 3,8% vol. sânge 2.5-3ml, cu capac și cu etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
178	33600000-6	Glucotest,meditest Combi 2, pentru urină, protein și glucoza 1set= 100teste	DAC-2GP	Moldova	Dac-SpectroMed	În set a câte 100 de teste. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Glucotest (meditest Combi 2). Teste pentru determinarea în urină a doi parametri: proteina și glucoza. 1set= 100teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
185	33600000-6	Lamele de sticlă 24x24, set 100 bucăți	cover slide 24x24, 100pcs/box	China	RMD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Lamele din sticlă, dim. 24 x 24mm, set 100buc. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
195	33600000-6	Pipete plastic de o singură folosință	Sterile serological pipettes - graduated, sterile, Pyrogen-free/1 ml, cottoned, grad. 1/100 - individually wrapped	Italia	Aptaca	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Pipete sterile din plastic, de o singură folosință, vol. 1ml, ambalate individual. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
197	33600000-6	Teste pentru determinarea a 2 parametri in urina (glucoza, chetoni)	DAC-2GK	Moldova	Dac-SpectroMed	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza + corpi cetonici), set 100teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

198	33600000-6	Troponin I, expres metoda	Tn I-WB-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Expres-test (cartuș) la <i>Troponin I, metoda exores.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
201	33600000-6	Virf albastru 200-1000 mkl	Gilson Tip 1000ul, 500pcs/bag, 30bags/carton	China	RMD	Virfuri 200-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.	Vârf albastru 200-1000mkl. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
202	33600000-6	Virf galben 0-200 mkl	Gilson Tip 200ul, 1000pcs/bag, 50bags/carton	China	RMD	Virfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.	Vârf galben 200-1000mkl. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virsi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 24.03.2020
Valabilitatea ofertei - 60 zile.