

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Diese Konformitätserklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Name des Herstellers: Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH

Anschrift des Herstellers: Frauenauracher Straße 96
D-91056 Erlangen, Deutschland
Tel.: +49 9131 998-0
Fax: +49 9131 998 475
Mail: info.mmp.erlangen@thermofisher.com

Gegenstand der Erklärung ist das Produkt:

Produktname: Elektronisches Personendosimeter
TruDose

Modellnummer: 43000/ ...
43010/ ...

Hiermit erklären wir, dass das oben bezeichnete Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien entspricht.

2014/30/EU	EMV-Richtlinie vom 26. Februar 2014
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie vom 8. Juni 2011
2014/53/EU	Funkgeräterichtlinie vom 16. April 2014

Die folgenden einschlägigen harmonisierten Normen und Vorschriften, wurden für die Konformitätsbewertungen zugrunde gelegt:

DIN EN 61000-6-3: 2011	Grundnorm Störaussendung, Wohnbereich
EN 55011: 2016	Klasse B, Gruppe I
DIN EN 61000-6-2: 2016	Grundnorm, Störfestigkeit Industriebereich
EN 61000-4-2: 2009	Störungen durch elektrostatische Entladungen
EN 61000-4-3: 2011	Störungen durch elektromagnetische Felder
EN 61000-4-8: 2010	Störungen durch Magnetfelder
EN 50581: 2013-02	Technische Dokumentation(RoHS)

Erlangen, den 27.07.2018

Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH


Susanne Deissinger
Geschäftsführung