



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel. 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-3836 din "05" 11 2021

Medexcom-Teh SRL

achizitii@medexcom.md

Health Medical Solutions SRL

srl.hms.moldova@gmail.com

Vivamed International SRL

info@vivamed-int.com

IMSP AMT Botanica

amtbotanica@ms.md

Copie: Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor

contestatii@anse.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID LP ocds-b3wdp1-MD-1619684758545 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 4), Vă comunică că grupul de lucru a reevaluat ofertele depuse pentru lotul nr. 2 "sistem radiologic digital" în urma deciziei nr. 03D-737-21 din 22.10.2021 emisă de către Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor pe marginea contestației depuse de către operatorul economic Medexcom-Teh SRL pentru lotul în cauză. Astfel, în baza deciziei din 05.11.2021 CAPCS anulează lotul sus menționat în conformitate cu prevederile art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia în procesul de reevaluare a ofertelor în vederea stabilirii corespunderii cerințelor bunurilor ofertate cu cerințele solicitate, constată omisiuni, în speță, caracterul neconstant/neliniar al parametrului *rata maximă de disepare termică pe anodă* solicitat conform cerințelor tehnice min 150 kHU/min (± 30 kHU/min).

Reieșind din cele menționate, CAPCS va iniția o procedură de achiziție repetată în urmă revizuirii specificațiilor tehnice din caietul de sarcini pentru dispozitivul în cauză de către instituția beneficiar.

Director adjunct

Ala GOJAN

Executor: I.Perciun
Tel: 022 222-364