

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: 21017828		Data: 31/01/2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației : Dezinfectanti pentru anul 2020		Lot: 1; 3; 4; 5; 11;	Pagina 1 din 1

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Producăto-rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24455000-8	3	Lot 3. Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (ambalaj ≤ 5 litru)	Chemgene HLD4H disinfecant concentrate (XTM308)	Anglia	MEDI MARK	<p>***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: -virucidă SR 14476 -bactericidă, SR EN 13727 +A2, SR EN 16615; -fungicidă, SR EN 13624, SR EN 13697. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura electronică a participantului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura electronică a participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă : sare cuaternară. - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompă dozator. - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min</p>	<p>***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: -virucidă SR 14476 -bactericidă, SR EN 13727 +A2, SR EN 16615; -fungicidă, SR EN 13624, SR EN 13697. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura electronică a participantului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura electronică a participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă : sare cuaternară. - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompă dozator. - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min</p>	Litru ***Litri soluție de lucru***	600000	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articole-lului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
24455000-8	4	Lot 4. Sterilizarea/dezinfecarea de grad înalt a instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 5 kg)	neodisher® Septo Active	Germania	Dr.Weigert	<p>***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare/dezinfecare de grad înalt) -virucidă SR EN 14476 -bactericidă SR EN 13727, SR EN 14561, -micobactericid SR EN 14348, SR 14563 -fungicidă, SR EN 13624, SR EN 14562 -sporocidă - SR 13704, SR EN 14347 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura electronică a participantului. Cerințe tehnice: - substanțe active - acid peracetic - produs solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 kg inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min Pentru verificare concentrației dezinfectantului în soluția de lucru se vor prezenta benzile de control (150 bucati). Benzile vor intra în prețul soluției dezinfectante.</p>	<p>***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare/dezinfecare de grad înalt) -virucidă SR EN 14476 -bactericidă SR EN 13727, SR EN 14561, -micobactericid SR EN 14348, SR 14563 -fungicidă, SR EN 13624, SR EN 14562 -sporocidă - SR 13704, SR EN 14347 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura electronică a participantului. Cerințe tehnice: - substanțe active - acid peracetic - produs solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 L inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min Pentru verificare concentrației dezinfectantului în soluția de lucru se vor prezenta benzile de control (150 bucati). Benzile vor intra în prețul soluției dezinfectante.</p>	Litru ***Litri soluție de lucru***	25000	ISO, CE	Conform cerintelor
24455000-8	11	Lot 11. Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	neodisher Z	Germania	Dr.Weigert	<p>Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LDS21XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p>	<p>Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LDS21XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p>	Litru	120	ISO, CE	Conform cerintelor
24455000-8	12	Lot 12. Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	neodisher® MediClean forte	Germania	Dr.Weigert	<p>Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LDS21XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p>	<p>Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LDS21XLS și INOVA M4, aflate în dotare.</p>	Litru	120	ISO, CE	Conform cerintelor

Semnătura: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA în calitate de: Manager Produs și Vânzări

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova