

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	- ocds-b3wdp1-MD-1575467065170
Denumirea procedurii de achiziție:	Echipament medical (consumabile, aparate, teste, dezinfectanți)

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
	4	Glucometru, teste si lancete						
	4.1	GLUCOMETRE	VIVA CHECK INO	USA	VIVA CHECK	Codificare automată. Iluminare ecran Necesită o picătură de sange de doar 0,75 ml pentru testare. Masurare rapidă in doar 8 secunde. Capacitate memorie : 150 măsurari cu dată si oră Ecran LCD: 47 mm x 33,5 mm: se autotestează la fiecare pornire Deconectare automata dupa 2 minute de inactivitate. Precizie demonstrată. Utilizare simplă.	Conform Anexei	CE ,ISO
	4.2	TESTE	VIVA CHECK INO TESTE N50	USA	VIVA CHECK	Teste pentru glucometru .Ambalaj: o cutie a cite - 50 buc.	Conform Anexei	CE ,ISO
	4.3	LANCETE	VIVA CHECK INO LANCETE N50	USA	VIVA CHECK	Lancete pentru glucometru .Ambalaj: o cutie a cite - 50 buc.	Conform Anexei	CE ,ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vladimir BOLOCAN În calitate de: Key Manager

Ofertantul: "Pharmony" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Grenoble, 149A