

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21095430 din 06.20.2023

Obiectul achiziției: saltele antiescare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Saltele antiescare	QDC-303, CU COMPRESOR	China	GUANGDONG YUEHUA MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., LTD.	Saltele antiescare cu pompa: <ul style="list-style-type: none">• Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm• inaltimea celulelor: 7-10 cm• Material: PVC• grosimea: minim 0.32 mm• numar de celule: minim 130• greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: <ul style="list-style-type: none">• Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz• presiunea de lucru: 40-100 mmHg• Timpul unui ciclu: maxim 7 min• cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului	Saltele antiescare cu pompa: <ul style="list-style-type: none">• Dimensiune: 200 x 90 x 7 cm• inaltimea celulelor: 7 cm• Material: PVC - DA• grosimea - 0.32 mm• numar de celule - 130• greutatea maxima suportată - 135 kg Pompa: <ul style="list-style-type: none">• Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz - DA• presiunea de lucru: 40-100 mmHg - DA• Timpul unui ciclu - 6 min• cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului - DA	ISO, declaratie de conformitate Nr. inregistrare AMDM: DM000624586

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cosnicean Mihai În calitate de: Manager Achizitii

Ofertantul: Polisoano Prim SRL

Adresa: str. N. Testemiteanu 3/18