

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1564058653943	Data: 28.08.2019	Alternativă nr.:
Denumirea licitației: Analizator hematologic automat 5 diff, cu sistem de tip închis, imprimanta alb-negru		Pagina: din

Co d C P	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Pro du c t o r u l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3 3 1 0 0 0 0 0 - 1	1	Analizator hematologic, automat (5 diff), sistem de tip închis	Norma ICON 5 + Norma Board	Ungaria	Norma	Descriere: Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componentei sanguine Tip sistem - închis Metode de măsurare - impendansmetrică; fotometrică; citometria fluorescentă în flux (5 diff) Procedura de curățire- automată Parametri determinați și calculați: WBC; RBC; Hgb; Hct; MCV; MCH; MCHC; PLT; LYM%; MON%; NEU%; BAS%; EOS%; LYM%; MON%; NEU%; BAS%; EOS%; IG%; RDW; PDW; MicroR; MacroR; MPV; P-LCR; PCT; NRBC%; NRBC%; RET%; RET%; IRF; LFR; MFRHFR; RET-He; RBC-He; Delta-He; HYPO-He; HYPER-He Măsurarea lichidului biologic-da Capacitate (probe/oră) ≥ 100 Volumul probei < 90 μl Încărcător automat a eprubetelor cu probe ≥ 50 de eprubete simultan Regim de STAT-da Diluarea-automată Afișaj-grafic Ecran ≥ 22", Touch screen Calculator-Extern Imprimantă-alb-negru Introducerea datelor - manual Interfața PC - da Afișarea histogramelor- da Stocarea datelor-da Calibrarea-automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum); PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff histograme rezultate grafice	Descriere: Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componentei sanguine Tip sistem - închis Metode de măsurare - impendansmetrică; fotometrică; Citometria de flux pe baza de laser, cu o metoda de detectare a luminii împrăștiată înainte Procedura de curățire- automată Parametri determinați și calculați: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS% BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C Capacitate (probe/oră) - 60 Volumul probei- 38 μl Încărcător automat a eprubetelor cu probe ≥ 50 de eprubete simultan Regim de STAT-da Diluarea-automată Afișaj-grafic Ecran - 10.1", Touch screen Imprimantă-alb-negru Introducerea datelor - manual Interfața PC - da Afișarea histogramelor- da Stocarea datelor-da Calibrarea-automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum); PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff histograme rezultate grafice	CE :ISO

Semnăt: _____ Numele, prenumele: I.Șelar
Ofertantul : IM „Becor” SRL

În calitate de: manager în comerț
Adresa: str.Calea Orheiului 111/5

