

Specificații tehnice (F4.1)

Licitația deschisa nr. 21014779						Data: „26” Decembrie 2019	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: "achiziționarea reagenților, accesorii, consumabile și piese de schimb pentru laboratoarele diagnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani"						Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat URIXXON 500. (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014). La câștigul lotului 6 vom dona un analizator de urină Mission U500						
6.1	33696500-0	Teste stick 10 p/u URYXXON 500 set 100 teste	Mission 10U	SUA	ACON	set 100 teste, compatibil cu analizator URIXXON 500	La câștigul lotului 6 vom dona un analizator de urină Mission U500, set 100 teste	Certificat CE; ISO
6.2	33696500-0	Material de control cu 2 nivele set 2 fl. x 15 ml p/u Urixxon 500	U021-011	SUA	ACON	et 2 fl. x 15 ml, compatibil cu testele de la același producător	La câștigul lotului 6 vom dona un analizator de urină Mission U500, 2 fl x 10 ml, compatibil cu testele de la același producător	Certificat CE; ISO
7		Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014) La câștigul lotului 7 vom dona un analizator de urină Mission U120 Smart						
7.1	33696500-0	Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100 set 100 teste	Mission 11A	SUA	ACON	set 100 teste, compatibil cu analizatorul DIURUI H-100	La câștigul lotului 7 vom dona un analizator de urină Mission U120 Smart, set 100 teste	Certificat CE; ISO
7.2	33696500-0	Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100 set 2 x 8 ml	U021-011	SUA	ACON	set 2 x 8 ml, compatibil cu testele de la același producător	La câștigul lotului 7 vom dona un analizator de urină Mission U120 Smart, 2 fl x 10 ml, compatibil cu testele de la același producător	Certificat CE; ISO
7.3	33696500-0	Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100	Termohîrtie	SUA	ACON	compatibil cu termo-imprimanta analizatorului DIURUI H-100	La câștigul lotului 7 vom dona un analizator de urină Mission U120 Smart, compatibil cu termo- imprimanta analizatorului U120 Smart	Certificat CE; ISO
21		Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor glandei tiroide.						
21.1	33696500-0	t-T 3 set 96 teste	K211	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 7.5 ng/ml. Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător.	Set 96 teste, cu 5 calibratori si control, din ser uman și concentrația 0; 0.75; 1.5; 7.5; 15 нмоль/л. Compatibil cu materialul de control cu 2 nivele, de la același producător.	Certificat CE; ISO
21.2	33696500-0	t-T 4 set 96 teste	K212	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 25 µg/dl.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător.	Set 96 teste, cu 5 calibratori si control, din ser uman și concentrația 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л.Compatibil cu materialul de control cu 2 nivele, de la același producător.	Certificat CE; ISO
21.3	33696500-0	TSH set 96 teste	K201	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, cu 7 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 40 µIU/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător.	Set 96 teste, cu 6 calibratori și control, din ser uman și concentrația 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМЕ/л. Compatibil cu materialul de control cu 2 nivele, de la același producător.	Certificat CE; ISO
21.4	33696500-0	Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml	KQ21	Federația Rusă	HEMA	Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml t-T3,t-T4, TSH. Compatibil cu reagenții, de la același producător.	Ser uman liofilizat, set 4 fl. x 2 ml . Compatibil cu reagenții, de la același producător.	Certificat CE; ISO
22		Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpi glandei tiroide.						
22.1	33696500-0	Anti - TPO set 96 teste	K131	Federația Rusă	HEMA	set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 1000 IU/m, să conțină și control	set 96 teste + 5 calibratori cu conc. 0; 30; 100; 300; 1000 МЕ/мл, și control	Certificat CE; ISO
22.2	33696500-0	Anti - TG set 96 teste	K132	Federația Rusă	HEMA	set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, să conțină și control	set 96 teste + 5 calibratori cu conc. 0; 100; 300; 1000; 3000 МЕ/мл, și control	Certificat CE; ISO
23		Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea markerilor canceroși.						
23.1	33696500-0	AFP set 96 teste	K225	Federația Rusă	HEMA	set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman, cu concentrația pînă la 500 U/ml sau ng/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător.	set 96 teste, cu 6 calibratori și control, din ser uman, cu concentrația 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ/мл.Compatibil cu materialul de control cu 2 nivele, de la același producător.	Certificat CE; ISO
23.2	33696500-0	t-PSA set 96 teste	K221	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 100 ng/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător.	Set 96 teste, cu 5 calibratori si control din ser uman cu concentrația 0; 1.5; 5; 10; 30 нг/мл,.Compatibil cu materialul de control cu 2 nivele, de la același producător.	Certificat CE; ISO

23.3	33696500-0	Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml	KQ21	Federația Rusă	HEMA	Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml pentru AFP și t-PSA. Compatibil cu reagenții, de la același producător.	Ser uman liofilizat, set 4 fl. x 2 ml . Compatibil cu reagenții, de la același producător.	Certificat CE; ISO
24		Specificații standard pentru investigații imunologice, conform anexei 2 a ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea imunoglobulinelor.						
24.1	33696500-0	IgE total set 96 teste	K200	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația până la 400 UI/ml.	Set 96 teste, cu 5 calibratori și control din ser uman cu concentrația 0; 50; 200; 500; 1000 ME/мл.	Certificat CE; ISO
25		Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor.						
25.1	33696500-0	Prolactina set 96 teste	K206	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 100 ng/ml.Compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Set 96 teste, cu 5 calibratori și control din ser uman cu concentrația 0;100; 200; 1000; 2000 мМЕ/л.Compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Certificat CE; ISO
25.2	33696500-0	t-Testosteron set 96 teste	K209	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 12 ng/ml.Compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Set 96 teste, cu 6 calibratori și 2 control din ser uman cu concentrația 0; 1; 3; 10; 30; 100 нмоль/л.Compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Certificat CE; ISO
25.3	33696500-0	Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml	KQ21	Federația Rusă	HEMA	Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml Proloactina, t-Testosteron. Compatibil cu reagenții, de la același producător.	Ser uman liofilizat, set 4 fl. x 2 ml . Compatibil cu reagenții, de la același producător.	Certificat CE; ISO
26		Specificații standard pentru investigații imunologice, conform anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .						
26.1	33696500-0	ASLO - LATEX	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință	fl. 4 ml, si control N+P, planșe și baghete de unică folosință	Certificat CE; ISO
26.2	33696500-0	CPR - LATEX	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință	fl. 4 ml, si control N+P, planșe și baghete de unică folosință	Certificat CE; ISO
26.3	33696500-0	RF - LATEX	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință	fl. 4 ml, si control N+P, planșe și baghete de unică folosință	Certificat CE; ISO
27		Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .						
27.1	33696500-0	SLE - LATEX fl. 2 ml	8.00.11.0.0050	Marea Britanie	Atlas Medical	fl. 2 ml, să conțină control N+P	fl. 2 ml, si control N+P	Certificat CE; ISO
28		Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .						
28.1	33696500-0	Test expres p/u determinare Ag HBs (casete)	71004	SUA	Lumiquick	ambalate individual, termen de valabilitate indicat	ambalate individual, termen de valabilitate indicat	Certificat ISO
28.2	33696500-0	Test expres p/u determinare Anti HCV (casete)	71030	SUA	Lumiquick	ambalate individual, termen de valabilitate indicat	ambalate individual, termen de valabilitate indicat	Certificat ISO
31		Specificații standard pentru investigații imunoinzimactice la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)						
31.1	33696500-0	Anti - Micoplasma hominis IgG set 96 teste	K106	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
31.2	33696500-0	Anti - Ureoplasma urealiticum IgG set 96 teste	K126	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv.Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
31.3	33696500-0	Anti - Giardia Lamblia sumar IgA, M, G set 96 teste	K171	Federația Rusă	HEMA	Set 96 teste, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv .Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Set 96 teste, controlul negativ / pozitiv.Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
		Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice. Veselă și articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)						
67	33696500-0	Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar	212015	Italia	Syntesys	slaid p/u 10 microscopieri ambalaj până la 100 buc.	slaid p/u 10 microscopieri ambalaj până la 100 buc.	Certificat CE; ISO
74	33696500-0	Hirtie indicatoare a pH	LA335	India	Himedia	set. 100 buc	set. 200 buc	Certificat CE; ISO
77	33696500-0	Containere pentru reziduri de m/plastic cu pictogramă de culoare galbenă	DISPO1.5LT	Italia	Syntesys	vol. 1,5 lit. din masă plastică	vol. 1,5 lit. din masă plastică	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9