

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1661261711213 / 21062151 din: 23.08.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Containere (lăzi) frigorifice, pentru asigurarea condițiilor necesare pentru transportarea produselor sanguine, în cadrul realizării Proiectului „Răspuns umanitar la refugiații din Ucraina în Moldova”

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Container (ladă) frigorifică Volum: 50±8 Lit	IKV-PC56	China	SQBQ Biotechnology	Destinația: pentru transportare de produse sanguine. Cerințe tehnice: 1)Tip: portabil 2)Volum:50±8 Lit 3) Capacitate de stocare unități minim : a) de sânge de 450 ml: 30±5 unități; b) de plasmă de 200-250ml: 40±5 unități; 4) Temperatura: va menține temperatură internă de +2+10°C la o temperatură externă de +32+43°C o perioadă de 24 ore; 5) Elemente constructive: a) izolație internă – poliuretan/polietelen; b) material intern și extern container (ladă) –polietelen; c) material container (ladă) - polisteren sau inox; d) mînere pentru facilitarea transportării - 2 la număr; e) mecanism de închidere a containerului (lăzii) – sigur. 6) Registrator de temperatură: a) asigurat; b) înregistrare 7/24 ore; c) va asigura transferul informației în PC. 7) Elemente de racire: a) în număr ce va asigura menținerea temperaturii internă	Destinația: pentru transportare de produse sanguine. Cerințe tehnice: 1)Tip: portabil 2)Volum:56 Lit 3) Capacitate de stocare unități minim : a) de sânge de 450 ml: 30±5 unități; b) de plasmă de 200-250ml: 40±5 unități; 4) Temperatura: va menține temperatură internă de +2+10°C la o temperatură externă de +32+43°C o perioadă de 24 ore; 5) Elemente constructive: a) izolație internă – poliuretan/polietelen; b) material intern și extern container (ladă) –polietelen; c) material container (ladă) - polisteren sau inox; d) mînere pentru facilitarea transportării - 1 la număr; e) mecanism de închidere a containerului (lăzii) – sigur. 6) Registrator de temperatură: a) asigurat; b) înregistrare 7/24 ore; c) va asigura transferul informației în PC. 7) Elemente de racire: a) în număr ce va asigura menținerea temperaturii internă	CE/ISO

					de +2+10°C la o temperatură externă de +32-+43°C o perioadă de 24 ore; b) câte 2 seturi în număr total de elemente de racire conform pct 7, lit.a); 10) Suport pentru excluderea contactului direct a elementelor de racire cu produsul sanguine: a) asigurat; b) în număr suficient pentru toate părțile containerului (lăzii). 1. Declarație de conformitate; 2. Certificat prin care se demonstrează ca sunt predestinate pentru transportarea produselor sanguine. 3. Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării; 4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data punerii în funcțiune; 5. Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe perioada de garanție (24 luni din data punerii în funcțiune) în caz de defectiune a unor componente.	de +2+10°C la o temperatură externă de +32-+43°C o perioadă de 24 ore; b) câte 2 seturi în număr total de elemente de racire conform pct 7, lit.a); 10) Suport pentru excluderea contactului direct a elementelor de racire cu produsul sanguine: a) asigurat; b) în număr suficient pentru toate părțile containerului (lăzii). 1. Declarație de conformitate; 2. Certificat prin care se demonstrează ca sunt predestinate pentru transportarea produselor sanguine. 3. Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării; 4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data punerii în funcțiune; 5. Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe perioada de garanție (24 luni din data punerii în funcțiune) în caz de defectiune a unor componente.	
--	--	--	--	--	--	--	--

2	Container (ladă) frigorifică Volum:30±3 Lit	IKV-PC33	China	SQBQ Biotechnology	Destinația: pentru transportare de produse sanguine. Cerințe tehnice: 1)Tip: portabil 2)Volum:30±3 Lit 3) Capacitate de stocare unități minim: a) de sânge de 450 ml: 20±5 unități; b) de plasmă de 200-250ml: 30±5 unități; 4) Temperatura: va menține temperatură internă de +2+10°C la o temperatură externă de +32+43°C o perioadă de 24 ore; 5) Elemente constructive: a) izolație internă – poliuretan/polietelen; b) material intern și extern container (ladă) –polietelen; c) material container (ladă) - polisteren sau inox; d) mînere pentru facilitarea transportării - 2 la număr; e) mecanism de închidere a containerului (lăzii) – sigur. 6) Registrator de temperatură: a) asigurat; b) înregistrare 7/24 ore; c) va asigura transferul informației în PC. 7) Elemente de racire:	Destinația: pentru transportare de produse sanguine. Cerințe tehnice: 1)Tip: portabil 2)Volum:33 Lit 3) Capacitate de stocare unități minim: a) de sânge de 450 ml: 20±5 unități; b) de plasmă de 200-250ml: 30±5 unități; 4) Temperatura: va menține temperatură internă de +2+10°C la o temperatură externă de +32+43°C o perioadă de 24 ore; 5) Elemente constructive: a) izolație internă – poliuretan/polietelen; b) material intern și extern container (ladă) –polietelen; c) material container (ladă) - polisteren sau inox; d) mînere pentru facilitarea transportării - 1 la număr; e) mecanism de închidere a containerului (lăzii) – sigur. 6) Registrator de temperatură: a) asigurat; b) înregistrare 7/24 ore; c) va asigura transferul informației în PC. 7) Elemente de racire:	CE/ISO
---	--	----------	-------	-----------------------	--	--	--------

					de +2+10°C la o temperatură externă de +32-+43°C o perioadă de 24 ore; b) câte 2 seturi în număr total de elemente de racire conform pct 7, lit.a); 10) Suport pentru excluderea contactului direct a elementelor de racire cu produsul sanguine: a) asigurat; b) în număr suficient pentru toate părțile containerului (lăzii). 1.Declarație de conformitate; 2. Certificat prin care se demonstrează ca sunt predestinate pentru transportarea produselor sanguine. 3.Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării; 4.Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data punerii în funcțiune; 5.Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe perioada de garanție (24 luni din data punerii în funcțiune) în caz de defectiune a unor componente.	de +2+10°C la o temperatură externă de +32-+43°C o perioadă de 24 ore; b) câte 2 seturi în număr total de elemente de racire conform pct 7, lit.a); 10) Suport pentru excluderea contactului direct a elementelor de racire cu produsul sanguine: a) asigurat; b) în număr suficient pentru toate părțile containerului (lăzii). 1.Declarație de conformitate; 2. Certificat prin care se demonstrează ca sunt predestinate pentru transportarea produselor sanguine. 3.Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării; 4.Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data punerii în funcțiune; 5.Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe perioada de garanție (24 luni din data punerii în funcțiune) în caz de defectiune a unor componente.	
--	--	--	--	--	--	--	--

3	Container (ladă) frigorifică Volum:20±3 Lit	IKV-PC22	China	SQBQ Biotechnology	Destinația: pentru transportare de produse sanguine. Cerințe tehnice: 1) Tip: portabil 2) Volum:20±3 Lit 3) Capacitate de stocare unități minim: a) de sânge de 450 ml: 15±5 unități; b) de plasmă de 200-250ml: 20±5 unități; 4) Temperatura: va menține temperatură internă de +2+10°C la o temperatură externă de +32+43°C o perioadă de 24 ore; 5) Elemente constructive: a) izolație internă – poliuretan/polietelen; b) material intern și extern container (ladă) –polietelen; c) material container (ladă) - polisteren sau inox; d) minere pentru facilitarea transportării - 2 la număr; e) mecanism de închidere a containerului (lăzii) – sigur. 6) Registrator de temperatură: a) asigurat; b) înregistrare 7/24 ore; c) va asigura transferul informației în PC. 7) Elemente de racire:	Destinația: pentru transportare de produse sanguine. Cerințe tehnice: 1) Tip: portabil 2) Volum:22 Lit 3) Capacitate de stocare unități minim: a) de sânge de 450 ml: 15±5 unități; b) de plasmă de 200-250ml: 20±5 unități; 4) Temperatura: va menține temperatură internă de +2+10°C la o temperatură externă de +32+43°C o perioadă de 24 ore; 5) Elemente constructive: a) izolație internă – poliuretan/polietelen; b) material intern și extern container (ladă) –polietelen; c) material container (ladă) - polisteren sau inox; d) minere pentru facilitarea transportării - 1 la număr; e) mecanism de închidere a containerului (lăzii) – sigur. 6) Registrator de temperatură: a) asigurat; b) înregistrare 7/24 ore; c) va asigura transferul informației în PC. 7) Elemente de racire:	CE/ISO
---	--	----------	-------	-----------------------	--	--	--------

					de +2+10°C la o temperatură externă de +32-+43°C o perioadă de 24 ore; b) câte 2 seturi în număr total de elemente de racire conform pct 7, lit.a); 10) Suport pentru excluderea contactului direct a elementelor de racire cu produsul sanguine: a) asigurat; b) în număr suficient pentru toate părțile containerului (lăzii). 1.Declarație de conformitate; 2. Certificat prin care se demonstreaza ca sunt predestinate pentru transportarea produselor sanguine. 3.Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării; 4.Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data punerii în funcțiune; 5.Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe perioada de garanție (24 luni din data punerii în funcțiune) in caz de defectiune a unor copmponente.	de +2+10°C la o temperatură externă de +32-+43°C o perioadă de 24 ore; b) câte 2 seturi în număr total de elemente de racire conform pct 7, lit.a); 10) Suport pentru excluderea contactului direct a elementelor de racire cu produsul sanguine: a) asigurat; b) în număr suficient pentru toate părțile containerului (lăzii). 1.Declarație de conformitate; 2. Certificat prin care se demonstreaza ca sunt predestinate pentru transportarea produselor sanguine. 3.Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării; 4.Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data punerii în funcțiune; 5.Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe perioada de garanție (24 luni din data punerii în funcțiune) in caz de defectiune a unor copmponente.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301