

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 5
din “ 06 ” martie 2025

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740056824019 din 10.03.2025
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
servicii						
Lotul 5 Secția igienă și epidemiologie. Laboratorul bacteriologic și igienic				1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare.	Documentația normativ-tehnică	Cerințe tehnice

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ruslan Guci În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Repelcom” Adresa: m. Chișinău str. V. Lupu 6 of. 52