

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738927463795 din 13 febr 2025, 9:00 - 18 febr 2025, 8:00

Obiectul achiziției: Consumabile p-u masinile de spălare și dezinfecție a Endoscoapelor ETD4 și Medivators IS, Cantel Medical - 2025

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
Lotul 1 Dezinfectant de uz profesional și Detergent de uz profesional CETD compatibil pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus”								
336 316 00- 8	1.1	1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L)	DETD	Germania	Ecolab/ Olympus	<p>Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid (20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodestructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat.</p>	<p>Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid (20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodestructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat.</p>	DM00005 1462
336 316 00- 8	1.2	1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus” (ambalaj ≤ 5L)	CETD	Germania	Ecolab/ Olympus	<p>Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri (cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apa rece (2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de</p>	<p>Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri (cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apa rece (2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de</p>	DM00005 1457

						concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare.	concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare.	
Lotul nr.2 Soluții de spălare și dezinfecție pentru mașina de reprocesare automată a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"								
336 316 00- 8	2.1	2.1. Soluție bicomponent (dezinfecție și sterilizare): acid peracetic + activator.	ISASPOR	Italia	Cantel-Steris	*Activator + Acid peracetic (A+B): Set compus din 2 recipiente cu soluții a câte 10 litri; *Timp de contact pentru dezinfecție: maxim 3 minute; *Soluții fără conținut de aldehide; *Nivel de sterilizare: minim conform standardului EN ISO 14937 ; *termen de valabilitate - minim 1 an; *Soluții compatibile cu Mașină de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"	*Activator + Acid peracetic (A+B): Set compus din 2 recipiente cu soluții a câte 10 litri; *Timp de contact pentru dezinfecție: maxim 3 minute; *Soluții fără conținut de aldehide; *Nivel de sterilizare: minim conform standardului EN ISO 14937 ; *termen de valabilitate - minim 1 an; *Soluții compatibile cu Mașină de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"	DM00019 7380
336 316 00- 8	2.2	2. 2. Soluție detergent compatibil cu dezinfectantul.	ISACLEAN	Italia	Cantel-Steris	*minim 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor / grăsimilor, carbohidrați, componente celulare; *nivel pH - neutru; *termen de valabilitate - minim 2 ani; *Dezinfectant compatibil cu Mașina de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"	*minim 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor / grăsimilor, carbohidrați, componente celulare; *nivel pH - neutru; *termen de valabilitate - minim 2 ani; *Dezinfectant compatibil cu Mașina de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"	DM00019 7379

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**