

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006909 din 05 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sîngerei pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lot 62. Tub endotraheal Nr. 3,5 - 4,5						
33100000-1	62.1.	Tub endotraheal Nr. 3,5	100/141/035	Marea Britanie	Smiths	Tub endotraheal Nr. 3,5	Tuburi pentru intubare endotraheală fără manjetă nr3.5. Fabricate din Polivinilclorid siliconizat, termosensibil, prevazut cu linie radiopaca, Rô-contrastă cu varf tăiat la un unghi 37 de grade. Fără manjeta. Tubul prezintă marcare de adancime din cm in cm pe toată lungimea și marcare radioopac suplimentar la capatul distal pentru a se putea vizualiza poziția varfului tubului în interiorul traheei. La capatul proximal este prevazut cu conector de 15mm. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Codul Produsului: 100/141/035 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	62.2.	Tub endotraheal Nr. 4	100/141/040	Marea Britanie	Smiths	Tub endotraheal Nr. 4	Tuburi pentru intubare endotraheală fără manjetă nr4. Fabricate din Polivinilclorid siliconizat, termosensibil, prevazut cu linie radiopaca, Rô-contrastă cu varf tăiat la un unghi 37 de grade. Fără manjeta. Tubul prezintă marcare de adancime din cm in cm pe toată lungimea și marcare radioopac suplimentar la capatul distal pentru a se putea vizualiza poziția varfului tubului în interiorul traheei. La capatul proximal este prevazut cu conector de 15mm. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Codul Produsului: 100/141/040 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	62.3.	Tub endotraheal Nr. 4,5	100/141/045	Marea Britanie	Smiths	Tub endotraheal Nr. 4,5	Tuburi pentru intubare endotraheală fără manjetă nr045. Fabricate din Polivinilclorid siliconizat, termosensibil, prevazut cu linie radiopaca, Rô-contrastă cu varf tăiat la un unghi 37 de grade. Fără manjeta. Tubul prezintă marcare de adancime din cm in cm pe toată lungimea și marcare radioopac suplimentar la capatul distal pentru a se putea vizualiza poziția varfului tubului în interiorul traheei. La capatul proximal este prevazut cu conector de 15mm. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Codul Produsului: 100/141/045 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7