

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1607580644402 din 25.12.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabile medicale

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		LOT. Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge						
3314000 0-3	1.1	Teste pentru măsurarea glicemiei	VivaCheck Ino	SUA	VivaCheck Laboratories Inc.	Dispozitiv portabil pentru determinarea glicemiei; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automată; Calibrare cu valori din plasma șingelui; Setul să conțină soluție de control; Proba sânge capilar; Intervalul de măsurare 0,6 mmol/L-33,3 mmol/L; Indicator al bateriei; Indicator vizual și sonor la descărcarea bateriei; Timp de măsurare până la 10 sec.; Memoria de testare min. 900; Autonomia bateriei min. 1000 teste; Volumul picăturii de sânge ≤ 0,7 mcl; Buton ejector de teste; Funcție alertă proba insuficientă; Funcție alertă hipoglicemie; Funcție alertă corpietonici; Alimentat de la baterie – CR, AAA sau AA; Geantă de transport; Garanție min. 2 ani; Ghid de utilizare limba de stat; Certificat CE sau Declarație de conformitate; Standarde ISO 15197:2013, ISO 13485; Toate accesoriile și consumabilele trebuie să fie compatibile.	Teste pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul VivaCheck Ino. A se vedea Specificația tehnică anexată. Termen de valabilitate 18 luni	CE; ISO; FDA
3314000 0-3	1.2	Glucometru	VivaCheck Ino	SUA	VivaCheck Laboratories Inc.	Dispozitiv portabil pentru determinarea glicemiei; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automată; Calibrare cu valori din plasma șingelui; Setul să conțină soluție de control; Proba sânge capilar; Intervalul de măsurare 0,6 mmol/L-33,3 mmol/L; Indicator al bateriei; Indicator vizual și sonor la descărcarea bateriei; Timp de măsurare până la 10 sec.; Memoria de testare min. 900; Autonomia bateriei min. 1000 teste; Volumul picăturii de sânge ≤ 0,7 mcl; Buton ejector de teste; Funcție alertă proba insuficientă; Funcție alertă hipoglicemie; Funcție alertă corpietonici; Alimentat de la baterie – CR, AAA sau AA; Geantă de transport; Garanție min. 2 ani; Ghid de utilizare limba de stat; Certificat CE sau Declarație de conformitate; Standarde ISO 15197:2013, ISO 13485; Toate accesoriile și consumabilele trebuie să fie compatibile.	A se vedea Specificația tehnică anexată. Garanție 5 ani	CE; ISO; FDA
3314000 0-3	1.3	Lancete	Lancets	China	Tainjin Huahong Technology Co., Ltd	Compatibil cu dispozitivul de înțepare. Termen de valabilitate min. 18 luni	Lancete compatibile cu dispozitivul de înțepare. Termen de valabilitate 24 luni	CE; ISO
3314000 0-3	1.4	Dispozitiv de înțepare	Lancing device	China	Tainjin Huahong Technology Co., Ltd	Dispozitiv de înțepare	Da, compatibil cu 5 nivele de reglare a nivelului de înțepare	CE; ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Sarco** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Pharmony**" SRL Adresa: **Mun. Chisinau, str. Grenoble, 149A**