

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție COP ocds-b3wdp1-MD-1735046740694 / 21329942 din 24.12.2024

Obiectul de achiziției Servicii de deservire a utilajului radiologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 2 Shimadzu				Mentenanța, calibrare, testare Cerințe generale	Mentenanța, calibrare, testare Cerințe generale	
50400000-9	Sistem de radiografie generală	RadSpeed, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui: Da 2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării i: Da	1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui: Da 2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării i: Da	CE
50400000-9	Sistem fluoroscopic	SonialVision G4, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii: Da 4. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului.	3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii: Da 4. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului.	CE
50400000-9	Sistem radiografic general cu fluoroscopie	RadSpeed + SonialVision G4, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic: Da	Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic: Da	CE
50400000-9	Dispozitiv radiografic mobil	MobileArt Evolution, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	5. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului: Da	5. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului: Da	CE
50400000-9	Dispozitiv radiografic mobil	MobileArt Eco, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	6. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesorile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.): Da	6. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesorile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.): Da	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
În calitate de: Director
Ofertantul: „Neotec” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37