

**Grafic de executare a serviciilor de mentenanță preventivă a generatorului de oxigen IMT
POC 8600 MED cu compresor GA 75 VDS plus, Atlas Copco, uscător FD 260 VSD Atlas
Copco, beneficiar IMSP SCM Sfântul arhanghel Mihail**

Lucrările vor fi efectuate lunar conform caietului de sarcini și contoarelor echipamentului.

Numărul	Perioada	Denumirea serviciilor
1	august	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună. .
2	septembrie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună. -Schimbarea kitului de mentenanță-simestrial -Spălarea mecanică a sistemului în ansamblu- simestrial.
3	octombrie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.
4	noiembrie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.
5	Decembrie	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu -Verificarea de scurgeri de ulei -Resetarea erorilor -O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim una pe lună.

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Expert Biomedical Service SRL