

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1727445741818 din 9 oct 2024, 11:33 - 19 oct 2024, 11:33

**Obiectul achiziției:** Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului /serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
3310000-1	1	Frigider pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine	EKT 725	Turcia	Emsas	<p>Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tip: vertical;</p> <p>Volumul camerei interne: 700-800 lit;</p> <p>Temperatura de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de la plus 2 C° plus 8 C°</li> <li>- reglabilă;</li> <li>- programabilă;</li> <li>- precizie ± 1°C;</li> </ul> <p>Monitorizarea temperaturii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea integrării datelor termice cu SIA Serviciul de Sânge;</li> <li>- sistem electronic de control. Control Electronic:</li> </ul> <p>Microprocesor electronic pentru controlul tuturor parametrilor (temperatura, activare alarma, calibrare, etc).</p> <p>Panoul de informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal;</li> <li>- asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați.</li> </ul> <p>Suprafața camerei interne: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară;</p> <p>Suprafețele exterioare: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară.</p> <p>Componente obligatorii prezente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -materialul sertarelor oțel inoxidabil;</li> <li>- -suprafața perforată pentru circulația aerului;</li> <li>- -sertare în număr de 7-8 unități, reglabile;</li> <li>- -sertarele asigurate cu septuri care va diviza spațiul de stocare a produsului (pungilor de componente sanguine);</li> </ul>	<p>Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tip: vertical;</p> <p>Volumul camerei interne: 705 lit;</p> <p>Temperatura de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de la plus 0 C° plus 15 C°</li> <li>- reglabilă;</li> <li>- programabilă;</li> <li>- precizie ± 1°C;</li> </ul> <p>Monitorizarea temperaturii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea integrării datelor termice cu SIA Serviciul de Sânge; <b>(obține inclusă în oferta)</b></li> <li>- sistem electronic de control. Control Electronic:</li> </ul> <p>Microprocesor electronic pentru controlul tuturor parametrilor (temperatura, activare alarma, calibrare, etc).</p> <p>Panoul de informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal;</li> <li>- asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați.</li> </ul> <p>Suprafața camerei interne: din inox rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară;</p> <p>Suprafețele exterioare: material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară.</p> <p>Componente obligatorii prezente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -materialul sertarelor oțel inoxidabil;</li> <li>- -suprafața perforată pentru circulația aerului;</li> <li>- -sertare în număr de 7 unități, reglabile; <b>(obține inclusă în oferta)</b></li> </ul>	DM000430801

					<p>-asigurate cu sistem telescopic;          -blocarea ușii cu parolă/chee.          -ușile din material transparent.          -iluminare lăuntrică.          -dotat cu roțile cu frână ce permite permutarea cu ușurință.          Sistemul de răcire:          -aer forțat;          -sistemul de decongelare automat.          Agentul frigorific: ecologic, aprobat de CE          Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz.          -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.          -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.          -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.          -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție          -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2024          -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</p>	<p>-sertarele asigurate cu septuri care va diviza spațiul de stocare a produsului (pungilor de componente sanguine);          -asigurate cu sistem telescopic;          -blocarea ușii cu parolă/chee.          -ușile din material transparent.          -iluminare lăuntrică.          -dotat cu roțile cu frână ce permite permutarea cu ușurință.          Sistemul de răcire:          -aer forțat;          -sistemul de decongelare automat.          Agentul frigorific: ecologic, aprobat de CE          Parametrii rețelei electrice: 220 V, 50 Hz.          -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.          -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.          -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.          -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție          -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2024          -Confirmarea a unei perioade de garanție 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**